

Specificații tehnice (F4.1)

Denumirea autorității contractante: IMSP SCMC „V. Igantenco” Servicii de deservire și mentenanță preventivă a utilajului medical 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1							
50400000-9	Scanner X-Ray Film iCRco model iCR3600	iCR3600	USA	iCRco	—Lucrările de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 12 ori pe an; —Inspecția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului.	—Lucrările de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 12 ori pe an; —Inspecția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului.	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
LOT 2							
50400000-9	Sistem de diagnostic radiologic elementar mobil, Shimadzu, model Mobile Art Eco Mux 10	Mobile Art Eco Mux 10	Japonia	Shimadzu	—Lucrările de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 12 ori pe an; —Inspecția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului.	—Lucrările de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 12 ori pe an; —Inspecția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului.	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
LOT 3							
50400000-9	Sistem de diagnostic radiologic elementar mobil, Shimadzu, model Mobile Art Eco Mux 10	Mobile Art Eco Mux 10	Japonia	Shimadzu	—Lucrările de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 12 ori pe an; —Inspecția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului.	—Lucrările de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 12 ori pe an; —Inspecția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului.	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive
LOT 4							
50400000-9	Sistem radiologic, Philips, Optimus	Optimus	Germania	Philips	—Lucrările de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 12 ori pe an; —Inspecția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului.	—Lucrările de deservire se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului, dar nu mai mult de 12 ori pe an; —Inspecția vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curațarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cit și cele de program; —Calibrarea dispozitivului.	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: „Neotec” SRL
 Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37