

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1582201504217

Denumirea procedurii de achiziție:

Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2020

		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Cod CPV								
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 155						
		Piesă pentru sistemul de Litotritie						
	155.1	Generator X Raz Zeihm Compact 8000 cu servicii de instalare și update de soft	22206	Elveția	Storz Medical	Compatibil cu Zeihm Compact 8000, Zeihm. Confirmarea că piesele sunt neutilizate (noi). Instalarea de către participantul câștigător. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Zeihm Compact 8000, Zeihm. Confirmarea că piesele sunt neutilizate (noi). Instalarea de către participantul câștigător. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Oleseă În calitate de: Jurisconsult

p

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316