

Anexa nr. 22

la  
 Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
 din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**Specificații tehnice** [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2, 6, 8]

Numărul licitației:	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1687776320578</a>	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare	Pagina: __ din __

Co d CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri:</b>						
	<b>Lotul 2: Autoclavă</b>						
429 000 00-5	AUTOCLAVA	VA-SD50	CHINA	Hefei Sada Medical Equipment Co.,Ltd	Conform descrierii tehnice din anexa nr.	Sterilizator vertical cu abur sub presiune Volum:50 litri; Controlul temperaturii de sterilizare +105 ~ +135 °C; temperatura de topire a mediului de cultură +60 ~ +100 °C; Durata mentinerii calde 60-80 minute; Patru programe presetate: 1. Lichid 2. Instrument 3. Pansament 4. Program gratuit Construcție interioară - inox;	

					<p>Sisteme de siguranță în funcțiune: supapă de presiune; limitator de supraîncălzire; suprapresiune limitator; limitator anti-uscare; blocarea ușii sistem; siguranța;</p> <p>Alarma pentru depasirea temperaturii: acustica si optica;</p> <p>Sistem de control N-smart</p> <p>Alimentare 230V/50Hz. Detalii de ambalare: Greutate brută 95 kg</p>	
<b>Lotul 8: Centrifugă pentru plăci PCR</b>						
Centrifuga pentr-u placi PCR	D1524R	China	Aelab Guangzhou Co.,LTD	Conform descrierii tehnice din anexa nr.	<p>Microcentrifuga de mare viteză este ideală pentru analiza biochimică și chimică a microprobelor, sedimentarea componentelor biologice etc. Designul special de răcire cu aer multi-flux cu brevet asigură răcirea rapidă a rotorului și un consum redus de energie. Viteza poate fi setată de la 200 rpm la max. de 15000 rpm/21380xg. Precizia vitezei: ±10 rpm. Afișaj unic al temperaturii, potrivit pentru manipularea blândă a probelor sensibile. Rotorul bio-sigur/debordarea anti-probă previne scurgerea accidentală în procesul centrifugal, permițând contaminarea microbiană fără riscuri. Sistem de pre-răcire, compresorul se va răci automat de îndată ce temperatura setată este mai mică decât temperatura camerei. Interval de temperatură: -20 până la 40 °C. Din aluminiu de înaltă rezistență, rotorul poate fi autoclavat complet pentru o durată de viață nelimitată. 5 rotoare și adaptoare sunt opționale și potrivite pentru capacități utilizate frecvent: 24 tuburi pentru 0,2 ml până la 2,0 ml și 18 tuburi de 5,0 ml. Rotorul inclus cu centrifuga (HSMC-A01-001) este proiectat pentru o capacitate de 24 tuburi de 1,5/2,0 ml. Funcționare silențioasă, nivel de zgomot ≤54 dB. Funcționarea poate fi cronometrată de la 30 de</p>	

				<p>secunde la 99 de minute sau funcționarea continuă. Oferă accelerare și decelerare rapidă (Accelerație: 25 sec / Timp de întrerupere: 25 sec). Motor DC fără perii fără întreținere. Funcție de alertă sonoră. Blocarea ușii, detectarea vitezei excesive și a temperaturii excesive. Dimensiuni: 280 x 364 x 266 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ani Funcționarea poate fi cronometrată de la 30 de secunde la 99 de minute sau funcționarea continuă. Oferă accelerare și decelerare rapidă (Accelerație: 25 sec / Timp de întrerupere: 25 sec). Motor DC fără perii fără întreținere. Funcție de alertă sonoră. Blocarea ușii, detectarea vitezei excesive și a temperaturii excesive. Dimensiuni: 280 x 364 x 266 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ani Funcționarea poate fi cronometrată de la 30 de secunde la 99 de minute sau funcționarea continuă. Oferă accelerare și decelerare rapidă (Accelerație: 25 sec / Timp de întrerupere: 25 sec). Motor DC fără perii fără întreținere. Funcție de alertă sonoră. Blocarea ușii, detectarea vitezei excesive și a temperaturii excesive. Dimensiuni: 280 x 364 x 266 mm. 100-240 V / 50-60 Hz.</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Muntean Daniel

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Mesterul Manole 9/8a

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1687776320578	Data:27.03.2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare		Pagina: __din —

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Bunuri:</b>								
42900000 -5	Lotul 2: <b>Autoclavă</b>	Buc.	1	77 777.00	93 332.40	77 777.00	93 332.40	90 zile	
	Lotul 8: <b>Centrifugă pentru plăci PCR</b>	Buc.	1	97 777.00	117332.40	97777.00	117332.40	90 zile	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Mesterul Manole 9/8a