

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Lot Nr. 1 Aparat de ventilare artificială a plămânilor	
- Regim de ventilare 1. APVcmv/(S)CMV+ 2. APVsimv/SIMV+ 3. PCV+ 4. PSIMV+ 5. DuoPAP 6. ARV 7. Spont 8. ASV 9. NIV 10. NIV-ST Presiunea de inspirație 0-60 cmH2O - Fluxul maxim de inspirație 240 l/min (150 l/min cu 100%O2) - Volumul Tidal Adult/Ped 20-2000 ml - I:E – 1:9 – 4:1 - PEEP (cmH2) – 0- 35 cmH2O - Rate b/min – 1-80 b/min - TI – 0,1 – 12 sec Configurația Ventilator tip turbină Troleu Suport pentru circuit Cablu de alimentare Umidificator Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) Manual de utilizare	- Regim de ventilare 1. APVcmv/(S)CMV+, Da, echivalent V-A/C și PRVC, SV300 Datasheet pagina 2 2. APVsimv/SIMV+, Da, echivalent VC-SIMV și PRVC-SIMV, SV300 Datasheet pagina 2 3. PCV+, Da, echivalent P- A/C, SV300 Datasheet pagina 2 4. PSIMV+, Da, echivalent PC-SIMV, SV300 Datasheet pagina 2 5. DuoPAP, Da, echivalent DuoLevel, SV300 Datasheet pagina 2 6. APRV, Da, SV300 Datasheet pagina 2 7. Spont, Da echivalent PS (pressure support) , SV300 Datasheet pagina 2 8. ASV, Da echivalent AMV (Adaptive Minute Ventilation) , SV300 Datasheet pagina 2 9. NIV, Da, SV300 Datasheet pagina 2 10. NIV-ST, Da echivalent CPAP/PSV, SV300 Datasheet pagina 2 Presiunea de inspirație 1 – 80 cm H2O, SV300 Datasheet pagina 2 - Fluxul maxim de inspirație 210 cu turbină, SV300 Datasheet pagina 6 - Volumul Tidal Adult/Ped 20-2000 ml, SV300 Datasheet pagina 2 - I:E – 1:10 – 4:1, SV300 Datasheet pagina 2 - PEEP (cmH2) – 0- 45 cmH2O, SV300 Datasheet pagina 2 - Rate b/min – 1-100 b/min, SV300 Datasheet pagina 2 - TI – 0,1 – 10 sec, SV300 Datasheet pagina 2 Configurația Ventilator tip turbină Da, SV300 Datasheet pagina 6 Troleu Da, SV300 Datasheet pagina 1 Suport pentru circuit Da, SV300 Datasheet Cablu de alimentare Da, SV300 Datasheet Umidificator Da Jike 330, SV300 Datasheet Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) Da Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) Da Manual de utilizare Da, Română

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Prodan Sveatoslav** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Î.M. "Dutchmed-M " SRL** Adresa: **str. Decebal 76 of 807/808, mun. Chișinău; tel: 022 522-022**