

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1754996466053

Obiectul achiziției: **Servicii de testare a instalațiilor radiologice din cadrul DIM**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1. Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru dispozitivele CT „Siemens Somatom Sensation 64” și CT „Siemens Somatom Definition AS 128”. 1 Număr CT; 2 Uniformitatea 3 Zgomotul 4 Aliniamentul 5 Grosimea secțiunii radiante 6 Sensitivitatea axa – z 7. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA și max), 8.Doza absorbita suprafața de intrare pe procedura -(mGy) sau APR CTDI pentru fiecare tip de scanare și FOV (Body&Head);	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru dispozitivele CT „Siemens Somatom Sensation 64” și CT „Siemens Somatom Definition AS 128”. 1 Număr CT; 2 Uniformitatea 3 Zgomotul 4 Aliniamentul 5 Grosimea secțiunii radiante 6 Sensitivitatea axa – z 7. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA și max), 8.Doza absorbita suprafața de intrare pe procedura -(mGy) sau APR CTDI pentru fiecare tip de scanare și FOV (Body&Head);

				Acuratetea DAP. Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Acuratetea DAP. Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)
Lot 2. Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)
Lot 3. Controlul calității instalațiilor radiologice	-	-	-	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)	Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă „Mobilett XP Digital”. 1.Acuratetea reproducerii kV,timp expunere. 2.HVL 3.Reproducerea si linearitatea mAs 4. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 5.Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura -(mGy) sau APR Linearitate ROI Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile)

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andrei Matei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Cuza Voda 44, of. 111

