

**SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Spitalul Clinic Republican, "Timofei Moșneaga"**

Numărul procedurii de ach	ocds-b3wdp1-MD-1718020323199 / 21235617	din 16 iulie 2024
Obiectul achiziției:	Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	33100000-1	Lot 31 Senzor de presiune absoluta (BP1, BP2, BP4)Type A-10 (MATACHANA S1008)	WIKA A10 P. TRANSDUCER, 0-4BAR (ref. 41387.5)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
32	33100000-1	Lot 32 Senzor de presiune pentru generatorul cu abur (BP3) (MATACHANA S1008)	WIKA PRESSURE TRANSMITTER 0-6 ABS (ref. 55250.6)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
33	33100000-1	Lot 33 Releu de presiune reglabil PN 5612 (MATACHANA S1008)	PRESOSTAT 0.2-6 BAR ADJUSTABLE STAINLESS STEEL MEMBRANE (ref. 41389.5)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
34	33100000-1	Lot 34 Senzor de nivel (SL2) pentru vacuum tank	LEVEL SWITCH LEVEL OF TILTING FLOATER 1/2 \"/GM (ref. 41928.3)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
35	33100000-1	Lot 35 Senzor de temperatura (RT1, RT9)	PT-100 PROBE "A" CLASS EN 60751 3 D.4X60MM LENGTH WIRES. 3.5M (ref. 41375.1)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
36	33100000-1	Lot 36 Senzor de temperatura (RT11)	TEMPERATURE PROBE TF35 D.4X30 BRASS 1/4 \"/G (ref. 55250.3)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
37	33100000-1	Lot 37 Supapa pneumatica NC (NV1, NV2)	STAINLESS STEEL HYDROPNEUMATIC VALVE 1/2 \"/ (ref. 41436.2)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
38	33100000-1	Lot 38 Valva electropneumatică VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 (MATACHANA S1008)	BODY 2 ELECTROVALVES 3/2 M7 S1000 (ref. 41489.1)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Valva trebuie să fie dotată cu garnitura și intrari pentru furtun cu diametru 4 mm. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
39	33100000-1	Lot 39 Pompa de apă a generatorului de abur Y-2051.0045 (MATACHANA S1008)	CENTRIFUGE PUMP AUTOASPIRATING (PLASTIC HEADER) MULTI VOLTAGE (ref. 41868.8)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
40	33100000-1	Lot 40 Pompa sistemului de vid (MATACHANA S1008)	WATER ELECTROPUMP III 400/230V 50HZ 1.5 KW (ref. 41865.5)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	33100000-1	Lot 41 Garnitura pentru generator de aburi (MATACHANA S1008)	O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM (ref. 67195.6)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
42	33100000-1	Lot 42 Garnitura pentru element de incalzire (MATACHANA S1008)	JOINT O RING LEVEL SWITCH LEVEL GENERATOR S1000 (ref. 66215.3)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
43	33100000-1	Lot 43 Garnitură pentru ușă (MATACHANA S1008)	GASKET DOOR S1000 (08) COLOR 308 (ref. 41767.8)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
44	33100000-1	Lot 44 Contactor pentru element încălzitor (MATACHANA S1008)	RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC (ref. 41304.3)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
45	33100000-1	Lot 45 Element încălzitor (MATACHANA S1008)	RESISTANCE 20KW (ref. 41902.8)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
46	33100000-1	Lot 46 Tub cu cot pentru umplere generator de aburi (MATACHANA S1008)	FITTING STAINLESS STEEL AISI-316 MALE ELBOW-PIPE (ref. 43628.6)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
47	33100000-1	Lot 47 Valva pneumatica de control, parte a butonului Stop, 9 bar	COMPLEMENT VALVE CIRCUIT FOR SUPPORT OF AIR CUT "NO" (ref. 41417.3)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Ref: PXB-B392	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
48	33100000-1	Lot 48 Clapetă de retenție DN 15 PN16A304 (MATACHANA S1008)	STAINLESS STEEL VALVE. RETENTION 1/4 "G (ref. 41579.2)	Spania	Matachana	Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul autoclavului Matachana S1008.	CE, ISO
79	33100000-1	Lot 79 Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179)	Neonatal flow sensor insert (5x) (ref. 8410179)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500/VN600.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Dispozitivului p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500/VN600.	CE, ISO
87	33100000-1	Lot 87 Piesă Y	Y-piece, polyamide, reusable, straight, + Temperature probe adapter (ref. M25650 + MP01007)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Port cu diametrul 7.5-8mm pentru senzorul de temperatură. Sterilizabil.	Piesa Y, din polisulfon străveziu autoclavabil, fără latex, conexiuni 22M/15F-22M, două porturi cu diametrul 7.6mm cu capace de securizare, pentru senzor de temperatură. Reutilizabil. Corespunde cerințelor. Produs este original de la producatorul produsului. Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Vezi Anexa 99. Pagina 76 din catalog.	CE, ISO
90	33100000-1	Lot 90 Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah	Accu Lithium Ion (ref. 2M86733)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Oxylog 2000/3000 Plus, Drager. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Dispozitivului p/u Respir. Artif. Oxylog 2000/3000 Plus, Drager.	CE, ISO

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	33100000-1	Lot 121 Set miner autoclavabil lampa de operatie Polaris 200	Sterilizable handle set (ref. G92099)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD. Specificatie tehnica: Autoclavabil, Cantitatea - 2 buc. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Dispozitivului lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD.	CE, ISO
130	33100000-1	Lot 130 Senzor de oxigen, OOM201	O2-Sensor (Capsule) (ref. 6850645)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL. Ref: OOM201	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Dispozitivului masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL.	CE, ISO
134	33100000-1	Lot 134 Acumulator pentru monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL	E/M SPR LITH ION BATT ORG 5.9 (ref. MS31385)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate - 2.0 Ah; REF: 110533-1. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Dispozitivului monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL.	CE, ISO
168	33100000-1	Lot 168 Electrode pO2 pentru ABL 835	pO2 electrode for ABL835 (ref. 945-613)	Danemarca	Radiometer	Ref: 945-613. Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL 835	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului Radiometer ABL 835.	CE, ISO
192	33100000-1	Lot 192 Curea de fixare a miinii	ARM STRAP (ref. 08-084-03)	Japonia	Mizuho	Curea pentru fixarea miinii compatibala cu masa de operatie MIZUHO MOT-5602BW. Ref: 08-084-03. Detasabila. Marime ajustabila, din material lavabil. Lungime - minim 70 cm, latime - minim 8 cm.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Dispozitivului masa de operatie MIZUHO MOT-5602BW.	CE

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B'**