

Specificații tehniceNumărul procedurii de achiziție: **Licitatie deschisă nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1769424966543/21555995 conform SIARSAP M-Tender**Obiectul achiziției: **Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2026**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 12. Autoclave și sterilizatoare RENO-S130D, Renosem (2014)	Sterilizator cu plasmă RENO- S130D	Coreea	Renosem	Verificarea modulului de aspirare peroxid; Testarea pompei de vacuum și a celei de aer; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Verificarea și curățarea tuturor filtrelor; Curățarea garniturilor de ermeticitate a camerei; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program; Reînnoirea sistemului software la (la necesitate); Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. <u>Numărul de vizite per an – 4.</u>	– Verificarea modulului de aspirare peroxid – Testarea pompei de vacuum și a compresorului de aer – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor – Curățarea garniturilor de ermeticitate a camerei – Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare) – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. – Reînnoirea sistemului software la cea mai actuală versiune – Efectuarea mentenanței preventive conform recomandării producătorului. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.	Training Certificat

Ofertantul: **EDELMED** Adresa: str Burebista 17A of 119, mun. Chișinău

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev

În calitate de: Director

Semnat: