

		Specificații tehnice							
		/Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,							
Numărul licitației:		COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754483548777						Data: „13” 08 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea Testelor Rapide Antigen Covid-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP pentru anul 2025							Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	
33100 000-1	1	Test Rapid Antigen Covid-19	Test Rapid Antigen Covid-19	IN40C5-25	China	Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.	Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,56% - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. - Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. -Poate fi depozitat la temperatura camerei -Toate componentele testului - inclusiv tampon sterile - sunt incluse. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Specificitatea diagnosticului (97 – 100%). Ambalarea până la 25 teste în Cutie	Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,60 % (marcat instructiuni.pdf) - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute.(marcat instructiuni.pdf) - Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene(marcat instructiuni.pdf) -Poate fi depozitat la temperatura camerei (marcat instructiuni.pdf)-Toate componentele testului - inclusiv tampon sterile (marcat instructiuni.pdf)- sunt incluse. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) (tabel marcat instructiuni, .pdf) - Specificitatea diagnosticului 99.16% ((marcat instructiuni.pdf)). Ambalarea 20 teste în Cutie (foto cutie.pdf)	Numar inregistrare AMDM: DM000456176