

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1669029295995 / 21067775 din: 21.11.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Utilaj medical

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Centrifuga pentru centrifugarea sângelui	TD4Y	CHINA	Shanghai Lu Xiangyi Centrifuge Instrument Co., Ltd	Centrifugă de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. a) Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) ; b) Viteza de rotație: maxim rpm z 3000; minimală-500; rpm reglabila; c) Setarea vitezei; d) Capacitatea: Tipul tuburilor de 8 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi e) Timer: Gama de timp 0 - =60 min; f) Incrementarea =1 min g) Securitatea: Blocarea capacului in timpul lucrului; h) Indicatori: Indicarori vizual acustic; i) Pornire/oprire; j) Capac: transparent sau cu vizualizare k) Nivelul de zgomot =70 dB da l) Displei, fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare. m) Alimentarea: 220/230 V, 50/60 Gt.	Centrifugă de laborator a) Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) ; b) Viteza de rotație: maxim rpm z 3000; minimală-500; rpm reglabila; c) Setarea vitezei; d) Capacitatea: Tipul tuburilor de 8 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi e) Timer: Gama de timp 0 -90 min; f) Incrementarea =1 min g) Securitatea: Blocarea capacului in timpul lucrului; h) Indicatori: Indicarori vizual acustic; i) Pornire/oprire; j) Capac: transparent sau cu vizualizare k) Nivelul de zgomot =60 dB da l) Displei, fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare. m) Alimentarea: 220/230 V, 50/60 Gt.	CE/ISO
2	Sonda convexa pentru examinarea organelor abdominale	3.5C	CHINA	Wuxi Mypro Science and Tech. Co., Ltd.	Sonda convexa pentru examinarea organelor abdominale, predestinat utilaj USG de model General Electric LOGIC 5 premium. (specificatii tehnice nu necesita)	Sonda convexa pentru examinarea organelor abdominale, predestinat utilaj USG de model General Electric LOGIC 5: 3,5C	Conform standardelor de referinta

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301