

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1672838348791
Obiectul achiziției	Dezinfectanți și peroxid de hidrogen

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Lot 1//Detergent și dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor</b>						
1.1	Detergent pentru reprocessarea automată a endoscoapelor	ONESEPT ENZYM ENZYMATIC SOLUTION FOR MEDICAL INSTRUMENTS AND ENDOSCOPES 5L REF: KAF G40	Turcia	KAF Grup Sag. Hizm. Ins. San. Ve Tic. Ltd. Sti.	Detergent pentru reprocessarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat ETD-4 din proiectul JICA) (ambalaj ≤ 5 litri). Cerințe tehnice: - produs concentrat lichid - < 5 % nonionic surfactanti, - < 5 % anionic surfactanti, - < 5 % NTA - enzime - inhibitori de coroziune - dizolvanti - agenti de complexare - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani.	Detergent pentru reprocessarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat ETD-4 din proiectul JICA) (ambalaj 5 litri). Cerințe tehnice: - produs concentrat lichid - < 5 % nonionic surfactanti, - < 5 % anionic surfactanti, - < 5 % NTA - enzime - inhibitori de coroziune - dizolvanti - agenti de complexare - ambalaj 5 litri - termen total de valabilitate de 2 ani.	CE, ISO9001, ISO13485
1.2	Dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor	ONESEPT GA HIGH LEVEL DISINFECTANT FOR MEDICAL INSTRUMENTS AND ENDOSCOPES 5L REF: KAF G23 Nr. de înregistrare în RSDM: DM000368073	Turcia	KAF Grup Sag. Hizm. Ins. San. Ve Tic. Ltd. Sti.	Dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale, compatibil cu aparatul de procesare ETD-4, din proiectul JICA, recomandat de Manualul de exploatare și corespunde CE și cerințelor producătorului de mașini (ambalaj ≤ 5 litri). 1. litri soluție de lucru (diluant) 2. acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă, sporicidă Cerințe tehnice: - ambalajă: ≤ 5 litri - pe bază de glutaral aldehydă - produs lichid - inhibitori de coraziune - dizolvanți - agenți de complexare - termen de valabilitate ≥ 2 ani	Dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale, compatibil cu aparatul de procesare ETD-4, din proiectul JICA, recomandat de Manualul de exploatare și corespunde CE și cerințelor producătorului de mașini (ambalaj 5 litri). 1. litri soluție de lucru (diluant) 2. acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă, sporicidă Cerințe tehnice: - ambalajă: 5 litri - pe bază de glutaral aldehydă - produs lichid - inhibitori de coraziune - dizolvanți - agenți de complexare - termen de valabilitate 2 ani	CE, ISO9001, ISO13485, înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitive lor Medicale

Numele, Prenumele  
În calitate de

Ecaterina Chitic  
Administrator

Reprezentantul solicitantului  
Telefonul solicitantului  
E-mailul solicitantului

Corina Cebuc  
022-55-96-46  
centrulmamei@gmail.com

Ofertantul

"Lismedfarm" SRL

**SPECIFICAȚII TEHNICE***Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021*

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1672838348791
Obiectul achiziției	Dezinfectanți și peroxid de hidrogen

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7

Adresa  
Contact

sos. Muncesti 167/B, Chișinău  
022-56-94-91, 022-55-64-38

Semnatura  
(electronica) ofertantului

\_\_\_\_\_