

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21312587 / ocds-b3wdp1-MD-1731942493455						Data: 19.12.2024	Alternativa Nr.:	
Denumirea Licităției	"Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025"						Lot. 1.4.44.45.46.47.50.81.101	Pagina: 1 din 5	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	SMARTFLUX LFP140	Italia	MEDICA	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml</p> <p>Cerințele specifice No Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	<p>Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX LFP140 - Dializator suprafața 1,4 m². Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 18 ml/oră Volumul de umplere 82 ml Cerințele specifice No Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea 190; 2 creatinina 181; 3 fosfați 161; 4 vitamina B-12 107;</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registru de Stat al RM / DM000377060

33100000-1	4	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	M90196E	Italia	MEDICA	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, B Braun)</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă) Da</p> <p>Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da</p> <p>Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da</p> <p>Pungă de colectare de 2 litri Da</p> <p>Post-diluare Da</p> <p>Port de injecție fără conținut de latex Da</p> <p>Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70</p> <p>Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8</p> <p>Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8</p> <p>Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5</p> <p>Diametrul capcanei venoase (mm) 22</p>	<p>Vezi desenul tehnic MEDICA - M90196E - linii de sînge (magistrale), artera/vena, set pentru maturi (pentru Dialog, B Braun) Termen garanție minim 2 ani. Livrate în set (arteră/venă).</p> <p>Capcană arterială înainte de filtru + PBE port.</p> <p>Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare.</p> <p>Pungă de colectare de 2 litri. Post-diluare.</p> <p>Port de injecție fără conținut de latex. Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142 / 72 / 70.</p> <p>Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8.</p> <p>Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3 / 4,8. Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5.</p> <p>Diametrul capcanei venoase (mm) 22</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registru de Stat al RM / DM000616288
33100000-1	44	Dializator suprafața 0,2 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 0,7$ ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 0,2-0,3 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare $\geq 0,7$ ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	SMARTFLUX LFP03	Italia	MEDICA	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF $\geq 0,7$ ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 20 ml</p> <p>Nr Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 75</p> <p>2 creatinina ≥ 60</p> <p>3 fosfați ≥ 42</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 19</p>	<p>Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX LFP03 - Dializator suprafața 0,3 m². Termen garanție minim 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere.</p> <p>Membrană complet sintetică. Coeficientul de UF 3,8 +/- 20% ml/oră Volumul de umplere 20 ml Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea 75; 2 creatinina 60; 3 fosfați 42; 4 vitamina B-12 19;</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registru de Stat al RM / DM000377057

33100000-1	45	Dializator suprafața 0,4 - 0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform	Dializator suprafața 0,4 - 0,6m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform	SMARTFLUX LFP06	Italia	MEDICA	<p>Dializator suprafața 0,4-0,6 m². Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere ≤ 37 ml.</p> <p>Clearance Unitate măsură ml/min - ureea ≥ 125; - creatinina ≥ 95; - fosfați ≥ 50; - vitamina B-12 ≥ 20</p>	<p>Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX LFP06 - Dializator suprafața 0,6m². Termen garanție minim 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere. Membrană complet sintetică. Coeficientul de urtrafiltrare 7.5 +/- 20% ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție minim 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere. Membrană complet sintetică Coeficientul de UF 7.5ml/oră. Volumul de umplere 37 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 151; - creatinina 122; -fosfați 78; - vitamina B-12 30;</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registru de Stat al RM / DM000377058
33100000-1	46	Dializator suprafața 0,6-0,7 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 0,6-0,7 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	SMARTFLUX LFP06	Italia	MEDICA	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 2,8ml/oră Volumul de umplere ≤ 42 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 151 2 creatinina ≥ 122 3 fosfați ≥ 78 4 vitamina B-12 ≥ 30</p>	<p>Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX LFP06 - Dializator suprafața 0,6m². Termen garanție minim 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere. Membrană complet sintetică. Coeficientul de urtrafiltrare 7.5 +/- 20% ml/orș mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare. Termen garanție minim 2 ani. Sterilizare cu vapori, tilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere. Membrană complet sintetică Coeficientul de UF 7.5ml/oră. Volumul de umplere 37 ml. Clearance Unitate măsură ml/min - ureea 151; - creatinina 122; -fosfați 78; - vitamina B-12 30;</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registru de Stat al RM / DM000377058

33100000-1	47	Dializator suprafața 1,0-1,2 m-2. m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	SMARTFLUX LFP120	Italia	MEDICA	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 72 ml</p> <p>Nr Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 168</p> <p>2 creatinina ≥ 147</p> <p>3 fosfați ≥ 115</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 60</p>	<p>Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX LFP120 - Dializator suprafața 1,2 m². Termen garanție minim 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere. Membrană complet sintetică. Coeficientul de UF 16 ml/oră Volumul de umplere 72 ml Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea 187; 2 creatinina 178; 3 fosfați 155; 4 vitamina B-12 103.</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM / DM000616284
33100000-1	50	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	M03401	Italia	MEDICA	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului arterial Da</p> <p>Cameră de captare activă a aerului venos Da</p> <p>Clame montate integral în segment arterial/venos Da</p> <p>Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da</p> <p>Linie pentru heparinizare automată Da</p> <p>Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da</p> <p>Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.</p> <p>Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm.</p> <p>Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm.</p> <p>Volumul de umplere la magistrale pediatrice ≤ 117 ml</p> <p>Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm.</p> <p>Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.</p>	<p>Vezi desenul tehnic MEDICA - M03401- Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere 117 - Termen garanție minim 2 ani. Livrate în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic. Cameră de captare activă a aerului arterial. Cameră de captare activă a aerului venos. Clame montate integral în segment arterial/venos. Segment conectare / monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare. Linie pentru heparinizare automată. Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare. Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6,4 mm. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. Volumul de umplere la magistrale pediatrice 117 ml Lungimea totală a magistralei arteriale 3500 mm. Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM / DM000639542

33100000-1	81	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți	M90196E	Italia	MEDICA	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluare Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22</p>	<p>Vezi desenul tehnic MEDICA - M90196E - linii de sînge (magistrale), artera/vena, set pentru maturi (pentru Dialog, BBraun) Termen garanție minim 2 ani. Livrate în set (arteră/venă).</p> <p>Capcană arterială înainte de filtru + PBE port. Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare. Pungă de colectare de 2 litri. Post-diluare. Port de injecție fără conținut de latex. Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142 / 72 / 70. Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8. Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3 / 4,8. Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5. Diametrul capcanei venoase (mm) 22</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM / DM000616288
33100000-1	101	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul	SMARTFLUX LFP140	Italia	MEDICA	<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	<p>Vezi prospectul / catalogul MEDICA - SMARTFLUX LFP140 - Dializator suprafața 1,4 m². Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF 18 ml/oră Volumul de umplere 82 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea 190; 2 creatinina 181; 3 fosfați 161; 4 vitamina B-12 107;</p>	CE / ISO / Inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM / DM000377060

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHISINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21312587 / ocds-b3wdp1-MD-1731942493455					Data: 19.12.2024			Alternativa nr.			
Denumirea licitației: "Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2025"					Lot. 1.4.44.45.46.47.50.81.101				Pagina 1 din 2		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Valoarea estimativa
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	60	128.0180	153.6220	7,681.0800	9,217.3200	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	7,500.00
33100000-1	4	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog Bbraun IMSP conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	bucată	360	82.2250	98.6700	29,601.0000	35,521.2000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	30,150.00
33100000-1	44	Dializator suprafața 0,2 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 0,2-0,3 m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 0,7 ml/oră mm Hg conform necesităților conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	50	538.2000	645.8400	26,910.0000	32,292.0000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	31,250.00
33100000-1	45	Dializator suprafața 0,4 - 0,6m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform	Dializator suprafața 0,4 - 0,6m ² . Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1,7 ml/oră mm Hg conform	bucată	150	508.3000	609.9600	76,245.0000	91,494.0000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	87,600.00

33100000-1	46	Dializator suprafața 0,6-0,7 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 0,6-0,7 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 2,8 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	150	508.3000	609.9600	76,245.0000	91,494.0000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	87,600.00
33100000-1	47	Dializator suprafața 1,0-1,2 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafața 1,0 – 1,2 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6,0 ml/oră mm Hg conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	900	122.7050	147.2460	110,434.5000	132,521.4000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	112,500.00
33100000-1	50	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	bucată	300	240.6950	288.8340	72,208.5000	86,650.2000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	25,125.00
33100000-1	81	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți	bucată	2000	78.6500	94.3800	157,300.0000	188,760.0000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	167,500.00
33100000-1	101	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m ² . Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg, IMSP conform necesităților IMSP SR Cahul	bucată	500	128.0180	153.6220	64,009.0000	76,811.0000	Prima tranșă 10% în termen de 30 de zile de la data înregistrării contractului de către CAPCS. Cantitatea rămasă la comanda beneficiarului în termen de până la 30 de zile.	62,500.00
Total ofertă								620,634.08	744,761.12		

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B