

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1718882658054 din: 1 iul 2024, 10:30 - 8 iul 2024, 11:30

**Obiectul achiziției:** articole și consumabile medicale specifice secției endoscopie și bronhoscopie REPETAT

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Bunuri/servicii</b>						
3314000-03	Lot 2 Stent biliar TEFLON	PG-BS-8(10,11.5)-18/21-5(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)-C + NV-PS35453M	Turcia + Japonia	Mednetic/ Technocast + Terumo	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm (conform solicitărilor) ,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 450 cm, puser)	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm (conform solicitărilor) ,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 450 cm, puser) <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO
3314000-03	Lot 9 Cos "Basket" litotriptor	FG-V421PR	Japonia	Olympus	Cos "Basket" spiralat pentru litextractie și litotritie din caile biliare și pancreatice,15-20 mm deschiderea (la solicitare), cu miner cu port de irigare , diametrul 2.4-2.6mm, lungimea totala nu mai mică de 200cm	Cos "Basket" spiralat pentru litextractie și litotritie din caile biliare și pancreatice,15-20 mm deschiderea (la solicitare), cu miner cu port de irigare , diametrul 2.4-2.6mm, lungimea totala nu mai mică de 200cm <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO
3314000-03	Lot 11 Fibră DL penru endoscopie (3 x 3h)	GLC 180 GAS	Germania	Biolitec/ CeramOptec	Fibră DL ( 3 x 3h) penru endoscopie compatibilă cu laserul chirurgical Leonardo DUAL 45 aflat în dotare (model 503200250 GLCO180)	Fibră DL ( 3 x 3h) penru endoscopie compatibilă cu laserul chirurgical Leonardo DUAL 45 aflat în dotare (model 503200250 GLCO180) <b>Conform broșurii anexate</b>	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**