

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21011950							din 20.07.2019	
Denumirea licitației: Piese de schimb și consumabile pentru utilajul medical (repepat) Conform necesitatilor IMSP SCM nr.1							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 11						
33141760-5		NiMH battery Bird Viasys Avea ventilator - type 68339	110360	Germania	Akkuplanet GmbH	Compatibil cu VAP AVEA	NiMH acumulator potrivit pentru Bird Viasys Avea fan tip 68339 24 Volt 4,5 Ah aprox. dimensiuni în mm 100x40x135 - aprox. greutate 1,226 kg	CE
		Total lot 11						
		Lotul 15						
33141760-5		Sensor Oxygen	U938-03C	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu VAP Mindray Synovent E5	Sensor Oxygen MOX 3. compatibil cu VAP Mindray Synovent E5	CE
		Total lot 15						
		Lotul 16						
33141760-5		Xenon short-arc lamps with reflector XBO R 180 W/45 C OFR	4050300432199	Germania	OSRAM GmbH		Puterea lămpii 150 W Tensiunea lămpii 12,8 ... 14,8 V Curentul lămpii 11,75 ... 12,25 A Tip curent DC Putere nominală 180,00 W Distanța focală 45.0 mm Durata de viață 500 h.	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 16						
		Lotul 17						
33141760-5		Set electrozi clește pentru membrele inferioare și superioare	U901-2BA	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd		multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC . Set- 4 buc.	CE
		Total lot 17						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23