

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr ocds-b3wdp1-MD-1726664629180 din 18.11.2024	Data: „15” noiembrie 2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2025	Lot: 1-6	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	8
33100 00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (adultți)	Interton Move MV470-DW	Danem arca	Interton A/S	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiență clinică a PA - Nu mai puțin de 1 an</p> <p>Leșirea maximă - 128 dB și mai mult, Câștigul maximal - 56-80 dB</p> <p>Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5%</p> <p>Anti-feedback - Prezent</p> <p>Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulti) - 12 și mai multe</p> <p>Accesoriile unui set PA - 1 buc. Baterie "Zinc-Air" 12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei), Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii - Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriul conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deosăarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerințele către parametri electroacustici ai protezei auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p>	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021. Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1 an, Leșirea maximă: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea): 0,9/1,2/1,0%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA - 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Anti-feedback (Feedback Manager Plus) prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic). Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii - Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriul conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deosăarea echipei de specialiști ai companiei respective - Prezent în Chișinău și Bălți. Prezentarea mostrelor; Obligator.</p> <p>Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV470-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 24-27 din catalog "Interton Move New full-family hearing solution" anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).</p>	
33100 00-1	2	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adultți)	Interton Move MV490-DW	Danem arca	Interton A/S	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiență clinică a PA Nu mai puțin de 1 an</p> <p>Leșirea maximă 134 dB și mai mult, Câștigul maximal 75 dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Anti-feedback Prezent</p> <p>Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulti) 12 și mai multe</p> <p>Accesoriile unui set PA - 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei), Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii - Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriul conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deosăarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerințele către parametri electroacustici ai protezei auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p>	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021. Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1 an, Leșirea maximă: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) - 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA - 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Anti-feedback (Feedback Manager Plus) prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic). Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii - Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriul conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deosăarea echipei de specialiști ai companiei respective. - Prezent în Chișinău și Bălți. Prezentarea mostrelor; Obligator</p> <p>Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 24-27 din catalog "Interton Move New full-family hearing solution" anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).</p>	
33100 00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (adultți)	Interton Move MV490-DW	Danem arca	Interton A/S	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiență clinică a PA - Nu mai puțin de 1 an</p> <p>Leșirea maximă - 140 dB și mai mult, Câștigul maximal- 81dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500 Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Anti-feedback Prezent</p> <p>Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulti) 12 și mai multe</p> <p>Accesoriile unui set PA - 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei), Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic)</p> <p>Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii - Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriul conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deosăarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator</p> <p>Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator</p> <p>Cerințele către parametri electroacustici ai protezei auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p>	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021. Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1 an, Leșirea maximă: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea): 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA - 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Anti-feedback (Feedback Manager Plus) prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic). Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii - Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriul conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deosăarea echipei de specialiști ai companiei respective. - Prezent în Chișinău și Bălți. Prezentarea mostrelor; Obligator</p> <p>Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 24-27 din catalog "Interton Move New full-family hearing solution" anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).</p>	
33100 00-1	4	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată Copiii (3luni-18ani)	Interton Move MV670-DW	Danem arca	Interton A/S	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiență clinică a aparatelor auditive în Țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1 an (prezentarea referințelor)</p> <p>Leșirea maximă 128 dB și mai mult, Câștigul maximal 56-80 dB</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500Hz</p> <p>Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5%</p> <p>Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare</p> <p>Possibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea de dispozitive suplimentare</p> <p>Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA</p> <p>Anti-feedback - prezent, Dimensiuni minime ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii</p> <p>Accesoriile unui set PA - 1 buc. Baterie "Zinc-Air" 12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală, moale, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei), Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator. Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator. Cerințele către parametri electroacustici ai protezei auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p>	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021. Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1 an, Leșirea maximă: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea): 0,9/1,2/1,0%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea de dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator.</p> <p>Dimensiuni minime ale aparatului auditiv - Anti-feedback (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonare binaural - (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set: PA - 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Obligator 1 olivă „moale”, individuală pentru fiecare proteză, Reglarea protezei obligatoriu; Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni, Termenul de garanție: 24 luni. Prezența în republică a centului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil - Prezent în Chișinău și Bălți. Prezentarea mostrelor; Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV670-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag. 24-27 din catalog "Interton Move New full-family hearing solution" anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).</p>	

33100 00-1	5	Proteze auditive pentru surditate severă Copii (3luni-18ani)	Interton Move MV690-DW	Danemarca	Interton A/S	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor)</p> <p>Înălțimea maximă 134 dB și mai mult. Câștigul maximal 75 dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500 Hz</p> <p>Coefficientul distorsionelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentu copii) - 18 și mai mare</p> <p>Possibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare</p> <p>Obligator (pentu copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA</p> <p>Anti-feedback Prezent, Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii</p> <p>Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală „moale, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic). Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator. Prezentarea mostrelor la sediul comisiei de lucru Obligator. Cerințele către parametri electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p>	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021. Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Înălțimea maximă: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsionelor armonice (de indicat valoarea)- 4.7/0.8/0.8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator.</p> <p>Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Obligator 1 olivă „moale„, individuală pentru fiecare proteză. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni. Termenul de garanție: 24 luni; Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: - Prezent în Chișinău și Bălți. Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorului nu s-a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog "Interton Move New full-family hearing solution" anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).</p>
33100 00-1	6	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii (3luni-18ani)	Interton Move MV690-DW	Danemarca	Interton A/S	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani</p> <p>Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor)</p> <p>Înălțimea maximă 140 dB și mai mult. Câștigul maximal 81dB și mai mult</p> <p>Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz</p> <p>Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥ 5500 Hz</p> <p>Coefficientul distorsionelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5%</p> <p>Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentu copii) 18 și mai mare</p> <p>Possibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare</p> <p>Obligator (pentu copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA</p> <p>Anti-feedback Prezent, Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii</p> <p>Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii</p> <p>Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic). Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator. Prezentarea mostrelor la sediul comisiei de lucru Obligator. Cerințele către parametri electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).</p>	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): 2021. Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Înălțimea maximă: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsionelor armonice (de indicat valoarea)- 4.7/0.8/0.8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator.</p> <p>Dimensiuni minimele ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie "Zinc-Air"-12 buc. Obligator 1 olivă „moale„, individuală pentru fiecare proteză. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni. Termenul de garanție: 24 luni; Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: - Prezent în Chișinău și Bălți. Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorului nu s-a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog "Interton Move New full-family hearing solution" anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).</p>
		Semnat:Numele, Prenumele: Serghei Casmînin În calitate de: Administrator					
		Ofertantul: Sirexton SRL Adresa: Moldova, Chisinau, bl. Traian 23/1-300					