

Componentă	Funcție	Opțiuni
		Unitatea de control a PC-ul este amplasată în spatele ușii frontale a unității de alimentare a probelor.
Unitate alimentare probe	Încarcă/descarcă rackuri	Capacitate de încărcare: 60 rackuri (300 probe) 30 rackuri în 2 tăvi în zona de încărcare, 30 de rackuri în unitatea intermediară de stocare a probelor posterioară Capacitate de descărcare: 60 rackuri (300 probe) 30 rackuri în 2 tăvi în zona de descărcare, 30 de rackuri în unitatea intermediară de stocare a probelor posterioară Include portul STAT, cititorul de coduri de bare pentru electrozi ISE și panoul electric din spatele ușii frontale
Unitate intermediară de stocare a probelor	Stochează rackurile înainte de pipetare	Rată de transfer 500 probe/oră 25 de poziții de rack

☞ Componentele sistemului

Unitate analitică	Funcție	Opțiuni
Unitatea analitică ISE	Determină concentrațiile de Na ⁺ , K ⁺ și Cl ⁻	Până la 900 teste/oră (până la 300 probe/oră)
Unitatea analitică c 503	Teste fotometrice	Până la 1000 teste/oră 680 aplicații Încărcarea automată a reactivilor în timpul Operation și Stand By
Unitatea analitică e 801	Teste imunochimice	Până la 300 teste/oră 200 aplicații, teste cobas e flow Încărcarea automată a reactivilor în timpul Operation și Stand By

☞ Unitate analitică

Componentele principale (unitatea de alimentare a probelor și unitățile intermediare de stocare a probelor) și unitățile analitice sunt denumite instrument.

Fiecare unitate analitică are propria sa unitate intermediară de stocare a probelor.

Cu toate acestea, unitatea analitică ISE împarte aceeași unitate intermediară de stocare a probelor cu unitatea analitică c 503 a instrumentului.

☞ **Subiecte asociate**

- Despre liniile de transport (162)
- Despre unitatea de control (105)
- Despre unitatea de alimentare a probelor (107)
- Despre unitatea intermediară de stocare a probelor (113)
- Despre unitatea analitică ISE (115)