

Specificații tehnice (F4.1)
Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii Inspectoratul General de Carabinieri al MAI
Licitație deschisă 21038727
Echipament medical și bunuri de protecție

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 8						
33100000-1	Test Rapid Antigen COVID-19	BIOCREDIT COVID-19 Ag	Coreea	RapiGEN Inc	Ușor de folosit. Foarte sensibil cu încălcături virale ridicate: 97,56%; rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute; testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene; poate fi depozitat la temperatura camerei; toate componentele testul – inclusiv tamponalele sterile – sunt incluse; să nu existe reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, - HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cu ar fi gripa A/B), specificitatea diagnosticului (97-100%); echivalent NADAL COVID-19 Ag Test.	Ușor de folosit. Foarte sensibil cu încălcături virale ridicate: 97,56%; rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute; testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene; poate fi depozitat la temperatura camerei; toate componentele testul – inclusiv tamponalele sterile – sunt incluse; să nu existe reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, - HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cu ar fi gripa A/B), specificitatea diagnosticului (97-100%); echivalent NADAL COVID-19 Ag Test.	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37

