

**Specificații tehnice (Anexa 22)**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție: nr. oeds-b3wdp1-MD-1737709349457 / 21353876 din 14/02/2025							Data: 14/02/2025	
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile (Citometrie în flux)							Lot: 7	
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
		Lot nr. 7						
33100000-1	7.1	cyCD3-PacB	558117	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 0.5 ml Fluorocrom: PacB Clona: UCHT1 Producător: BD Biosciences, conform paneelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux	Cantitate: 0.1 mg Fluorocrom: PacB Clona: UCHT1 Producător: BD Biosciences, conform paneelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.2	CD10-APCH7	655404	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: HI10A Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: HI10A Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.3	CD105-PE	560839	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: PE Clona: 266 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: PE Clona: 266 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow. Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.4	CD14-APCH7	641394	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: M4P9 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: M4P9 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.5	CD16-FITC	656146	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 50 teste Fluorocrom: FITC Clona: CLB Fc gran/1, 5D2 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 50 teste Fluorocrom: FITC Clona: CLB Fc gran/1, 5D2 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.6	CD19-APCH7	641395	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: SJ25C1 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: SJ25C1 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.7	CD21-HV450	658169	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: HV450 Clona: B-Ly4 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: HV450 Clona: B-Ly4 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.8	CD23-FITC	656148	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 50 teste Fluorocrom: FITC Clona: EBVCS-5 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 50 teste Fluorocrom: FITC Clona: EBVCS-5 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.9	CD24-APCH7	658331	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: ML5 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: ML5 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.10	CD35-FITC	555452	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: FITC Clona: E11 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: FITC Clona: E11 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.11	CD36-FITC	656151	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 50 teste Fluorocrom: FITC Clona: CLB-IVC7 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 50 teste Fluorocrom: FITC Clona: CLB-IVC7 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.12	CD38-APCH7	656646	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: HB7 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: HB7 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.13	CD43-APCH7	655407	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: IG10 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: IG10 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.14	CD64-PE	644385	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 50 teste Fluorocrom: PE Clona: 10.1 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 50 teste Fluorocrom: PE Clona: 10.1 Producător: BD Bioscience, conform paneelelor EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Nr de înregistrare AMDM / Standarde de Referință
33100000-1	7.15	CD79b-PerCPCy5.5	656644	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 50 teste Fluorocrom: PerCPCy5.5 Clona: SN8 Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 50 teste Fluorocrom: PerCPCy5.5 Clona: SN8 Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.16	One Flow LST	658619	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 20 teste, 1 test conține: CD8-FITC, lambda-FITC, CD56-PE, kappa-PE, CD5-PerCP-Cy5.5, CD19-PE-Cy7, TCRγ/δ -PE-Cy7, CD3-APC, CD38-APC-H7, CD20-V450, CD4-V450, CD45-V500-C Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: multicolor cocktail utilizat în citometrie în flux	Volum: 20 teste, 1 test conține: CD8-FITC, lambda-FITC, CD56-PE, kappa-PE, CD5-PerCP-Cy5.5, CD19-PE-Cy7, TCRγ/δ -PE-Cy7, CD3-APC, CD38-APC-H7, CD20-V450, CD4-V450, CD45-V500-C Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: multicolor cocktail utilizat în citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.17	CD81-APCH7	656647	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: JS-81 Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: APCH7 Clona: JS-81 Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.18	CD9-HV450	658167	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 teste Fluorocrom: HV450 Clona: M-L13 Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	Volum: 100 teste Fluorocrom: HV450 Clona: M-L13 Producător: BD Bioscience, conform panelului EuroFlow Aplicare: citometrie în flux	ISO/CE
33100000-1	7.19	Soluție pentru spălare celulelor CELLWASH	349524	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: citometrie în flux.	Volum: 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: citometrie în flux.	ISO/CE
33100000-1	7.20	Lysing Solution 10X Concentrate	349202	USA	BD, Becton Dickinson	Volum: 100 mL. Soluție de liza a eritrocitelor în probele de sânge integral sau măduvă osoasă Aplicare: citometrie în flux.	Volum: 100 mL. Soluție de liza a eritrocitelor în probele de sânge integral sau măduvă osoasă Aplicare: citometrie în flux.	ISO/CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial  
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova