

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21502985 / ocds-b3wdp1-MD-1761753569747, din 06/11/2025	Data: 06/11/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor medicale pentru hemodializă conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2025	Lot: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8;	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X	Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X	A363R-V849R-GT	Japonia	NIPRO	Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X	Set linii pentru hemodializa (HD) sange (majistrale) artera/vena, set maturi pentru aparate de dializa Nipro Surdial X Compatibil cu dispozitivele aflate în utilizare: Da Livrare în set (artera/vena)+ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic: Da Camera de captare activă a aerului: Da Clame montate integral în segment arterial/venos: Da Linie pentru heparinizare automată: Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrana de plombare: Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrana dubla cu marcaj de culoare corespunzătoare: Da Cerințele specifice : -Număr de segmente pentru pompă: ≥ 1 buc. -Forma segmentului pompei să fie adaptată special pentru dispozitivul Surdial X aflat la dotare: Obligatoriu. -Prezența camerei de captare activă a aerului pe partea venoasă a liniei cu trombogenitate redusă: Obligatoriu. -Prezența portului de injecție pe partea arterială și venoasă a liniei pentru administrarea suplimentară de medicamente cu seringă: Obligatoriu. -Prezența conectorului de recirculare atașat pe partea arterială a liniei: Obligatoriu. -Lungimea liniei pentru administrarea heparinei: ≥ 1000 mm. -Linii de control cu filtre hidrofobe și cleme: ≥ 2 buc. -Linii de extensie: ≥ 2 buc. -Ac plastic, tip "Spike" cu capac: ≥ 1 buc. -Capac de protecție, tip "Luer Lock": ≥ 1 buc. -Sterilizare: etilenoxidă, iradiere.	DM000367211
33100000-1	2	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri.	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri.	Insprasol A 1006 (Canister, 10 Liters)	Turcia	INSPRAMED MEDIKAL SANAYI VE TICARET A.Ş.	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Concentrat de săruri, soluție, componentul acid, canistre, 10 litri Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice Nu Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoză 5,5 mmol/l (lg/l).	Cerințe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Da, corespunde Formă de prezentare: soluție concentrată, în canistre de 10 litri; Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: Da, corespunde Scop utilizare: Hemodializă - bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line: Da, corespunde Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun): diluația cu apă de 1:34 Na+ (mmol/L): 138 K+ (mmol/L): 2 Ca+2 (mmol/L): 1.75 Mg+2 (mmol/L): 0.5 Cl- (mmol/L): 109.5 Acetate- (mmol/L): 3 HCO3- (mmol/L): 32 Glucoza (mmol/L): 5.55 (1g/l)	DM000450379

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	3	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g,	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g,	INSPRACART, 760g	Turcia	INSPRAMED MEDIKAL SANAYI VE TICARET A.S.	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Dialog, Bbraun Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, Bbraun) 1. Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, Bbraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice Nr Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, Bbraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame	Cartuș de bicarbonat de sodiu, echivalent cu Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, Bbraun) Cerințe generale: Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare: Da, corespunde Pentru aparatele tip Dialog, Bbraun: Da, compatibil Formă de prezentare: Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame; Scop utilizare: Hemodializă - bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line: Da, corespunde Continutul unui cartuș: Pulberea de bicarbonat de sodiu, min. 760 gr.	DM000450381
33100000-1	4	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg	DORA B-16PF	China	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd	Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 10,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, y, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67	Dializator suprafața 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 26 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, y, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 26 ml/oră Volumul de umplere ≤ 98 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 259 2 creatinina ≥ 244 3 fosfați ≥ 240 4 vitamina B-12 ≥ 148	DM000489175
33100000-1	5	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	DORA B-18PF	China	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, y, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Dializator suprafața 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 28 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, y, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 28 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 266 2 creatinina ≥ 256 3 fosfați ≥ 250 4 vitamina B-12 ≥ 162	DM000489177
33100000-1	6	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	DORA B-14PF	China	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, y, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	Dializator suprafața 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 24 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, y, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 24 ml/oră Volumul de umplere ≤ 85 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 251 2 creatinina ≥ 232 3 fosfați ≥ 228 4 vitamina B-12 ≥ 132	DM000489173

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	8	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun)	Blood Lines, A165-V733	Japonia	NIPRO CORPORATION	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Material transparent (tubul să fie transparent) Da Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluaire Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22	Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Cerințe tehnico-medicale pentru liniile de sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog, BBraun) Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Material transparent (tubul să fie transparent) Da Livrare în set (arteră/venă) Da Capcană arterială înainte de filtru + PBE port Da Clemăde conectare la pacient cu cod de culoare Da Pungă de colectare de 2 litri Da Post-diluaire Da Port de injecție fără conținut de latex Da Volumul total de umplere/arterial/venos (ml) 142/72/70 Diametrul segmentului pentru pompă (mm) 8 Diametrul intern al magistralei sanguine (mm) 4,3/4,8 Diametrul intern al liniei de heparină (mm) 1,5 Diametrul capcanei venoase (mm) 22 Vezi - Broșura NIPROSET™ BLOOD TUBING SET FOR HEMODIALYSIS	DM000367122

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova