

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 / 21384985 , din 25/04/2025		Data: 25/04/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)		Lot: 12.	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	P40 Elite	China	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	Cod300310 APLICAȚII CLINICE General, Obstetric, Ginecologic, Vascular, Cardiac (opțional) PROBE PORTURIminim 3 PROBE TIP: Linear minim 5-12 MHz Lățimea câmpului vizual (FoV) 40-60 mm Numărul minim de „elemente: 192 Aplicare: General, Vascular Convex diapazon acoperit minim 2-5MHz Lățimea câmpului vizual (FoV) minim 60 grade Numărul minim de elemente: 192 Aplicare: General, Vascular, Obstetric, Ginecologic NIVELE DE GRI≥256 PREPROCESARE, canale digitale≥ 300 000 GAMA DINAMICA≥ 250 dB ADÎNCIMEA DE SCANARE MAXIMĂminim 30 cm GAMA DE FRECGVENTE A SISTEMULUIminim 2-17 Mhz POSTPROCESAREobligatoriu IMAGINE MODURI M-modobligatoriu M-mod și 2-Dobligatoriu Mod Panoramicobligatoriu	Conform solicitării, Anexa 1.	ISO/ CE/ Numarul de înregistrare în RSDM DM000450300

Semnat: _____Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova