

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1687531737099 din 14.07.2023
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 19 Audiometru pentru screeningul audiologic	DISPOZITIV PORTABIL DE TESTARE OTOACUSTICĂ Model OtoRead	Danemarca	Interacoustics A/S	Audiometru pentru screeningul audiologic - 1 unitate Tip Portabil Ecran LCD Tip măsurare emisii otoacustice Tip pacient nou-născuți Protocoale incluse pentru nou-nascuti da Testare, metoda TEOAE și DPOAE Gama de frecvență DPOAE 1,5 - 12 kHz (min. 10 pași) Gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz (min. 9 pași) Intensitatea stimulului DPOAE 40 - 70 dB SPL Intensitatea stimulului TEOAE Aproximativ 80 dB SPL ±5 dB Nivelul maxim de ieșire ≤ 90 dB SPL Nivelul de zgomote ≤ -20 dB SPL Indicator de introducere a sondei în conductul auditiv extern da Acumulator Autonomie min. 250 investigații Alimentare 220V Accesorii Încărcător pentru acumulator	Audiometru pentru screeningul audiologic Tip Portabil – Da pag 1-4 Data sheet Configuratia Clinical Ecran LCD – Da pag 1-4 Tip măsurare emisii otoacustice – Da. Tip pacient nou-născuți - Da Protocoale incluse pentru nou-nascuti – Da Testare, metoda TEOAE și DPOAE- Da pag 2-4 Gama de frecvență DPOAE 1,5 - 12 kHz >10 pași pag 2-4 Gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz > 9 pași pag 2-4 Intensitatea stimulului DPOAE (-20dB-89dB SPL)- Da pag 4 Intensitatea stimulului TEOAE(-30dB-100dB SPL)- Da pag 4 Nivelul maxim de ieșire 100dB pag 4 Nivelul de zgomote - Da - 30dB pag 4 Indicator de introducere a sondei în conductul auditiv extern Da pag 4 Acumulator Autonomie – Da 500 investigații Alimentare 220V Da sursa de alimentare a	CE ,ISO.

				Set de olive de diferite dimensiuni min. 120 buc Imprimantă	încărcătorului Accesorii Încărcător pentru acumulator - Da Set de olive de diferite dimensiuni min. 120 buc- Da Imprimantă - Da DM000312731 Rg04-000177	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Petru Movilă 23/5,ap (of)3