

Specificații tehnice (F4.1)

**Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IMSP Institutul Mamei și Copilului  
Licitatia publică: 21035269: Servicii de deservire a utilajului radiologic (repetat II)**

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>LOT 2</b>						
<u>50400000-9</u>	Sistem de radiografie generală RadSpeed, Shimadzu	RadSpeed, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	Cerințe:Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării.Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii.La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului .Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului. Menținerea corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului .Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	Cerințe:Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării.Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii.La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului .Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului. Menținerea corectivă Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului .Agentul economic va efectua repararea dispozitivului În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	CE
<u>50400000-9</u>	Sistem fluoroscopic SonialVision G4, Shimadzu	SonialVision G4, Shimadzu	Japonia	Shimadzu			CE
<u>50400000-9</u>	Sistem radiografic general cu fluoroscopie RadSpeed + SonialVision G4, Shimadzu	RadSpeed + SonialVision G4, Shimadzu	Japonia	Shimadzu			CE
<u>50400000-9</u>	Dispozitiv radiografic mobil MobileArt Evolution, Shimadzu	MobileArt Evolution, Shimadzu	Japonia	Shimadzu			CE
<u>50400000-9</u>	Dispozitiv radiografic mobil MobileArt Eco, Shimadzu	MobileArt Eco, Shimadzu	Japonia	Shimadzu			CE

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei  
În calitate de: Director  
Ofertantul: „Neotec”SRL  
Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37