

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **06.07.2022**

Licitația nr.: **21058971**

Invitație la licitația nr.: [introduceți numărul/codul anunțului]

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

„CAVATEH M” SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările:

b) **„CAVATEH M” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii

" privind Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat) "

c) Prețul total al ofertei constituie:

Suma Ofertei:

243 596, 70 (Două sute patruzeci și trei mii cinci sute nouăzeci și șase lei, 70 bani MDL) fără TVA

292 316, 04 (Două sute nouăzeci și două mii trei sute șaisprezece lei, 04 bani MDL) cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **„CAVATEH M” SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Captari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„CAVATEH M” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Academiei 3, of.110B**

Data: **06.07.2022**

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21058971						Data: 06.07.22	Alternativa Nr.:	
Denumirea Licităției	" privind Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat)"						Lot. 1.2.3	Pagina: 1 din 1	
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	Dializator suprafața 0,4 m²- 0,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	SMARTFLUX LFP06	Italia	MEDICA	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 0,4 m²-0,6 m²; Cerințe generale. Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani. Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da. Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 1,7ml/oră. Volumul de umplere min. 28 – max. 40 ml. Clearance Unitate măsură ml/min Cerințele specific; 1 ureea ≥ 125 2 creatinina ≥ 95 3 fosfați ≥ 50 4 vitamina B-12 ≥ 20	Vezi broșura/prospectul și fișa tehnică pentru SMARTFLUX LFP06	CE/ISO
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	Dializator suprafața 1,0-1,1 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	SMARTFLUX LFP110	Italia	MEDICA	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,0 -1,1 m² Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 ml Clearance Unitate măsură ml/min Cerințele specifice 1 ureea ≥ 168 2 creatinina > 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60	Vezi fișa tehnică pentru SMARTFLUX LFP110	CE/ISO
33100000-1	3	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	SMARTFLUX LFP140	Italia	MEDICA	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m². Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coefientul de UF ≥ 9 ml/oră; Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min; 1 ureea ≥ 185; 2 creatinina ≥ 172; 3 fosfați ≥ 135;4 vitamina B-12 ≥ 75	Vezi broșura/prospectul și fișa tehnică pentru SMARTFLUX LFP140	CE/ISO

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21058971						Data: 06.07.2022			Alternativa nr.				
Denumirea licitației: " privind Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2022 (repetat)"						Lot. 1.2.3			Pagina 1 din 1				
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	valoarea estimată
1		2		3	4	5	6	7	8	9			10
33100000-1	1	Dializator suprafața 0,4 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	Dializator suprafața 0,4 m²- 0,6 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 1,7 ml/orș mm Hg	Buc.	60	469.2000	563.0400	28,152.0000	33,782.4000	În termen de pînă la 45 de zile de la comanda beneficiarului pe parcursul anului 2022.			31000
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,0 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	Dializator suprafața 1,0-1,1 m². Coeficientul de urtrafiltrare ≥ 6 ml/orș mm Hg	Buc.	100	121.8450	146.2140	12,184.5000	14,621.4000				13500
33100000-1	3	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m². Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Buc.	1560	130.2950	156.3540	203,260.2000	243,912.2400				17200
Total ofertă								243,596.70	292,316.04				

Semnat:

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B