

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)
pentru IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Nr. Licitației: ocds-b3wdp1-MD-1612944889796	Data: 18 martie 2021
Denumirea Licitației: Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021	

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33000000-0	Lampa halogen JB12V24WF6/SSM	LAMP HALOGEN JB12V24WF6/SSM	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului CS-2100i.	CE, ISO
2	33000000-0	Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000	VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului XN-1000.	CE, ISO
3	33000000-0	Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000	MANIFOLD MV NO.14 ASSY	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului XN-1000.	CE, ISO
4	33000000-0	Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000	HGB DETECTOR ASSY NO.6	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului XN-1000.	CE, ISO
5	33000000-0	Curea "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000	LONGITUDINAL FEED BELT	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului Sysmex UX-2000.	CE, ISO
6	33000000-0	Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000	LINEAR WAY	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului Sysmex UX-2000.	CE, ISO
7	33000000-0	Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000	STRIP TRAY	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului Sysmex UX-2000.	CE, ISO
8	33000000-0	Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000	TUBE PUMP	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului Sysmex UX-2000.	CE, ISO
9	33000000-0	Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000	AIR PUMP	Japonia	Sysmex	Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului Sysmex UX-2000.	CE, ISO
10	33000000-0	Inlet gasket, new design pentru ABL835	Inlet gasket, new design for ABL8XX	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul analizatorului ABL835.	CE, ISO

11	33000000-0	Tub de pompă pentru pompa de deșeuri p/u ABL835	Pump tube for waste pump	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului ABL835.	CE, ISO
12	33000000-0	Tub de pompă pentru pompa de soluții p/u ABL835	Pump tube for solution pump	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului ABL835.	CE, ISO
13	33000000-0	Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835	Pump tube for electrode modules	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului ABL835.	CE, ISO
14	33000000-0	Membrane box p/u electrod Ref, 4 buc. p/u ABL835	Ref membrane box	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului ABL835.	CE, ISO
15	33000000-0	Membrane box p/u electrod pCO2, 4 buc. p/u ABL835	pCO2 membrane box	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului ABL835.	CE, ISO
16	33000000-0	Membrane box p/u electrod pO2, 4 buc. p/u ABL835	pO2 membrane box	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului ABL835.	CE, ISO
17	33000000-0	Membrane box p/u electrod K, 4 buc. p/u ABL835	K membrane box	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului ABL835.	CE, ISO
18	33000000-0	Membrane box p/u electrod Na, 4 buc. p/u ABL835	Na membrane box	Danemarca	Radiometer	Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului ABL835.	CE, ISO
81	33000000-0	Sensor de oxigen (Ref:MX01049)	OxyTrace VE	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul dispozitivului p/u Respir. Artif. Draeger Savina 300.	CE, ISO
88	33000000-0	Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861)	Savina 300 Service Set 6y	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Kit-ul va include: - Microfilter 1 Buc.; -Set of dust filters 1 set; -Diaphragm complete 2 Buc.; -Filter Gas Inlet 1 Buc.; -Lead-acid accumulator 12V/3.5 Ah 2 Buc.; -Sealing ring 1Buc.; -Washer 1 Buc.; -Real-time clock 1 Buc. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Instalarea kitului de către reprezentant. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul dispozitivului p/u Respir. Artif. Draeger Savina 300.	CE, ISO
90	33000000-0	Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196)	MULTIMED 5 POD, 1.5 M	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul monitorului de pacient Drager Infinity Delta.	CE, ISO
97	33000000-0	Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796)	ETC02 AIRWAY ADAPTER ADULT	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul dispozitivului p/u Respir. Artif. Draeger Savina 300.	CE, ISO

98	33000000-0	E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217)	E/M Spr Cbl 6X02XL A103/4 Frnt	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL. Să fie în complex cu cablul flex interconector (Board Front Pnl GAMMA XL A200 - PCB Processor SC 6X02XL A104). Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul monitorului de pacient Drager Infinity Gamma XL.	CE, ISO
99	33000000-0	Modul NIBP (ref: 5950782)	E/M SPR MANIFOLD NP 6002XL	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul monitorului de pacient Drager Infinity Gamma XL.	CE, ISO
103	33000000-0	Diafragma pentru valva de expir	Membrane, complete	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul dispozitivului p/u Respir. Artif. Draeger Babylog VN500.	CE, ISO
104	33000000-0	Diafragma pentru valva de inspir	Diaphragm, compl.	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul dispozitivului p/u Respir. Artif. Draeger Babylog VN500.	CE, ISO
105	33000000-0	Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179)	Neonatal flow sensor insert (5x)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul dispozitivului p/u Respir. Artif. Draeger Babylog VN500.	CE, ISO
122	33000000-0	Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed, Ref: 5192113	TRANSDUCER PLT ABBOTT/BRAUN5PC	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Set din 5 piese. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul dispozitivului p/u Respir. DRAGER.	CE, ISO
123	33000000-0	Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375959	HEMO/PICCO POD ADAPTER, 10PIN	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Set din 2 piese, AB și CD. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Infinity HemoMed, DRAGER.	CE, ISO
127	33000000-0	Garnitura usa (Silicone door gasket S1000)	GASKET DOOR S1000 (08) COLOR 308	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
128	33000000-0	STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000	STERILE AIR FILTER AUT. SERIES 1000	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
129	33000000-0	Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM)	O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
130	33000000-0	Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM)	JOINT O RING LEVEL SWITCH LEVEL GENERATOR S1000	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
131	33000000-0	Contactator 3RT1035-1B (RESISTAN CES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC)	RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
132	33000000-0	Senzor de presiune absoluta (0-4Bar)	WIKA A10 P. TRANSDUCER, 0-4BAR, 2CABLES, PREC.1%, 0.6% NL	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
133	33000000-0	Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection)	FAN OF 120 X 120 X 38 MM, 24V	Spania	Matachana	Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO

134	33000000-0	STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314	STERILE FILER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314	Spania	Matachana	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314.	CE, ISO
135	33000000-0	Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	DOOR GASKET MAT LD 2314	Spania	Matachana	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314.	CE, ISO
136	33000000-0	Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Tube for chemical pump, MAT LD 2314	Spania	Matachana	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314.	CE, ISO
137	33000000-0	Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	Silicone tube for lubricant pump, MAT LD 2314	Spania	Matachana	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314.	CE, ISO
148	33000000-0	COMPLEMENT VALVE CIRCUIT FOR SUPPORT OF AIR CUT "NO"	COMPLEMENT VALVE CIRCUIT FOR SUPPORT OF AIR CUT "NO"	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: P XB-B392	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
149	33000000-0	VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3	VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3	Spania	Matachana	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Sterilizatorului Matachana S1008-E2.	CE, ISO
151	33000000-0	MOTOR OF DRYING MAT LD2314 LD521 LD521XLS	MOTOR OF DRYING MAT LD2314 LD521 LD521XLS	Spania	Matachana	Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314.	CE, ISO
195	33000000-0	Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611)	ANGLE PROBE O2 / CN / 6,3	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standard DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul Drager.	CE, ISO
199	33000000-0	Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053	Battery Set Fabius	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei de Anestezie Drager, Fabius Plus.	CE, ISO
200	33000000-0	Valva de ceramica REF: M23225	Ventilteller	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Mașină de anestezie Drager Fabius Plus, diametru 32mm, grosime 0,3mm. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei de Anestezie Drager, Fabius Plus.	CE, ISO
201	33000000-0	Filtru bacterial (REF: MK00514)	Bacterial Filter	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu aspiratorul din cadrul masinii de anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei de Anestezie Drager, Fabius Plus.	CE, ISO
202	33000000-0	Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	BlueSet Anesthesia (P/A)	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul mașinei de Anestezie Drager, Fabius Plus.	CE, ISO
205	33000000-0	Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta	SCIO FOUR	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Cu cablu interconectare compatibil cu portul X8 al monitorului Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul aparatului de anestezie Drager Fabius.	CE, ISO
221	33000000-0	Furtun pentru gaz comprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	O2 CS-hose 5.0m NIST neut DIN	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul aparatului de anestezie Drager Fabius.	CE, ISO

222	33000000-0	Furtun pentru gaz comprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius	AIR CS-hose 5.0m NIST neut DIN	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. <u>Certificat de conformitate european.</u>	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul aparatului de anestezie Drager Fabius.	CE, ISO
223	33000000-0	Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice cu conector AGSS pentru aparatul de anestezie Drager Fabius	Anesthetic waste gas hose, 5 m	Germania	Dragerwerk AG & Co. KGaA	Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. <u>Certificat de conformitate european.</u>	Conform cerințelor; Produs este original de la producătorul aparatului de anestezie Drager Fabius.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**