

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1695911104792 din 12/11/2023						
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 18						
Sistem de Videocolonoscopie	Sistem Video Colonoscopie HD-550 în urm. configurație: Video Procesor HD-550, Video colonoscop EC-500T, Sursă de lumină VLS-55Q.	China	Sonoscape Medical Corp	Conform Anexei Nr.1	Conform Anexei Nr.1	CE, DC, ISO
TOTAL						

Semnat:
Numele, Prenumele: Lungu Ion
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Denumire Sistem	Sistem Video Colonoscopie HD-550
Producător	Sonoscape Medical Corp
Țară de Origine	China
Video Procesor Sistem de Videocolonoscopie Intrări cameră ≥ 1	Da, Video Procesor Sistem de Videocolonoscopie Da, Intrări cameră ≥ 1 Product data HD - 550 pag. 3, 3. Ports, Optical Fiber port
Imaginea HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli	Da, Imaginea HD 1920x1080/1920x1200 pixeli Product data HD - 550 pag. 6, 6. System Settings, Video parameters
Controale/Caracteristici	Da, Controale/Caracteristici
Ajustare nuanță Da	Da, Ajustare nuanță; Color Tone Adjustment Product data HD - 550 pag. 4, 4. Technical Specifications
Iluminare Auto	Da, Iluminare Auto; Product Data VLS-55Q, pag.3, 3 Functions, Brightness adjustment: Product data HD - 550 pag. 4, 4. Technical Specifications
Balans de alb Auto	Da, Balans de alb Auto; Product data HD - 550 pag. 3, 2. Advanced Technologies
Acuitate Da	Da, Acuitate Structural enhancement Product Data HD-550, Structural enhancement, pag.3
Video compensare Da	Da, Video compensare AGC Product data HD - 550 pag. 4, 4. Technical Specifications
Înghețarea imaginii Da	Da, Înghețarea imaginii Product data HD - 550 pag. 5, 4. Technical Specifications, Image Freez
Reducerea zgomotului imaginii Da	Da, Reducerea zgomotului imaginii Product data HD - 550 pag. 3, 2. Advanced Technologies, Electronic filter function
Iris automat Da	Da, Iris automat Product data HD - 550 pag. 4, IRIS

Zoom electronic Da	Da, Zoom electronic Product data HD - 550 pag. 4, Zoom
Ieșiri RGB ≥ 1 Y/C ≥ 1	Da, Ieșiri Da, CVBS : 1 Da, S-video : 1 Product data HD - 550 pag. 4, 3. Ports
Digital (DVI, SDI, VGA) Da	Da, Digital (DVI, SDI, VGA) Product data HD - 550 pag. 4, 3. Ports
HDD ≥ 500 GB	Da, HDD : 500 GB Product data HD - 550 pag. 5, Storage Capacity
Sursă de lumină Tip Separat sau integrat Tip lampă LED ≥ 4 lungimi de undă	Da, Sursă de lumină VLS-55Q Da, Tip Separat Da, Tip lampă LED : 4 lungimi de undă Product Data VLS-55Q, pag.3 , 2 Advanced technology
Timp de viață lampă $\geq 10\,000$ ore	Da, Timp de viață lampă: 10 000 ore Product Data VLS-55Q, pag.4, Service time of main lamp
Reglare flux aer ≥ 3 trepte	Da, Reglare flux aer :3 trepte Product Data VLS-55Q, pag.4, Air-feedings level
Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei ≥ 4 moduri	Da, Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei : 4 moduri (WL, EWL, SFI, VIST). Product Data VLS-55Q, pag.3 , 2 Advanced technology, VLS-55Q
Dispozitive periferice Display medical HD ≥ 26 inch	Da, Dispozitive periferice Da, Display medical HD : 26 inch Product data HD - 550 pag. 4, 15 Monitor, 26 inch opțiune inclusă
Rezoluție de afișare $\geq 1920 \times 1080$ pixeli	Da, Rezoluție de afișare : 1920x1200 pixeli Product data HD - 550 pag. 4, 15 Monitor, Resolutions
Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentarii) $\geq 80\,000$ înregistrări	Da, Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta,

Tastatură pentru introducerea datelor Da Suport pe roțile Da Sistem de furnizare a aerului/appei Volum vas pentru apă ≥ 250 ml Regim de funcționare ≥ 3 regimuri Trolu cu transformator de izolare integrat sau separat pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate Operatorul economic să specific modelul propus Polițe reglabile la înălțime ≥ 4 unități Video colonoscop Să se indice modelul oferit Operatorul economic să specifice modelul propus Tip HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Impermiabil Da Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Da Tubul de inserție Lungimea totală ≥ 1700 mm	comentarii) : până la 100 000 înregistrări opțiune inclusă Product data HD - 550 pag. 10, 8. Work order List Da, Tastatură pentru introducerea datelor Da, Suport pe roțile HDT-500 Da, Sistem de furnizare a aerului/appei Product Data VLS-55Q, pag.4, 2 Advanced technology, Air/Water-feeding pressure adjustment: Da, Volum vas pentru apă :250 ml inclus Da, Regim de funcționare : 3 regimuri Product Data VLS-55Q, pag.4, 2 Advanced technology, Air/Water-feeding pressure adjustment: Da, Trolu HDT -500 cu transformator de izolare integrat EC800PE, pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor 1 unitate Da, Polițe reglabile la înălțime : 4 unități Product Data HDT-500, pag. 19 Da, Video colonoscop EC-500T Da, Tip HD : 1920x1080 pixeli Product Data EC-550T, pag 4, 2. Advanced Technologies Da, Impermiabil Product Data EC-550T, pag 4, 2. Advanced Technologies, Safe fully-sealed design Da, Compatibilitatea cu Tehnologia de bandă îngustă de culoare VIST, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Product Data EC-550T, pag 5, 4. Control Section and Insertion Section, Da, Tubul de inserție Da, Lungimea totală : 2050 mm Lungime de lucru : 1700 mm
--	--

Lungime de lucru ≥ 1350 mm Diametrul exterior al părții de lucru $12,8 \pm 0,3$ mm Marcaj de lungime Da Canalul de lucru Diametrul $\geq 3,7$ mm Numărul de canale ≥ 1 Optica Unghiul câmpului de vedere ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului de vedere $\geq 3-100$ mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/Jos 180 grade Stânga/ Dreapta 160 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare Butoane ≥ 4 Înghețarea imaginii Da Eliberarea imaginii Da Capturare imaginii Da Reglarea intensității luminii Da Reglarea tonului de culoare (filtre optice) Da Modificarea contrastului Da Zoom electronic Da pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa Da Spălarea obiectivului Da Metode de sterilizare Operatorul economic să specifice metodele recomandate	Da, Diametrul exterior al părții de lucru 12,5 Da, Marcaj de lungime Da Da, Canalul de lucru Da, Diametrul : 3,8 mm Da, Numărul de canale 5 Da, Optica Da, Unghiul câmpului de vedere : 140 grade Da, Înclinația câmpului vizual 0 grade (Front Viewing) Da, Adâncimea câmpului de vedere : 3-100 mm Da, Tipul și unghiurile de deflecție Sus/Jos 180 grade Da, Stânga/ Dreapta 160 grade Product Data EC-550T, pag 7, EC-550T Da, Funcționalitatea mânerului de dirijare Da, Butoane : 4 (0,1,2,3) Product Data EC-550T, pag 5, 4. Control Section and Insertion Section, (Remote Buttons) Da, Înghețarea imaginii Da, Eliberarea imaginii Da, Capturare imaginii Da, Reglarea intensității luminii Da, Reglarea tonului de culoare (filtre optice) Da, Modificarea contrastului Da, Zoom electronic Da, pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa (Air/Water valve) Da, Spălarea obiectivului Product Data EC-550T, pag 4- 5, 4. Control Section and Insertion Section, Da, Metode de sterilizare Product Data EC-550T, pag 8.
--	---