

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:

21009149 din 18 iunie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice 3 (Repetat)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	20	Set tipic dispensabil de monitorizare a presiunii arteriale invazive	MX9622	Marca Britanie	Smiths	Set tipic dispensabil de monitorizare a presiunii arteriale invazive REF: BTR4812-3 pentru monitor GE B20	a. Dăruzonul de masurare50 mmHg - 300 mmHg b. Sensibilitatea - 5mm/vmmHg:1% mai 4.0 kV c. Protecție de impulsul de fibrilatorului Obligator pentru amplasarea si fixarea - senzorilor de presiune arteriala si venoasa d.suport Codul ProdusuluiMX9622 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8

