

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:		LP nr. 21436076 din 19.06.2025								Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 2)								Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
33100 000-1	1	Analizator hematologic, automat (5 diff)	Analizator hematologic, automat (5 diff)	bucată	1	140 000,00	168 000,00	140 000,00	168 000,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
33100 000-1	4	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	bucată	1	43 500,00	52 200,00	43 500,00	52 200,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
						Suma total:		183 500,00	220 200,00		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str. Banulesc Bodoni, 25**

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. 21436076 din 19.06.2025						
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 2)						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
331000 00-1	1	Analizator hematologic, automat (5 diff)	Analizator hematologic, automat (5 diff)	DxH 520	SUA	Beckman Coulter	conform anunțului de participare	Vezi Anexa 1 - Lot 1	ISO, CE
331000 00-1	4	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	AerC-3	China	Aehealth	conform anunțului de participare	Vezi Anexa 1 - Lot 4	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel** În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str. Banulesc Bodoni, 25**

Anexa 1- Lot 1 - Analizator hematologic automat (5 diff)

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
Analizator hematologic, automat (5 diff)	Analizator hematologic, automat (5 diff) marca Beckman Coulter tip DxH 520, Conform broșură DxH 520
Procedura de curățire automată	Analizorul DxH 520 dispune de proceduri de mentenanță zilnică automate, utilizând soluția de curățare de la bord. Conform pag. 3-3, 8-1 Manual DxH 520
Parametri determinați și calculați:	Analizorul DxH 520 dispune de următorul meniu de teste: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, LY%, LY#, MO%, MO#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA#, IMM%, IMM#, LHD, MAF, PCT, PDW. Conform Broșură DxH 520
WBC	
RBC	
Hgb	
Hct	
MCV	
MCH	
MCHC	
PLT	
LYM #	
MON#	
NEU#	
BAS#	
EOS#	
LYM%	
MON%	
NEU%	
BAS%	
EOS%	
RDW	
PDW	
MPV	
PCT	
Capacitate (probe/oră) 60	Analizorul DxH 520 are o viteză de lucru de 60 de probe/oră. Conform Broșură DxH 520
Diluarea automată	Analizorul DxH 520 efectuează automat diluția probelor. Conform pag. 2-3 Manual DxH 520
Afișaj grafic	Analizorul DxH 520 afișează rezultatele tuturor parametrilor măsurați și calculați. De asemenea, afișează 2 histograme color pentru RBC și PLT și o scattergramă color pentru diferențierea populației de leucocite. Conform Broșură DxH 520 Conform pag. 2-4, 2-5 Manual DxH 520

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
Imprimantă	Analizorul DxH 520 va fi livrat cu imprimantă.
Introducerea datelor manual	Analizorul DxH 520 permite introducerea datelor pacienților manual. Conform pag. 7-1, 7-2 Manual DxH 520
Interfața PC obligatoriu	Analizorul DxH 520 dispune de interfață PC cu ecran tactil color integrat. Conform Broșură DxH 520
Afișarea histogramelor obligatoriu	Analizorul DxH 520 afișează 2 histograme color pentru RBC și PLT și o scattergramă color pentru diferențierea populației de leucocite. Conform pag. 2-4, 2-5 Manual DxH 520
Stocarea datelor obligatoriu	Softul analizorului DxH 520 are capacitatea de a memora 30.000 de rezultate ale pacienților, inclusiv grafice, indicatori, mesaje și coduri și 12 fișiere de control cu câte 150 de rulări. Conform Brosura DxH 520
Calibrarea automată manuală	Analizorul DxH 520 permite calibrare automată sau manuală. Conform pag. 11-2, 11-3 Manual DxH 520
Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)	Analizorul DxH 520 afișează o histogramă RBC (repartizarea eritrocitelor după volum). Conform pag. 2-4 Manual DxH 520
PLT (repartizarea trombocitelor după volum)	Analizorul DxH 520 afișează o histogramă PLT (repartizarea trombocitelor după volum). Conform pag. 2-4 Manual DxH 520
Scattergrame WBC - 5 diff	Analizorul DxH 520 o scattergramă color pentru diferențierea populației de leucocite (WBC) în cele cinci subpopulații (5DIFF). Conform pag. 2-5 Manual DxH 520
Afișarea pe ecran a tuturor datelor:	Analizorul Dx520 afișează pe ecran rezultatele pacienților, histograme, rezultate ale pacienților lucrați anterior, erori de service etc. Conform Broșură DxH 520 Conform pag.2,4, 2-5, 2-5, 6-7, 6-8, 6-9, 10-5, 10-6 Manual DxH 520
histograme	
rezultate grafice	
rezultate din arhivă	
date de servis	
Monitorizarea datelor pacientului pacient nume ID pacient sex vârstă	Analizorul DxH 520 permite monitorizarea după mai multe câmpuri demografice cum ar fi: nume, ID, sex, vârstă. Conform pag. 7-1, 7-2 Manual DxH 520
Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas	Analizorul DxH 520 dispune de un meniu dedicat pentru reactivi, unde sunt monitorizate informațiile despre lot, data expirării, volumul rămas, stabilitate. Conform pag. 1-13, 9-12, 9-13, 9-14 Manual DxH 520
Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Analizorul DxH 520 permite afișarea pe rapoartele printate a parametrilor determinați și calculați, a histogramelor și scattegramelor,
Parametri determinați și calculați	
histograme pe parametri de bază- RBC, WBC,	

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
PLT date despre pacient	datelor despre pacienți și diverse mesaje de avertizare. Conform pag. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, A-6, A-7 Manual DxH 520
Indicatori de avertizare obligatoriu	
Control al calității 2'. 3 nivele	Control al calității pe 3 nivele Conform insert DxH 5xx Control
Construirea tabelor și graficelor Levey-Janings	Analizorul DxH 520 dispune de meniu dedicat pentru controlul intern de calitate, unde pot fi vizualizate datele sub formă de tabel și grafice Levey-Jenings Conform pag. 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9 Manual DxH 520
Memorie internă 2'. 1000 pacienți	Softul analizorului DxH 520 are capacitatea de a memora 30.000 de rezultate ale pacienților, inclusiv grafice, indicatori, mesaje și coduri Conform Broșură DxH 520
Alimentarea 220 V, 50 Hz	Alimentarea 220 V, 50 Hz Conform Broșură DxH 520
Accesorii Vas pentru deșeuri	Accesorii Vas pentru deșeuri Conform pag 9-16 Manual DxH520
tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare	tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare ca parte componentă a analizorului Conform pag 1-3, 1-4
Limba de comunicare rom/rus	Softul analizorului este disponibil în mai multe limbi, inclusiv limba română. Conform Broșură DxH 520
Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare 2'. 50 analize (pentru testare/insturire)	SUPERIOR: Analizorul va fi însoțit de start-up kit care include toți reagenții necesari (inclusiv materiale de control și calibrare) cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea instalării, calibrării, instruirii și analizelor pentru un număr total de 700 de cicluri (prin ciclu înțelegem o rundă de măsurare- spălare, control, pacient, repetare etc)
Consumabile Sa fie incluse 2'. 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit	Vor fi incluse 1000 eprubete 2,5 ml cu anti- coagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit.
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării 6 luni.	Perioada de valabilitate a reagentilor va fi de 6 luni din momentul livrării.
Note:	
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare	Oferta de preț include reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.	Cantitatea soluțiilor propuse va asigura efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:	Furnizorul va asigura:
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul	Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.	informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.
Instruirea personalului.	Instruirea personalului.
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).	Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).	Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).
Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.	Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.	Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de 4 ani.	Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de 4 ani.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Pentru materialele biologice de control și calibrare, având în vedere natura lor perisabilă, se acceptă un termen de valabilitate de minimum 1 lună la livrare, cu condiția livrării eșalonate conform necesarului.	Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Pentru materialele biologice de control și calibrare, 1 lună la livrare.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.	Analizorul DxH 520 utilizează doar doi reactivi și o singură soluție de curățare. Diluentul și soluția de liză sunt stabile 60 de zile de la deschidere, iar soluția de curățare este stabilă 90 de zile de la deschidere. Conform inserturi Diluent, Lyse, Cleaner
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:	Prețurile conțin:
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.	Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.
Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).	Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).
Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă de 4 ani	Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă de 4 ani
Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada de 4 ani.	N/A

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toata perioada de 4 ani.	UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toata perioada de 4 ani.
Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.	Analizorul DxH 520 dispune de interfata PC integrată, cu ecran tactil color pe care se derulează tastatura virtuală, cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.	Sunt incluse toate consumabilele necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de 4 ani.	Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de 4 ani.
Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, aceste cerințe se consideră neaplicabile.	Vezi mai sus.

[illegible]

Anexa 1 – Lot 4 Analizator hematologic, automat (3 diff), 60-80 probe

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	Analizator hematologic, automat (3 diff), marca Aehealth, model AerC-3, 60 probe/oră
Tip sistem: închis	Tip sistem: închis, funcționează cu reactivi dedicați
Metode de analiză 3 diff	Metoda de analiză 3 diff Vezi broșură atașată, pag. 2
Procedura de curățire automată	Procedura de curățire automată Vezi manual operare atașat, pag. 106
Determined and calculated parameters:	Parametri determinați și calculați: Vezi manual operare atașat, pag. 12-13
WBC	WBC
RBC	RBC
HGB	HGB
HCT	HCT
MCV	MCV
MCH	MCH
MCHC	MCHC
PLT	PLT
LYM	LYM
LYM%	LYM%
LYM#	LYM#
MID, Opțional	MID,
MID%, Opțional	MID%,
GRA, Opțional	GRA,
GRA %, Opțional	GRA %,
NEUT#	NEUT# existent în populația de granulocite determinată
NEUT%	NEUT% existent în populația de granulocite determinată
PDW, Opțional	PDW,
P-LCR, Opțional	P-LCR,
MON %, Opțional	Nu
MON # , Opțional	Nu
RDW	RDW
RDW-SD, Opțional	RDW-SD,
RDW-CV, Opțional	RDW-CV,
MPV	MPV
PCT	PCT
Capacitate (probe/oră) ≥ 40	Capacitate (probe/oră) 60 Vezi broșură atașată pagina 1
Volumul probei: ≤ 25 µL	Volumul probei: Sânge integral: 9.9µL

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
	Sânge prediluat: $\leq 20\mu\text{L}$ Vezi broșură atașată pagina 1 Vezi manual operare atașat, pag. 13.
Diluarea: automată	Diluarea: automat. Vezi manual operare atașat, pag. 47.
Display: LCD screen, touchscreen	Da, Display: LCD screen, touchscreen Vezi broșură atașată pagina 2
Monitorizare automata a testelor dtr-un reactiv, Opțional	Da, aparatul oferă monitorizare automata a testelor dintr-un reactive. Vezi manual operare atașat, pag. 41.
Întreținerea zilnică se efectuează automat de către analizator, Opțional	Da, Întreținerea zilnică se efectuează automat de către analizator Vezi manual operare atașat, pag. 101.
Imprimantă integrată sau cu posibilitate de conectare la imprimantă externă	Da, imprimantă integrată și posibilitate de conectare la imprimantă externă prin USB Vezi manual operare atașat, pag. 15. Vezi manual operare atașat, pag. 21.
Sistem de identificare a pacientului.	Sistem de identificare a pacientului. Vezi manual operare atașat, pag. 49.
Introducerea datelor: Manual/Automat	Introducerea datelor: Manual
Interfața PC obligatoriu	Da, interfața PC Vezi manual operare atașat, pag. 59-60.
Afișarea histogramelor obligatoriu	Afișarea histogramelor: se afișează 3 Histograme: WBC, RBC, PLT Vezi broșură, pagina 1.
Stocarea datelor obligatoriu	Da, există posibilitatea stocării datelor. Vezi manual operare atașat, pag. 52.
Calibrarea automată, Opțional	Calibrare manuală Vezi broșură, pagina 1 și manual operare pag. 79, 83.
Histograme:	
WBC- repartizarea leucocitelor după volum	se afișează 3 Histograme: WBC, RBC, PLT Vezi broșură, pagina 2.
RBC- repartizarea eritrocitelor după volum	se afișează 3 Histograme: WBC, RBC, PLT Vezi broșură, pagina 2.
PLT- repartizarea trombocitelor după volum	se afișează 3 Histograme: WBC, RBC, PLT Vezi broșură, pagina 2.
Afișarea pe ecran a tuturor datelor	Afișarea pe ecran a tuturor datelor Vezi manual operare atașat, pag. 70.
histograme	histograme Vezi broșură, pagina 2.
rezultate	rezultate Vezi manual operare atașat, pag. 51.
grafice	grafice Vezi manual operare atașat, pag. 70.
rezultate din arhivă	rezultate din arhivă

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
	Vezi manual operare atașat, pag. 56.
date de service	date de service Vezi manual operare atașat, pag. 116.
Indicatori de avertizare, Opțional	Indicatori de avertizare Vezi manual operare atașat, pag. 116-119.
Program de control al calității	Program de control al calității Vezi manual operare atașat, pag. 63-74.
Limba de comunicare rom/rus	Limba de comunicare rom/rus Vezi manual operare atașat, pag. 33-34
Interfața: RS-232C/ Ethernet (RJ45)/ USB/ LIS	Interfața: RS-232C/ Ethernet (RJ45)/ USB/ LIS Vezi manual operare atașat, pag. 43
Memorie internă ≥ 1000 pacienți/rezultate	Memorie internă 50,000 pacienți/rezultate. Vezi manual operare atașat, pag. 56.
Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului medical	Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului medical Vezi manual operare atașat, pag. 22-23.
Cititor de coduri de bare	Cititor de coduri de bare Vezi manual operare atașat, pag. 21-22.
Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 50 analize (pentru testare/instruire).	Echipamentul va fi livrat cu toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 50 analize (pentru testare/instruire).
Alimentare 220 V, 50 Hz	Alimentare 220 V, 50 Hz Vezi manual operare atașat, pag. 16.
Reagenți: Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 50 analize (pentru testare/instruire).	Vor fi incluși toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 50 analize (pentru testare/instruire).
Note:	
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare	Oferta de preț include reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.	Cantitatea soluțiilor propuse asigură efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.
Furnizorul va asigura:	Furnizorul va asigura:
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea	Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea
Instruirea personalului.	Furnizorul va asigura Instruirea personalului cu specialiști școlarizați de producător.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).	Furnizorul va asigura Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).	Furnizorul va asigura Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.	Furnizorul va asigura Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.	Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de 4 ani.	Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de 4 ani.
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.	Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj	Stabilitatea de la deschidere a reactivilor este: Diluent: 60 de zile de la deschidere, conform IFU atașat. Lyse: 60 de zile de la deschidere, conform IFU atașat. Soluție spălare: 60 de zile de la deschidere, conform IFU atașat. QC: 14 zile de la deschidere, păstrat la 2°C-8°C, conform IFU atașat.
Operatorul Economic va include în oferta prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. - Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului de 4 ani. - Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea	Operatorul Economic va include în oferta prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității în fiecare zi lucrătoare. - Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului de 4 ani. - UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului de 4 ani.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
stației de purificare al apei pe toată perioada contractului de 4 ani. - UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului de 4 ani. - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de 4 ani.	Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de 4 ani.

[illegible]