

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:			LP nr.	ocds-b3wdp1-MD-1755676405418					Data: „__”	20__	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea sistemului integrat de determinare a rezervei fracționale de flux și ecografie intravasculară IVUS conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat)							Pagina: __ din __	
Cod CDP	Nr. Lot	Denumire	Denumirea	Modelul articolului	Țara de	Produ-	Specificarea tehnică deplină solicitată de către	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință		
1	2			3	4	5	6		8		
33100 000-1	1	Sistem integrat de determinare a rezervei fracționale de flux și ecografie intravasculară IVUS	Sistem integrat de determinare a rezervei fracționale de flux și ecografie intravasculară IVUS	AVVIGO soft + Integrated System EU + ROW (UPN: H749249332010 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 3) -Transformator MOTOR DRIVE MDU5 PLUS FPB (UPN: H749MDUSPLUSF0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 3) Cablu Permanent Sled (UPN: H749 39316010 0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 3)- FFR Link (UPN: H7495551000) -Power Cable (UPN: H7495551590) -Permanent sled bag (UPN: H74939315010) Table Mounting kit (UPN: H7495551610) -GE Marquette MacLab LNG (UPN: H7495554310) -Floor mount V4 ACQ PC (UPN: H74924930140) -COMET™ II Pressure Guidewire (H74939359310 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4) -OPTICROSS Imaging Catheter (UPN: H749 51812 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4) -OPTICROSS 6 Imaging Catheter (UPN: H749 518126 0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4) -OPTICROSS HD Imaging Catheter (UPN: H749 3935202 0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4) -OPTICROSS HD 6 Imaging Catheter (UPN: H749 3935406 0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4)	SUA	Boston Scientific	Specificații tehnice minime Sistemul IVUS compatibil cu Angiograful Allia IGS 5 pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice existent pe piața internațională. Agentul economic câștigător va asigura integrarea deplină a dispozitivului IVUS cu Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice. 1. Caracteristici mod de operare FFR Înregistrare a presiunii aortice prin conexiune fără fir (wireless / bluetooth sau alte tehnologii analogice) cu sistemul de înregistrare hemodinamică. Presiune de operare între 45 si 300 mm Hg, acuratețe +/- 4% Oscilație maxima a presiunii: <2mmHg Interval de frecvența radio: 2.4000-2.4835GHz Tip emisie radio, Frequency hopping spread spectrum (FHSS) Interval minim 0 - 4m Timp de latență: <20ms Unitate mobilă, cu posibilitate de transmiterea a datelor fără fir (wireless / bluetooth sau alte tehnologii analogice), pentru modul de operare FFR, în vederea utilizării funcției de FFR simultan în mai multe laboratoare de angiografie. Ghidare a intervențiilor prin afișare pe ecranul unității prin interfața utilizator unitară Bază de date integrată posibilitate de stocare si export pe USB Flash, DICOM și opțional CD, DVD, HDD. 2. Tehnologie de investigare prin ecografie intravasculară IVUS digital Proceduri de tip IVUS digital pentru patologia coronariană pentru obținerea de informații de la nivelul arterelor coronariene referitoare la compoziția plăcii de aterom, lungimea/structura trombusului obstructiv, informații referitoare la dispozitivul de tip stent (respectiv poziționare corespunzătoare), cât si detalii relevante pentru selectarea cât mai corectă a dispozitivului de tip stent si evaluare post-stentare. Modul de control touch screen la nivelul mesei pacientului, ce permite înregistrarea imaginilor, manipularea acestora, vizualizarea selectivă, măsurători diverse Vizualizarea imaginilor IVUS pe monitorul din camera de examinare 10 catetere disponibile. Training personal calificat la producător si în clinici de specialitate cu experiența în utilizarea si interpretarea FFR/IVUS Set accesorii instalare si kit de pregătire personal calificat- 3 bucăți.	Specificații tehnice minime Sistemul IVUS compatibil cu Angiograful Allia IGS 5 pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice existent pe piața internațională. Agentul economic câștigător va asigura integrarea deplină a dispozitivului IVUS cu Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice 1. Caracteristici mod de operare FFR Înregistrare a presiunii aortice prin conexiune wireless (Manual AVVIGO pagina 11) cu sistemul de înregistrare hemodinamică Presiune de operare între 45 si 300 mm Hg, acuratețe +/- 4% (Manual AVVIGO pagina 62) Oscilație maxima a presiunii: <2 mmHg(Ghid AVVIGO pagina 35) Interval de frecvența radio: 2.4000-2.4835GHz (Manual AVVIGO pagina 62) Tip emisie radio, Frequency hopping spread spectrum (FHSS) Interval 0-7m (Manual AVVIGO pagina 62)Timp de latență: <20ms Unitate mobilă, cu posibilitate de transmiterea a datelor fără fir (wireless / bluetooth sau alte tehnologii analogice), pentru modul de operare FFR, în vederea utilizării funcției de FFR simultan în mai multe laboratoare de angiografie.(Manual AVVIGO pagina 6). Ghidare a intervențiilor prin afișare pe ecranul unității prin interfața utilizator unitară Bază de date integrată (Manual AVVIGO pagina 6) posibilitate de stocare si export pe USB Flash, DICOM și opțional CD, DVD, HDD.(Manual AVVIGO pagina 47,48,57,62) 2. Tehnologie de investigare prin ecografie intravasculară IVUS digital. Proceduri de tip IVUS digital pentru patologia coronariană pentru obținerea de informații de la nivelul arterelor coronariene referitoare la compoziția plăcii de aterom, lungimea/structura trombusului obstructiv, informații referitoare la dispozitivul de tip stent (respectiv poziționare corespunzătoare), cât si detalii relevante pentru selectarea cât mai corectă a dispozitivului de tip stent si evaluare post-stentare.(Manual AVVIGO pagina 6 si 7)Modul de control touch screen la nivelul mesei pacientului, ce permite înregistrarea imaginilor, manipularea acestora, vizualizarea selectivă, măsurători diverse Vizualizarea imaginilor IVUS pe monitorul din camera de examinare 10 catetere disponibile. Training personal calificat la producător si în clinici de specialitate cu experiența în utilizarea si interpretarea FFR/IVUS Set accesorii instalare si kit de pregătire personal calificat- 3 bucăți.	AVVIGO soft + Integrated System EU + ROW DM000761295 -Transformator MOTOR DRIVE MDU5 PLUS FPB DM000761305 - FFR Link DM000761311 -COMET™ II Pressure Guidewire DM000761319 -OPTICROSS Imaging Catheter DM000761550 -OPTICROSS 6 Imaging Catheter DM000761552 -OPTICROSS HD Imaging Catheter DM000761554 -OPTICROSS HD 6 Imaging Catheter DM000761556		
		Administrator Ostapciuc Alexandr									
		Ofertantul:Tribestar Farm SRL Adresa: com.Stauceni									