

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Consumabile și reactivi chimici pentru determinarea elementelor toxice și reziduurilor -/ LÎPA

prin procedura de achiziție : Cererea Ofertelor de Preț (bunuri)

1. Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

2. IDNO: 1005600030818

3. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

4. Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică la autofinanțare, în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) exercită funcția de fondator.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	3310 0000-1	Sodium hydroxide NaOH	kg	0.5	Puritatea ≥97.0%Ambalaj original	2700
2	3310 0000-1	Ethyl acetate C4H8O2	L	10.0	Puritatea ≥99.5 %Ambalaj original	9000
3	33100 000-1	Acetonitril with 0.1% formic acid	L	5.0	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original For LC MS	13000
4	33100 000-1	Acid acetic	L	1.0	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original For HPLC	1500
5	33100 000-1	Metanol	L	25.0	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original For LC MS	25000
6	33100 000-1	Acetona	L	15.0	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original	18000
7	33100 000-1	Acetonitril	L	90.0	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original For LC MS	255 000
8	33100 000-1	Ethyl acetate	L	5.0	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	7850
9	33100 000-1	Tert-butyl-metuleter (TBME)	L	5.0	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original	8000
10	33100 000-1	Heptan	L	2.5	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original	3000
11	33100 000-1	Sodium phosphate dibasic Na2HPO4	kg	0.50	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	2000

12	33100 000-1	Acetat de sodiu (CH ₃ COONa)	kg	0.5	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	2000
13	33100 000-1	Acetat de plumb (CH ₃ COO) ₂ Pb	kg	0.1	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	2500
14	33100 000-1	Citric acid	kg	1.00	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	2700
15	33100 000-1	Sodium fosfate monobasic NaH ₂ PO ₄	kg	0.50	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	3000
16	33100 000-1	Potassium phosphate monobasic (KH ₂ PO ₄)	kg	0.50	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	1900
17	33100 000-1	di-Potassium hydrogen phosphate (K ₂ HPO ₄)	kg	0.50	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	6500
18	33100 000-1	Potassium hexacyanoferrate (iii) K ₃ (Fe(CN) ₆)	kg	0.50	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	3700
19	33100 000-1	Potassium chloride KCl	kg	0.50	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	2300
20	33100 000-1	Sodium chloride NaCl	kg	1.0	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	1500
21	33100 000-1	Succinic acid (C ₄ H ₆ O ₄)	kg	0.5	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	2000
22	33100 000-1	Zinc sulfate heptahydrate ZnSO ₄ *7H ₂ O	kg	0.25	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original	2000
23	33100 000-1	Hexan C ₆ H ₁₄	L	35.0	Puritatea ≥97.0%Ambalaj original, pentru LC/MS/MS	65 000
24	33100 000-1	Eter petroleic	L	5.0	Ambalaj original, 40-60 °C	6000
25	33100 000-1	Hydrochloric acid HCl, 37%	L	12.5	Puritatea ≥97.0%Ambalaj original	18 000
26	33100 000-1	Modificator de matrice Fosfat de amoniu NH ₄ H ₂ PO ₄	L	0.1	Concentratia NH ₄ H ₂ PO ₄ – 10% in acid azotic – 2%	4200
27	33100 000-1	2-nitrobenzaldehyde	kg	0.100	Puritatea ≥98.0%Ambalaj original	5500
28	33100 000-1	Borohidrura de sodiu NaBH ₄	kg	0.25	Puritatea ≥97.0%Ambalaj original	7600
29	33100 000-1	Clorura de staniu SnCl ₂ *H ₂ O	kg	1.0	Puritatea ≥97.0%Ambalaj original	13500
30	33100 000-1	Zinc granulat	kg	0.5	Puritatea ≥99.9%Ambalaj original	3000
31	33100 000-1	Sulfat de cupru CuSO ₄ * 5H ₂ O	kg	0.05	Puritatea ≥99.0%Ambalaj original	1500

32	33100 000-1	L-cisteina	kg	0.1	Puritatea $\geq 97.0\%$ Ambalaj original	2400
33	33100 000-1	Acid azotic, 67%	L	20.0	Puritatea $\geq 98.0\%$ Ambalaj original	74000
34	33100 000-1	Iodura de potasiu	kg	0.20	Puritatea $\geq 99.7\%$ Ambalaj original	2500
35	33100 000-1	Monoetanolamina	L	0.10	Puritatea $\geq 99.0\%$ Ambalaj original	3000
36	33100 000-1	Peroxid de hidrogen	L	1.0	Puritatea $\geq 30.0\%$ Ambalaj original	1000
37	33100 000-1	Alcool etilic	L	5.0	Ambalaj original, concentrație 99%	450
38	33100 000-1	THF-Tetrahidrofuran	L	5.0	Puritatea $\geq 99.9\%$ Ambalaj original	2400
39	33100 000-1	Trietilamina	L	0.5	Puritatea $\geq 99.5\%$ Ambalaj original	2500
40	33100 000-1	N,N-Dimethylformamide DMFO	L	0.5	Puritatea $\geq 99.9\%$ Ambalaj original	1900
41	33100 000-1	Standard de calibrare LC/MS 6470/Ultivo	buc	6	Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml, compatibil cu sistemul Agilent 6470/Ultivo Triple Quadrupole LC/MS	42 000
42	33100 000-1	Filter Paper Grade 202, D-90	cutii	30	Paper Grade 202, diam.90mm,	8500
43	33100 000-1	Filtre PVDF de 0.45μm de 13mm	buc	800	Filtre PVDF de 0.45μm de 13mm	23200
44	33100 000-1	Insertii de sticla 250 ml pentru vialuri	cutii	15	Insertie pentru viala, 250 μL, sticlă cu picioare polimerice, dimensiunea insertiei: 5,6 x 30 mm, 100buc in set	9000
45	33100 000-1	Vialuri cu capac filetat	buc	3000	Flacoane cu margine ingrosata, realizate din sticla bruna, cu filet ND11, 1.5 ml, cite 100 bucat	9500
46	33100 000-1	Vialuri cu capac filetat	buc	3000	Flacoane realizate din sticla transparenta, cu filet ND8, 1.5 ml, cite 100 bucati	9500
47	33100 000-1	Seringa de unica folosinta	buc	3000	Unica folosinta, sterile, ac detasabil	3000
48	33100 000-1	Cartuse strata X-33u, 200mg/6ml	buc	800	Strata X RP C18, 200mg/6mL, Phase: Surface modified styrene divinylbenzene	36000
49	33100 000-1	Strata X RP C18, 60mg/3mL	buc	800	Strata X RP C18, 60mg/3mL, Phase: Surface modified styrene divinylbenzene	36000
50	33100 000-1	Tuburi de centrifuga ,gradata, 50 ml	buc	2200	Tuburi PP centrifuga , gradate, autoclavabile, cu capac filetat, 50 ml , o rezistenta chimica foarte buna la solventi organici, acizi si baze,	15000
51	33100 000-1	Tuburi de centrifuga ,gradata, 15 ml	buc	500	Tuburi din PP pentru centrifuga, tip Falcon 15 ml , gradate, , cu capac filetat - 15 ml , Dimensiuni 16x120 mm Capacitate totala 15 ml. Au o	2000

					rezistentă chimică foarte bună la solvenți organici, acizi și baze. pungă 50 buc	
52	33100 000-1	Coloana SimDist pentru gaz cromatograf	buc	1	Coloana CP-SimDist pentru gaz cromatograf, lungimea 5 m, diametru 0.53 mm, grosimea peliculei 0.17 μm, UltiMetal, 7 inch cage, conform metodei ISO 17678, compatibilă cu gaz cromatograf Agilent 7890	18000
53	33100 000-1	Coloana pu gaz cromatografie 7890B 100m	buc	1	Coloana pu GC 7890B 100m , 0.25mm 0.2μm 50C to225C (240C) CP-SII 88 for FAME	18000
54	33100 000-1	Set tuburi de grafit pentru sistemele Agilent AA 240Z	set	6	Setul trebuie să includă: - Tuburi de grafit partitioned, acoperite pirolitic, compatibile cu Agilent 240Z GFAAS – 10 bucăți în set	95000
55	33100 000-1	Ultra Inert Intel Liners 5190-3165	set	2	Set linere Ultra Inert, de tip split, cu cădere scăzută de presiune, cu vată de sticlă, compatibile cu sistemul Agilent 7890 GC, 5 bucăți în set	11000
56	33100 000-1	Set lămpi pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z	set	1	Setul trebuie să includă următoarele lămpi compatibile cu sistemele Agilent AA 55B/240Z: - Lampă plumb (Pb) cu catod tubular, codificată - 1buc - Lampă cadmiu (Cd) cu catod tubular, codificată – 1buc - Lampă mercur (Hg) cu catod tubular, codificată – 1buc - Lampă arsen (As) cu catod tubular, codificată – 1buc	62000
57	33100 000-1	Celulă de absorbție pentru Arsen Absorption Cell	set	1	Celula de absorbție a hidrurii utilizat cu VGA-77 compatibilă cu Agilent AAS 55B, set din 2 bucăți.	13200
58	33100 000-1	Set consumabile mentenanță pentru sistemul Agilent 240Z	set	1	Set consumabile mentenanță, shroud și electrozi din grafit compatibile cu sistemul spectrometru de absorbție atomică cu cuptor de grafit - Agilent 240Z. Setul va include: Shroud de grafit – 1buc., electrozi de grafit – 2 buc.	15500
59	33100 000-1	Set consumabile pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z	set	1	Set tuburi compatibile pentru modulul Agilent VGA-77, 12buc pentru proba și 12buc pentru reagent – 1set	3600
60	33100 000-1	Tuburi de digestie pentru cuptorul de digestie cu microunde Master Sineo 16	set	2	Tub intern Tip GP-100, Compoziție – material TFM, volum 100ml, 16 buc în set	36000
61	33100 000-1	Polyclear MIX 30 PLUS	set	1	Racitor pentru „Chillers & Coolers” compatibil cu Agilent Heat Exchanger G1879B, part nr. 004-300063, 1set =7.6L	6100
62	33100 000-1	Set vas filtre cu supape incorporate pentru generatorul de azot utilizat la sistemul Agilent 6470 LCMS	set	1	Setul trebuie să includă următoarele filtre de tip vas: Filter bowl transparent cu supapă incorporată, Auto cyclonic filter bowl cu supapă incorporată. Piese compatibile cu generatorul de azot de puritate înaltă utilizat la sistemul Agilent 6470 LCMS	13200
63	33100 000-1	Set capilar oțel inox 0.12 x 105 mm	set	6	Set capilar oțel inox cu dimensiunea 0.12 x 105 mm, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 1290/1260 – 6470/Ultivo. Set complet pentru conectare, cu ambele piulițe și ferule incluse. Conexiunea capătului stâng obligatoriu pregătită la uzină.	19500

64	33100 000-1	Set fitinguri din oțel inoxidabil cu șurub scurt	set	1	Set fitinguri din oțel inoxidabil cu șurub scurt, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 1290/1260 – 6470/Ultivo. Set complet - 10 unități, include șuruburi de montare, ferulele față și spate.	5700
65	33100 000-1	Ulei pompa Vid	buc	2	Volum – 1 litru. Ulei pompa Vid compatibil și recomandat de producător pentru pompele de vid a sistemelor Agilent LCMS și 6470 și Ultivo.	11000
66	33100 000-1	Set filtre universale pentru azot de puritate înaltă	set	1	Filtre capcană universale mari, pentru azot de puritate înaltă – 4 bucăți. Piese compatibile cu liniile de azot de puritate înaltă utilizate la sistemele Agilent LCMS 6470 și Ultivo.	44000
67	33100 000-1	Set frite outlet filter for pump	set	2	Frite pentru filtrul de evacuare a pompei Agilent 1290, compatibil cu pompa Agilent 1290, 2 bucăți in set.	1600
68	33100 000-1	Set frite Inline Filter for pump	set	1	Frită pentru filtru inline a pompei Agilent 1290, 0.3 μm, compatibil cu pompa Agilent 1290, 5 bucăți in set.	4200
69	33100 000-1	Pânză, fără scame	set	2	Pânză, fără scame, 23 x 23 cm, 100% bumbac, compatibil pentru mentenanta sistemului Agilent LCMS Ultivo, 15buc in set	4200
70	33100 000-1	Spatula	buc	40	Spatula lingurita de inox 210 mm	7500
71	33100 000-1	Spatula	buc	40	Spatula lingurita de inox 180 mm	4000
72	33100 000-1	Stativ pentru micropipete	buc	8	Stativ pentru pipete si termometre, capacitate 12 locuri	2000
73	33100 000-1	Stativ pentru vialuri cromatografice	buc	4	Stativ pentru microtuburi de 2.0-5.0 ml confectionat din polipropilena Stativele pot fi introduse in baia de apa, Se pot utiliza si la temperaturi joase de pana la -20 grade C	1000
74	33100 000-1	Baloane cotate clasa A V= 5 ml	buc	10	Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare	2000
75	33100 000-1	Baloane cotate clasa A V= 10 ml	buc	50	Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare	9000

76	33100 000-1	Baloane cotate clasa A V=25ml	buc	20	Balon cotate cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare	4200
77	33100 000-1	Baloane cotate clasa A V=50ml	buc	10	Balon cotate cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare	3000
78	33100 000-1	Baloane cotate clasa A V=100 ml	buc	40	Balon cotate cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare	10000
79	33100 000-1	Baloane cotate clasa A V=200 ml	buc	40	Balon cotate cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare	13500
80	33100 000-1	Baloane cotate clasa A V=500 ml	buc	10	Balon cotate cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare	2800
81	33100 000-1	Pahare Berzelius: V=50 ml, V=100ml, V=250ml, V=600ml	Cite 40 buc	Cite 40 buc	Pahare Berzelius, realizate din sticla borosilicata 3.3, gradate	15000
82	33100 000-1	Sticla de ceas	set	10	Sticla de ceas cu diametrul de 40 mm, 10 bucati in set	4200

83	33100 000-1	Pilnie din sticla Diametru 40mm, Diametru 60 mm Diametru 80 mm	Cite 5 seturi	Cite 5 seturi	Palnii cu coada scurta, realizate din sticla borosilicata 3.3, , 10 bucati in set	20000
84	33100 000-1	Colbe pentru rotavapor	buc	20	Colbe pentru rotavapor forma de para, din sticla borosilicate, 100 ml, d=32mm, NS 29/32	6000
85	33100 000-1	Creuzete de portelan cu capac	buc	10	Volum 100 ml, diametru 70mm, inaltimea 60mm, rezistente la $T \geq 450^{\circ}\text{C}$	3000
86	33100 000-1	Creuzete de portelan	buc	10	Volum 100 ml, diametru 60mm, inaltimea 50mm, rezistente la $T \geq 450^{\circ}\text{C}$	1400
Valoarea estimativă totală						1273700,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru mai multe loturi;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile de la încheierea contractului :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 80 % din cel initial pentru produsele cu valabilitate de până la 2 ani.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	DUAE	Semnata electronic	Obligativiu
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnata electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativiu
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnata electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligativiu

4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativ
5.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligativ
6.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
7	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic	Obligativ
8	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligativ (doar pu pozitiile care cad sub incidenta)
!	Notă	* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cât și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativ la semnarea contractului

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____ ”

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. prețul cel mai scăzut
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **NU SE APLICĂ**
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: Conform SIA RSAP
 - pe: [data] Conform SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .
28. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat .
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
39. Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru: _____ .