



Directoare LCF IP / Director CPL PI  
Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00408 din / from 29.03.2024

Detalii solicitant:  
Applicant:

**COLDOR COM SRL**

mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 81, ap.(of.) 32

Detalii produs:

Product details:

Cantitate lot/suprafață:

Quantity batch/surface:

In

Eșantionare: **Autocontrol**

Sampling by:

Locul eșantionării: **Chisinau**

Sampling location:

Document însoțire: ---

Accompanying document:

din **26.03.2024**

from

Origine: **Ucraina**

Origin:

Destinație lot: **Autocontrol**

Destination of batch:

Sigiliu: ---

Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: **1 most./1 kg**

Nr/sample mass:

Data recepției: **26.03.2024**

Receiving date:

Cod proba: **00408/1**

Sample code:

Informație suplimentară:

Additional information:

Sortare/ambalare: februarie 2024

Solicitare:

Request:

Analize privind calitatea produselor

Product quality test analysis

Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Responsabil recepție / Reception manager: **Prodius Dina**

Directoare adjuncată / Deputy-Director: **Zuza Elena**



Perioada analitică / Analytical period  
 Condiții de mediu / Working environment

26.03.2024 - 29.03.2024  
 TC 20±5  
 RH %60±10

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS**

Nr. 00408 din / from 29.03.2024

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
00408/1	Impurități	SM SR EN ISO 658:2012 (AM)	---	---	0,1 %	---
00408/1	măcinătura	SM SR EN ISO 658:2012 (AM)	---	---	0,00 %	---
00408/1	impurități oleaginoase	SM SR EN ISO 658:2012 (AM)	---	---	0,00 %	---
00408/1	impurități neolegatoase	SM SR EN ISO 658:2012 (AM)	---	---	0,10 %	---
00408/1	Aflatoxina B1	MIU 2273-80 (AM)	max 2,0 µg/kg	IG nr.520/2010, modificat prin IG nr.1017/2017, p.5	Su s-a depistat	---

Declarația de conformitate: **Produsul este conform cu cerințele după parametrul Aflatoxin B1**

Declaration of conformity:

Notă/Note: ---

Responsabil încercare/Test responsible person:

Tozlovan Iuliana

Romanenco Alia

Șef Laborator/ Head of Laboratory:

Ursu Natalia



Abrevieri/Abreviation: AM - acreditat MOLDAC / AM - accredited by MOLDAC  
 NM - necreditat MOLDAC / NM - unaccredited by MOLDAC

T.C. - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.t. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

\* nu s-a depistat / rezultat care înalță mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxin B1, 0,75 µg/kg pentru suma de Aflatoxine, 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol  
 \* not detected-the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1, 0,75 µg/kg for the sum of Aflatoxins, 200 µg/kg for Deoxynivalenol

\*\* - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivel de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acceptat de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale/Originals:

L.C.F. IP/CPL, PI Nr.

1

Copia electronică: Solicitantului

Beneficiarul/Applicant Nr.

1

Electronic copy: