

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21005087						Data: 13/02/2019	Alternativa nr.		
Denumirea licitației: <u>Reactive de laborator</u>						Lot: 42, 45, 48, 63-66, 73-77.	Pagina 1 din 1		
Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referință	Termenul de livrare/prestare
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/Servicii							
42	33696500-0	Set penru determinarea HBsAg, 96 teste	E-102196	MB	RL	Metoda de determinare ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. . În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul să conțină controlul pozitiv și negative. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie	Corespunde	ISO, CE	Conform cerintelor
45	33696500-0	Antigen cardioplinic pentru reacție de microprecipitare (RMP)	RL-RPR5ML		RL	Metoda prin reacție de precipitare. Material p/u investigații: plasmă, ser, lichid cefalorahidian. Flacoane de 5 ml cu reagent de particule de carbon acoperite cu un complex lipidic (cardiolipin, lecitină, colesterol), gata pentru lucru. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Corespunde	ISO, CE	Conform cerintelor
48	33696500-0	Ser de control negativ pentru serodiagnosticul sifilisului	RL-RPRN1ML	MB	RL	Cutia cu 10 flacoane x 1 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Corespunde	ISO, CE	Conform cerintelor
63	33696500-0	Soluție p/u diluție	50003763	Cehia	ERBA	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 20,0L. Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Corespunde	ISO, CE	Conform cerintelor

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana 6]	Standard de referință	Termenul de livrare/prestare
64	33696500-0	Soluție p/u lizare	50004171	Cehia	ERBA	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L, Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Corespunde	ISO, CE	Conform cerintelor
65	33696500-0	Soluție de curățare	50003767	Cehia	ERBA	Soluția în ambalaj din plastic cu volum de 1,0L, Reactivele, calibratorii, și materialul de control să fie produse de acelaș producător și să fie compatibile cu analizor. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Corespunde	ISO, CE	Conform cerintelor
66	33696500-0	Material de control hematologic, 3 neveluri	50003832/ 50003833/ 50003834	Cehia	ERBA	Flacoane din sticlă cu capac cu volum de 3 ml, Reactivele, și materialul de control să fie de la acelaș producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Corespunde	ISO, CE	Conform cerintelor
73	33696500-0	Țoliclon anti-D super	BG-DIGM10	MB	RL	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 10 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
74	33696500-0	Țoliclon anti-A	BG-A10	MB	RL	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 10 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
75	33696500-0	Țoliclon anti-B	BG-B10	MB	RL	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 10 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
76	33696500-0	Țoliclon anti-AB	BG-AB10	MB	RL	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 10 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
77	33696500-0	Țoliclon anti-D Ig G	BG-DGG10	MB	RL	Flacoane cu volumul de 5 ml, 50 doze. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	Flacoane cu volumul de 10 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 24 luni.	ISO, CE	Conform cerintelor
		Total							

Semnat: _____ Numele, prenumele: Mirza Alexandr În calitate de: Director General Adjunct
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova