

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1675169930144** din „**24**” februarie 2023

Denumirea procedurii de achiziție: **Reagenți si consumabile de laborator pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 12 Lancete din plastic automate pentru punctia capilara	XY21G Lancetă din plastic, 21G automată pentru recoltarea capilară, sterile, din deget la copii	China	NTL Co., Ltd	Cerinte generale si De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii	Lancetă din plastic, 21G automată pentru recoltarea capilară, adâncimea puncției 1,8-2,8 mm, sterile	CE, ISO
Lotul 13 Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder	TYJ09-3&TYJ09-2 Holder cu ac 21G compatibile cu vacutainer	China	NTL Co., Ltd	Cerinte generale si Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacuum la maturi cu holder	Holder cu ac 21G compatibile cu eprubetele vacumate, pentru colectarea sângelui	CE, ISO
Lotul 14 Ac steril recoltare tip fluturaș pentru sisteme de vacuum cu holder	TYJ09-3&TYJ09-5 Holder cu ac 23G compatibile cu vacutainer	China	NTL Co., Ltd	Cerinte generale si Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacuum la copii cu holder	Holder cu ac 23G, de tip fluturaș, compatibile cu eprubetele vacumate, pentru colectarea sângelui la copii	CE, ISO
Lotul 15 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant, Na –citrat 3,8%	TYK10-3/3,8 Eprubetă vacumată pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3,2% (2-3 ml)	China	NTL Co., Ltd	Cerinte generale si (Na –citrat 3,8%), volum de sânge 3 3,5 ml, cu capac de cauciuc cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare și etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum	Eprubetă vacumată cu Citrat de Na 3,8%, volum 3ml, 13x75mm, PET, pentru hemostază	CE, ISO
Lotul 16 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant, 1 ml	TYK11-1 Eprubetă vacumată K3 EDTA, volum singe 1 ml, cu capac, cu etichetă	China	NTL Co., Ltd	Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum	Eprubetă vacumată cu K3EDTA, volum 1ml, 13x75mm, PET, cu capac, cu etichetă	CE, ISO
Lotul 18 Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă	TYK21 Eprubetă cu vacuum, volum 1.6ml, 1.28+0.32 ml citrat de Na, pentru determinarea VSH de unica folosintă	China	NTL Co., Ltd	Cerinte generale si Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH „ESR Analyzer LBX-XC 40”, volum 1,28 ml cu eticheta, dimensiuni 9x120 mm	Eprubete cu vacuum, volum util 1.6ml, 1.28 ml sânge + 0.32 ml citrat de Na 0.129mol/l 1:4, dimensiuni 9x120 mm, pentru VSH	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**