

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1781523304289 din 15.06.2026
Obiectul achiziției:	INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027 (reofertare 11) pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 5 - Lot nr. 82 Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402						
<u>Lotul nr. 5 - Lot nr. 82</u> Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar <u>Model</u> <u>WANS 4050</u> <u>AMDM</u> <u>DM000670134</u>	Turcia	Schroder Medical Ticaret Anonim Sirketi	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar Cod 140402 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil electric ≥ 70 grade Cîntar încorporat obligatoriu Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm	<u>Parametrul Specificația</u> Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare (pag.8 manual de utilizare) Tip multifuncțional cu 8 poziții (pag.18 man de utilizare) Tip pacient adult - Da Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice cu 8 poziții (pag.18-19 manual de utilizare) Funcționalități poziționare sedentară (pag.19 manual de utilizare) poziționare Trendelenburg (pag.19 man de utilizare) poziționare anti-Trendelenburg (pag.19 man de utilizare) Poziționare Trendelenburg 17° (pag.10 man de utilizare) Anti-trendelenburg 17° (pag.10 manual de utilizare) Poziționare CPR electric (auto-CPR) (pag.19 manual de utilizare) Spătarul reglabil - 70° (pag.10 manual de utilizare) Cântar încorporat (insrtrucțiunea pe cântar atașată) Controlul de către asistentă (pag.18 man de utilizare) Blocarea control pacient (pag.20 manual de utilizare) Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 270 kg (pag.10 manual de utilizare)	

				Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Saltea ortopedică, lavabilă, să se indice codul produsului oferit "fabricat din spumă poliuritanică" obligatoriu grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțimea, să se indice codul produsului oferit	Înălțime Ajustabilă diapazon 39-80 cm (pag.10 manual de utilizare) Rotile Diametru 15cm, roată dublă (pag.10 man de utilizare) A 5-a roată la mijlocul patului - Da, (pag.13 manual de utilizare) Sistem de blocare central pentru toate roțile (pag.23 manual de utilizare) blocarea roților în o singură direcție (pag.23 manual de utilizare) Parapete de protecție laterale formate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) (image la pag.16 manual de utilizare) Sectiunea spate aibă cadru pentru casetă/detector radiologic 40*50 cm (pag.10 manual de utilizare) Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc amortizator (image la pag.1 manual de utilizare) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică (pag.20 manual de utilizare) baterie inclusă (pag.11 manual de utilizare) Alimentare 210-220 V, 50-60 Hz (pag.11 manual de utilizare) Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii - da, (pag.13 manual de utilizare) Saltele MT01 ortopedică, lavabilă, fabricat din spumă poliuritanică" da grosimea 14 cm (pag.27 man de utilizare, broșura MT01) husă cu fermoar (în set cu MT 01, pag.27 manual de utilizare) Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime (codul: IVP pag.24 manual de utilizare)	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl 6