

Numarul procedurii de achizitie:					21188994 din 29.03.2024			
Obiectul achizitiei:					Echipament medical oftalmologic - autorefractometru			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Lotul 1 Autorefractometru	RC-900	Germania/Japonia	Tomey	<p>Anul producerii 2024.</p> <p>Caracteristici tehnici:</p> <p>Distanța vârfulor (VD) mm: 0; 10 (zece); 12; 13,5; 15.</p> <p>Refracție, sferă (SPH), dioptrii –25,0 până la +22,0; pas 0,12 sau 0,25.</p> <p>Refracție, cilindru (CYL), dioptrii – 10, până la +10,0; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Axa (AX), grade 1–180°, pas 1°</p> <p>Distanța interpupilară, mm 10–85.</p> <p>Diametrul minim al pupilei, mm 2,0.</p> <p>Keratometrie</p> <p>Raza de curbură, mm 5,0–10,2, pas 0,01</p> <p>Refracția corneei, dioptrii 33,0–67,5; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Astigmatism corneean, dioptrii 0,0–15,0; pas 0,12; 0,25.</p> <p>Diametrul corneei, mm 2–12, pas 0,1.</p> <p>Ieșire date: Datele sunt transmise pe un monitor LCD color și tipărite pe imprimanta termică încorporată.</p> <p>Greutate: 20–22 kg.</p> <p>Documente: proces-verbal de predareprimire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 5 ani), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat 90000.00 de verificare metrological, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.</p>	<p>Anul producerii 2023.</p> <p>Caracteristici tehnici:</p> <p>Distanța vârfulor (VD) mm: 0; 12; 13,5; 15.</p> <p>Refracție, sferă (SPH), dioptrii –30,0 până la +25,0; pas 0,12 / 0,25.</p> <p>Refracție, cilindru (CYL), dioptrii – 10, până la +10,; pas 0,12/ 0,25.</p> <p>Axa (AX), grade 1–180°, pas 1°</p> <p>Distanța interpupilară, mm 10–88.</p> <p>Diametrul minim al pupilei, mm 2,0.</p> <p>Keratometrie</p> <p>Raza de curbură, mm 5,0–13, pas 0,01</p> <p>Astigmatism corneean, dioptrii 0,0–15,0; pas 0,12/ 0,25.</p> <p>Diametrul minim al pupilei, mm 2.</p> <p>Ieșire date: WiFi, RS 232 C, USB, VGA</p> <p>Imprimanta termică încorporată.</p> <p>Ecran -7”</p> <p>Greutate: ~ 20 kg.</p> <p>Documente: Act de predare primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (pe perioada de 12 luni), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, Certificate de verificare metrological – nu necesita,Manual de utilizare în limba română.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.</p>	ISO

						Data livrării nu mai târziu de 09.12.2024	Data livrării: livrare imediata, dispozitivul este disponibil in stoc.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi In calitate de: Director

Ofertantul "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2