

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21643815 / ocds-b3wdpl-MD-1783074635530, din 25/08/2026	Data: 25/08/2026	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea investigațiilor urinare și hematologice pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027	Lot:13; 17; 25; 27; 28.	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	13	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser)	Reagenți: DIL-C; LYC-1; LYC-2; CLE-P. CLE-P Cleanser. Control: DM-SD (H/M/L);	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000661759; DM000661757; DM000661758; DM000661760; DM000739333; DM000739332.
33100000-1	13	Analizator în comodat	Analizator în comodat	DF55	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat, cu operare semi-automată sau complet automată, în funcție de configurație. Tehnologie, metoda de detecțieCitometrie în flux (optică) combinată cu impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT și spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb. InterfațaEcran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 55 probe/oră. Volum probă≤ 10 µL. Parametri analizați (diferențial 5 dif)WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM #%, MONO #%, NEU #%, EOS #%, BASO #%. Stocare date≥ 1500 rezultate cu histograme, export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	Analizator recondiționat cu anul de producere nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv: Analizator Hematologic Automat de tip 5-Diff. Tehnologie: Citometrie în flux (FCM) + Tri-anglescatter pentru analiză diferențială, combinată cu numărarea WBC. Metoda de impedanță: RBC și PLT. Colorimetrie fără cianură pentru testul HGB. Interfață: Ecran tactil color TFT 10.4 inch, 4 porturi USB și 1 port LAN. Productivitate până la 60 probe/h. Volum proba: 20 µL. Parametri analizați (diferențial 5 Diff): 25 de parametri raportabili: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC; 6 parametri de cercetare: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC% Stocare de date până la 100 000 rezultate, cu export prin USB și rețea LIS. Program integrat de control al calității - sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern	DM000661765
3310000-1	17	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Edan, H60, Hematology Analyzer)	Reagenți: DIL-C; LYC-1; LYC-2; CLE-P. CLE-P Cleanser. Control: DM-SD (H/M/L);	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H60, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Edan, H60, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000661759; DM000661757; DM000661758; DM000661760; DM000739333;
3310000-1	17	Analizator în comodat	Analizator în comodat	DF55	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat/semi-automat, modul standard (încărcare manuală a probelor) – varianta „H60” (fără autoloader). Tehnologie, metoda de detecțieCitometrie în flux cu laser semiconductor pentru WBC/Dif/BASO, impedanță electrică pentru RBC/PLT, reagent fără cianură pentru HGB./ tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate≥ 60 probe/oră. Volum probă16–20 µL, în funcție de modul de operare (sânge integru / mod pre-diluat). Parametri analizați (diferențial 5 dif)25-29 parametri raportabili incluzând: WBC, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. Plus parametri de cercetare (RUO) precum LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, NLR, PLR. Stocare date≥ 100000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	Analizator recondiționat cu anul de producere nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv: Analizator Hematologic Automat de tip 5-Diff, modul standard cu încărcare manuală – echivalent H60 fără autoloader. Tehnologie: Citometrie în flux (FCM) + Tri-anglescatter pentru analiză diferențială în 5 părți, combinată cu numărarea WBC. Metoda de impedanță: RBC și PLT. Colorimetrie fără cianură pentru testul HGB. 3 Histograme: WBC, RBC și PLT. 3 diagrame de dispersie DIFERITE și o diagramă de dispersie BASO pentru diferențialul WBC. Interfață: Ecran tactil color TFT 10.4 inch, 4 porturi USB și 1 port LAN. Productivitate până la 60 probe/h. Volum proba: 20 µL. Parametri analizați (diferențial 5 Diff): 25 de parametri raportabili + 6 parametri de cercetare: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC; ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC% (DF55 oferă o funcționalitate echivalentă sau extinsă, prin furnizarea suplimentară a parametrilor NRBC# și NRBC%, în timp ce NLR și PLR sunt indici calculați din parametrii primari deja disponibili.) Stocare de date până la 100 000 rezultate, cu export prin USB și rețea LIS. Program integrat de control al calității - sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern	DM000661765

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
3310000-1	25	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer)	Reagenți: DIL-C; LYC-1; LYC-2; CLE-P CLE-P Cleanser. Control: DM-SD (H/M/L);	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Scuturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5000, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Scuturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000661759; DM000661757; DM000661758; DM000661760; DM000739333;
3310000-1	25	Analizator în comodat	Analizator în comodat	DF55	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare:Analizator hematologic automat, diferențial 5-parte (CBC + 5 DIFF) – moduri Whole blood, capilar, prediluire. Tehnologie, metoda de detecțieMetodă de impedență pentru RBC/PLT; pentru WBC diferențial: citometrie în flux + dispersie laser „tri-angle” + coloranți chimici; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate: 40 probe/oră. Volum probăWhole blood mode: 15 µL; Prediluire mode: 20 µL; (capilar de asemenea ~15 µL) Parametri analizați (diferențial 5 diff)23 parametri reportabili + 3 histograme + 3 scattergramuri. Lista include: WBC, Lym %, Mon %, Neu %, Bas %, Eos %, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT. Stocare date≥20000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiinveluri QC „low, normal and high” pentru control.	Analizator recondiționat cu anul de producere nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv: Analizator Hematologic Automat de tip 5-DIFF. Tehnologie: Citometrie în flux (FCM) + Tri-anglescatter pentru analiză diferențială în 5 părți, combinată cu numărarea WBC. Metoda de impedență: RBC și PLT. Colorimetrie fără cianură pentru testul HGB. 3 Histograme: WBC, RBC și PLT. 3 diagrame de dispersie DIFERITE și o diagramă de dispersie BASO pentru diferențialul WBC. Interfață: Ecran tactil color TFT 10.4 inch, 4 porturi USB și 1 port LAN. Productivitate până la 60 probe/h. Volum proba: 20 µL. Analizorul acceptă modul Sânge integral (inclusiv Sânge integral venos și Sânge integral capilar) și modulele Prediluitje. În modul Sânge integral, analizorul va aspira o probă cantitativă de sânge integral. În modul Prediluitje, analizorul va aspira proba prediluată (cu un raport de diluție de 1:25). Parametri analizați (diferențial 5 Diff): 25 de parametri raportabili + 3 histograme + 4 DIFF scattergramuri: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC; 6 parametri de cercetare: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC% Stocare de date până la 100 000 rezultate, cu export prin USB și rețea LAN. Program integrat de control al calității niveluri QC „low, normal and high” pentru control.	DM000661765
3310000-1	27	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)	Reagenți: DIL-C; LYC-1; LYC-2; CLE-P CLE-P Cleanser. Control: DM-SD (H/M/L);	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300 Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Scuturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Scuturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000661759; DM000661757; DM000661758; DM000661760; DM000739333;
3310000-1	27	Analizator în comodat	Analizator în comodat	DF55	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare:Analizator hematologic automat, diferențial 5-parte (CBC + DIFF 5-part) – moduri Whole blood & prediluire. Tehnologie, metoda de detecțieCombină citometrie în flux + laser semiconductor scatter + coloranți chimici pentru WBC; metodă impedență pentru RBC și PLT; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate: 60 probe/oră. Volum probăWhole blood: ~20 µL; Prediluire: ~20 µL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)27 parametri: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY%, ALY# + 3 histograme + 1 scattergram. Stocare date≥40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiicontroale tri-nivel („Low, Normal, High”)	Analizator recondiționat cu anul de producere nu mai vechi de 2023. Tip dispozitiv: Analizator Hematologic Automat de tip 5-DIFF (CBC + DIFF 5-part) – moduri Whole blood & prediluire. Tehnologie: Citometrie în flux (FCM) + Tri-anglescatter pentru analiză diferențială în 5 părți, combinată cu numărarea WBC. Metoda de impedență: RBC și PLT. Colorimetrie fără cianură pentru testul HGB. 3 Histograme: WBC, RBC și PLT. 3 diagrame de dispersie DIFERITE și o diagramă de dispersie BASO pentru diferențialul WBC. Interfață: Ecran tactil color TFT 10.4 inch, 4 porturi USB și 1 port LAN. Productivitate până la 60 probe/h. Volum proba: 20 µL. Parametri analizați (diferențial 5 Diff): 25 de parametri raportabili + 6 parametri de cercetare: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC% + 3 diagrame de dispersie DIFF și 1 scattergram de dispersie BASO pentru diferențialul WBC Stocare de date până la 100 000 rezultate, cu export prin USB și rețea LIS. Program integrat de control al calității controale tri-nivel („Low, Normal, High”)	DM000661765
3310000-1	28	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-760, Hematology Analyzer)	Regeți: D-80DIL; D-80LN; D-80LD; D-80FD; D-80DR (M); D-80FR (M); CLE-P; Control: DM-6D (H/N/L)	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-760, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Scuturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-760, Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Scuturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
3310000-1	28	Analizator în comodat	Analizator în comodat	DH-82	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operareAnalizator hematologic automat cu diferențial 5-parte (CBC + DIFF + ESR integrat). Tehnologie, metoda de detecțieTehnologie „SF Cube” (3D analiză cu scatter laser + fluorescență) pentru WBC/DIFF; împedanță pentru RBC/PLT; metodă colorimetrică pentru HGB; metoda fotometrică pentru ESR / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. InterfațaEcran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. ProductivitateMod „CD” (whole blood): până la 80 probe/oră; alt mod „CD + ESR”: 40 probe/oră. Volum probăWhole blood CD: ~ 25 µL; CD + ESR: ~ 160 µL; Prediluare: ~20 µL. Parametri analizați (diferențial 5 diff)WBC Bas# Bas% Neu# Neu% Eos# Eos% Lym# Lym% Mon# Mon% IMG# IMG% RET#* RET#* RHE* IRF* LFR* MFR* HFR* RBC HGB MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD HCT NRBC# NRBC% PLT PLT-I PLT-H PLT-O* MPV PDW PCT P-LCR P-LCC IPF ESR Stocare date≥ 150000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calitățiiObligatoriu	Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv: Analizator Hematologic Automat 6-Diff (CBC+6 DIFF+ ESR integrat), comutare flexibilă între 5-DIFF și 6-DIFF. Metoda de detecție: Pentru WBC/DIFF: Laser scattering + Fluorescent staining + FCM (mod CD); Laser scattering + Flow cytometry (mod CBC – SD) . Pentru RBC/PLT: Laser scattering + Flow cytometry (mod CD); Împedanță (CBC-SD). Pentru HGB: Metodă colorimetrică fără ciamară. Pentru ESR: Metodă spectrofotometrică Pentru NRBC: Laser scattering + Fluorescent staining + FCM. Pentru RET : Laser scattering + Fluorescent staining + FCM. – Brochure_DH-80&DH-82.pdf. Interfață: Ecran tactil color 15.6 inch. Port USB, suport pentru protocol HL7 și conectivitate LIS bidirecțională. – Brochure_DH-80&DH-82.pdf. Productivitate: Probă de sânge integral venos: CBC: 100 probe/oră; CD: 80 probe/oră; CDR: 45 probe/oră; ESR: 80 probe/oră. Fluid corporal: 50 probe/oră. – Brochure_DH-80&DH-82.pdf. De asemenea productivitatea este indicată în Operation Manual DH-80 series.pdf, pag. 179. VolumProbă: CD: ≤ 25 µL; CD+ESR: ≤ 160 µL; - Operation Manual DH-80 series.pdf, pag. 180. Prediluare: ≤ 20 µL - Operation Manual DH-80 series.pdf, pag. 181. Parametri analizați: WBC: Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, RET#*, RET#*, RHE*, IRF*, LFR*, MFR*, HFR*, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, PLT, PLT-I, PLT-H, PLT-O*, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF, ESR. – Da, corespunde, toți parametri dispozitivului sunt indicați în tabel 3-3 și tabel 3-4, Operation Manual DH-80 series.pdf, pag. 28 – 33. Stocare date: până la 200 000 rezultate cu histograme; AI asistență, export prin USB sau rețea LIS. - Brochure_DH-80&DH-82.pdf. Program integrat de control al calității	DM000942337

Semnat:_____Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova