

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **Nr ocds-b3wdp1-MD-1638798107913**

Denumirea procedurii de achiziție: **Garou hemostatic digital**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Garou hemostatic digital	ATS-101	China	WANROOE MEDICAL	Dispozitiv utilizat în intervențiile chirurgicale p/u hemostaza circuitului sanguin. Tip: portabil; Număr de porturi: 1 sau 2; Număr de manșete: minim 3 buc. (12, 18, 34 inch) ±2 inch; Acumulator intern; Timp maxim de funcționare pe acumulator: 4 ore; Display grafic sau alfanumeric: da; Gama presiunii de ocluzie: 25-650 mmHg; Precizia presiunii de ocluzie: ≤6 mmHg; Self test la pornire; Funcție p/u anestezie intravenoasă regională (IRVA); Valvă electromagnetică p/u presiunea de contur; Troleu pe roțile; Alimentare: 220V 50Hz. Termen de garanție: minim 2 ani.	Dispozitiv utilizat în intervențiile chirurgicale p/u hemostaza circuitului sanguin. Tip: portabil; Număr de porturi: 1 ; Număr de manșete: 3 buc. (12, 18, 34 inch); . Termen de garanție: 2 ani. Specificatia tehnică conform broșurii anexate.	CE
Total						

Semnat electronic: _____

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: ”Romedcom ,, SRL Adresa: str. Șciusev 16 of.6