

Паспорт

Стаканчики для взвешивания

ТУ 4320-012-29508133-2009

1. Назначение

Предназначены для взвешивания и хранения веществ и препаратов при лабораторных работах.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Номинальная вместимость, мл	Диаметр, мм	Высота не более, мм	Обозначение шлифа, мм
				Ø наибольший / длина
СВ 20 × 35	7	20 ± 1,0	35	19/9
СВ 20 × 45	10	20 ± 1,0	45	24/10
СВ 25 × 45	13	25 ± 1,0	45	24/10
СВ 40 × 70	63	40 ± 1,0	70	34/10
СН 40 × 25	18	40 ± 1,0	25	36/9
СН 50 × 30	35	50 ± 1,0	30	45/10
СН 60 × 30	50	60 ± 1,0	30	54/9
СН 70 × 35	70	70 ± 1,0	35	65/11

1. Стаканчик для взвешивания изготовлен по ТУ 4320-012-29508133-2009.

2. Изготовлен из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75.

3. Тип СВ (высокий), СН (низкий).

4. Стаканчик закрывается пришлифованной крышкой.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие стаканчиков для взвешивания требованиям ТУ 4320-012-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок использования — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.