

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1627300234945
Denumirea licitației: Achiziționare sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)

Data: „05” august 2021
Lot:
Alternativa nr.: _____
Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
331000 0-1	1	Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)	X-VIEW	Italia	Trident S.r.l.	Sistem de raze X panoramic, dentar, specificația: 1) Generator de raze X: -frecvența: 40-50 kHz; -tipul : inverter; -tensiune: 50-90 kV; -curent mA/sec: 3-10 mA ; -filtrarea totala (minimă) mm Al: 2,8 mm. -sistem de răcire: controlat automat/ protecție de supraîncălzire > 60 (răcire cu aer); -filtrarea aditionala (minima) mm Al: 2,0. 2.) Tub de raze X: -tip: staționar; -filtrarea totală (minimă) mm Al: 0,8 mm; -raza de acoperire: 95x380 mm; -înălțimea: minim 700 mm, maxim 2300mm; -punctul focal, minim 0,5 mm. 3.) Detector digital: -tip: CMOS Detector; -lungimea suprafeței active a senzorului minim, mm: 150,4 mm; -lățimea suprafeței active a senzorului minim, mm: 6 mm; -format de imagine: HD. Timpul de expunere: 10-14 sec. Prezența laserelor de poziționare: orizontal, sagital, indicarea dintelui 3; Suport pentru bărbie:V; Element de mușcare: V; Miner pacient: V; Alimentarea . 220-240V, 50Hz; Software: -bază de date cu implanți: V; -posibilități de printare: V; -export de date: Dicom, JPG, PDF; -înscriere pe CD-DVD, viewer încorporat: V. Calculator : V. Monitor: 19". Revenire automată la poziția inițială: V. Comanda de oprire urgent: V. Control multifuncțional : V . Foto printer color wi-fi, 6 culori: V. Termenul de garanție 12 luni.	Sistem de raze X panoramic, dentar, specificația: 1) Generator de raze X: -frecvența: 40-50 kHz; DA -tipul : inverter; DA -tensiune: 50-90 kV; DA -curent mA/sec: 3-15 mA ; DA -filtrarea totala (minimă) mm Al: 3,5 mm. DA -sistem de răcire: DA controlat automat/ protecție de supraîncălzire > 60 (răcire cu aer); DA -filtrarea aditionala (minima) mm Al: 2,0. DA 2.) Tub de raze X: -tip: staționar; DA -filtrarea totală (minimă) mm Al: 0,8 mm; DA -raza de acoperire: 95x380 mm; DA -înălțimea: minim 700 mm, maxim 2300mm; DA -punctul focal, minim 0,5 mm. DA 3.) Detector digital: -tip: CMOS Detector; DA -lungimea suprafeței active a senzorului minim, mm: 151 mm; DA -lățimea suprafeței active a senzorului minim, mm: 6.9 mm; DA -format de imagine: HD. DA Timpul de expunere: 10-14 sec. DA Prezența laserelor de poziționare: orizontal, sagital, indicarea dintelui 3; DA Suport pentru bărbie:V; DA Element de mușcare: V; DA Miner pacient: V; DA Alimentarea . 220-240V, 50Hz; DA Software: -bază de date cu implanți: V; DA -posibilități de printare: V; DA -export de date: Dicom, JPG, PDF; DA -înscriere pe CD-DVD, viewer încorporat: V. DA Calculator : V. DA Monitor: 19". DA Revenire automată la poziția inițială: V. DA Comanda de oprire urgent: V. DA Control multifuncțional : V. DA Foto printer color wi-fi, 6 culori: V. DA Termenul de garanție 12 luni. DA	ISO/CE

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Savca Octavian
În calitate de: Director General
Ofertantul: Vipromed Service SRL
Adresa: mun.Chișinău, str. Andrei Doga 45/2