

Specificații tehnice									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. 21053910					Data: „11” aprilie 2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a gazelor medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2022 (repetat 1)					Lot: _____	Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
24100 000-5	2	Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Bălți (SC Bălți)	Oxigen medical lichid (O2 - criogenic) mun. Bălți (SC Bălți)	tone	RM	TehGaz Grup	Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,2%, densitatea: 1,429 kg/m³. Cerințele tehnice conform GOST 6331-78	Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,2%, densitatea: 1,429 kg/m³. Cerințele tehnice conform GOST 6331-78	
24100 000-5	4	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	
24100 000-5	4	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) mun. Bălți (SC Balti, SPsihiatrie Bălți)	4.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40 litri cu titlu gratuit în folosință (SC Balti)	butelie			butelii de 10 și 40 litri cu titlu gratuit în folosință	butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosință	
24100 000-5	5	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) și 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	
24100 000-5	5	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Telenești, CIMF Ludmila Saptefrati)	5.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosință (CIMF Ludmila Saptefrati)	butelie			butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosință	butelii de 10 litri cu titlu gratuit în folosință	
24100 000-5	15	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Donduseni)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Donduseni)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	
24100 000-5	16	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Drochia)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Drochia)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST-5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST-5583-78	
24100 000-5	17	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	
24100 000-5	17	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Falesti)	17.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40/50 litri cu titlu gratuit în folosință (SR Falesti)	butelie			butelii de 10 și 40/50 litri cu titlu gratuit în folosință	butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosință	
24100 000-5	18	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 1,57 m3 (10 litri), 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	
24100 000-5	18	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Glodeni)	18.1 Oxigen medical gazos (O2 - gazos) butelii de 10 și 40/50 litri cu titlu gratuit în folosință (SR Glodeni)	butelie			butelii de 10 și 40/50 litri cu titlu gratuit în folosință	butelii de 40 litri cu titlu gratuit în folosință	
24100 000-5	21	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ocnita)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Ocnita)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	

								Pagina: 2 din 2	
24100 000-5	23	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Singerei)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Singerei)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) sau 7,8 m3 (50litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	
24100 000-5	24	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soldanesti)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soldanesti)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	
24100 000-5	25	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soroca)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) (SR Soroca)	m3	RM	Dirove Nord	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 6,3 m3 (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 5583-78	
24100 000-5	29	Dioxid de carbon medical (CO2) (SC Balti)	Dioxid de carbon medical (CO2) (SC Balti)	kg	UA	UMP	Butelii de dioxid de carbon în stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85	Butelii de dioxid de carbon în stare gazificată de 25 kg (40 litri) Cerințele tehnice conform GOST 8050-85	

Semnat:  Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav În calitate de: director

Ofertantul: Dirove Nord SRL Adresa: or. Falesti , str. Cernauti , 1