

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1757598567074** din **11/09/2025**

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 8 Lampă cu fantă	Lampă cu fantă, SLM-2ER	China	CHONGQING KANGHUA RUIMING S&T CO., LTD.	<p>Lampă cu fantă</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iluminare LED 2. Tipul microscopului Galilean 3. Microscop Binocular 4. Schimbarea măririi rotativă în 5 pași 5. Mărire totală 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X 6. Oculare 12.5X 7. Unghiul dintre oculare 10° 8. Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim 9. Ajustarea pupilară 52mm-80mm 10. Sistemul de iluminare: <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea fantei, mm 0-14 continuu, ajustabilă - Lungimea fantei, mm 1-14 continuu, ajustabilă - Diametrele aperturii Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm - Unghiul fantei 0°~180° - Înclinarea fantei 5°, 10°, 15°, 20° - Filtre minim: filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu, filtru albastru de cobalt, filtru galben încorporat - Iluminare ≥150KLX 11. Posibilitatea de a transforma lampa cu fantă într-o lampă digitală cu fantă 	<p>Lampă cu fantă</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iluminare LED 2. Tipul microscopului Galilean 3. Microscop Binocular 4. Schimbarea măririi rotativă în 5 pași 5. Mărire totală 6X, 10X, 16X, 25X, 40X 6. Oculare 12.5X 7. Unghiul dintre oculare 10° 8. Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7minim 9. Ajustarea pupilară 55 mm-75 mm 10. Sistemul de iluminare: <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea fantei, mm 0-14 continuu, ajustabilă - Lungimea fantei, mm 1-14 continuu, ajustabilă - Diametrele aperturii Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm - Unghiul fantei 0°-180° - Înclinarea fantei 5°, 10°, 15°, 20° - Filtre minim: filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu, filtru albastru de cobalt. - Iluminare ≥150KLX 	DM000129594

				<p>12. Gama de mișcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deplasarea bazei manevrată de joystic - Deplasare laterală, mm 110 - Deplasare în adâncime, mm ≥ 110 - Deplasare în înălțime, mm 30 - Reglarea înălțimii bărbiciei, mm ≥ 80 - Alimentarea, 220 V, 50 Hz 	<p>11. Posibilitatea de a transforma lampa cu fantă într-o lampă digitală cu fantă</p> <p>12. Gama de mișcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deplasarea bazei manevrată de joystic - Deplasare laterală, mm 100+/-3 - Deplasare în adâncime, mm $\geq 75+/-3$ - Deplasare în înălțime, mm 30 - Alimentarea, 220 V, 50 Hz 	
Lot nr. 13 Nișa de laborator	Nișa de laborator FH1000(E)	China	BIOBASE BIOZONE CO., LTD.	<p>Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor.</p> <p>Dimensiuni externe, mm:</p> <p>Înălțimea-2200 $\pm 10\%$;</p> <p>Lățimea - 1100 $\pm 10\%$;</p> <p>Adâncimea - 700 $\pm 10\%$;</p> <p>Iluminare led;</p> <p>Înterupător de lumină;</p> <p>2 prize incluse.</p> <p>Ventilator cu sistemul de ventilație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși.</p> <p>Regulator de ventelare.</p>	<p>Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor.</p> <p>Dimensiuni externe, mm:</p> <p>Înălțimea-2515 mm</p> <p>Lățimea – 1000 mm</p> <p>Adâncimea – 800 mm</p> <p>Iluminare led;</p> <p>Înterupător de lumină;</p> <p>2 prize incluse.</p> <p>Ventilator cu sistemul de ventilație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși.</p> <p>Regulator de ventelare.</p>	CE/ISO în curs de înregistrare

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia