

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21529625 / oeds-b3wdp1-MD-1766482421625, din 25/02/2026		Data: 25/02/2026	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea investigațiilor hematologice pentru analizoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026		Lot:2; 16.	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Abbott, CELL-DYN Emerald 22, Haematology Analyser)	Reagenți: DIL-C; LYC-1; LYC-2; CLE-P; CLE-P Cleanser. Control: DM-5D (H/M/L); Calibrator; DM-CAL PLUS	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Abbott, CELL-DYN Emerald 22. Haematology Analyser, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Horiba, Pentra XLR, Hematology Analyzer, sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000661759; DM000661757; DM000661758; DM000661760; DM000739333; DM000739332.
33100000-1	2	Analizator în comodat	Analizator în comodat	DF55	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, cu operare semi-automată sau complet automată, în funcție de configurație. Tehnologie, metoda de detecție Citometrie în flux (optică) combinată cu impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT și spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb. Interfața Ecran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 35 probe/oră. Volum probă ≤ 10 μL. Parametri analizați (diferențial 5 dif) WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM #%, MONO #%, NEU #%, EOS #%, BASO #%. Stocare date ≥ 1500 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității Obligatoriu – sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	Anexa No.2 - Lot 2 - Specificația tehnică propusă	DM000661765
33100000-1	16	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 (echivalent pentru Mindray, BC-5300, Hematology Analyzer)	Reagenți: DIL-C; LYC-1; LYC-2; CLE-P; CLE-P Cleanser. Control: DM-5D (H/M/L); Calibrator; DM-CAL PLUS	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300. Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	Analiza generală a sângelui în conformitate cu norma metodologică 1518 pentru analizatorul din dotare Mindray, BC-5300. Hematology Analyzer sau cu analizator în comodat. Prețul Ofertei va include toți reagenții, controalele și consumabilele necesare pentru numărul investigațiilor solicitate de fiecare beneficiar în parte. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului pentru analizator. Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului pentru analizator, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.	DM000661759; DM000661757; DM000661758; DM000661760; DM000739333; DM000739332.
33100000-1	16	Analizator în comodat	Analizator în comodat	DF55	China	SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO. LTD	Analizator de ultima generație, cu anul producerii nu mai mic de 2023. Tip dispozitiv / mod de operare Analizator hematologic automat, diferențial 5-parte (CBC + DIFF 5-part) – moduri Whole blood & prediluire. Tehnologie, metoda de detecție Combină citometrie în flux + laser semiconductor scatter + coloranți chimici pentru WBC; metodă impedanță pentru RBC și PLT; reagent hemoglobină fără cianură. / tehnologie echivalentă, similară sau mai avansată. Interfața Ecran tactil color, tastatură soft, port USB/RS-232 și conectivitate LIS. Productivitate ≥ 60 probe/oră. Volum probă Whole blood: ~20 μL; Prediluire: ~20 μL. Parametri analizați (diferențial 5 dif) 27 parametri: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, LIC%, LIC#, ALY#, ALY# + 3 histograme + 1 scattergram. Stocare date ≥ 40000 rezultate cu histograme; export prin USB sau rețea LIS. Program integrat de control al calității controale tri-nivel („Low, Normal, High”)	Anexa No.16 - Lot 16 - Specificația tehnică propusă	DM000661765

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova