

Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: _21450783_ din 25.07.2025_ , conform SIA RSAP / M-Tender							
Denumirea procedurii de achiziție: _Reactive - 2025 (2)_							
Denumire bunuri	Descriere bunuri	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
18. Oferta alternativa analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO, 77Elektronika							
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	Analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO	Ungaria	77Elektronika,	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa) - Oferta alternativa analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO, 77Elektronika, UNGARIA. Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18.	ISO,CE
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	Labstrip U12P mALB /CREA test strip, U12-9901-1	Ungaria	77Elektronika,	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18	Conform cerintelor. Consumabile pu analizator - Stripuri cu 12 parametriLabstrip U12P mALB /CREA test strip, U12-9901-1 compatibil cu analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO	ISO,CE
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	Cuveta p-u UriSed, 600 piese, URS-9961-1	Ungaria	77Elektronika,	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18	Conform cerintelor. Consumabile pu analizator - Cuveta p-u UriSed,set 600 piese, URS-9961-1 compatibil cu analizator automat de urina si sediment urinar Labumat 2 & UriSed 3 PRO	ISO,CE
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	S-UPAPMKIT4 Maintenance kit	Ungaria	77Elektronika,	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18	S-UPAPMKIT4 Maintenance kit - kit de mentenanta anuala LABUMAT2	ISO,CE
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	S-URSPMKIT Maintenance kit	Ungaria	77Elektronika,	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18	S-URSPMKIT Maintenance kit - kit de mentenanta anuala UriSed 3 PRO	ISO,CE
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	Soluti de hipoclorid, 87939	VWR	Germania,	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18	Soluti de hipoclorid , Flacon 1 L	ISO,CE
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	UPS Antarespro Tower 3kVA, VNOL03-015	Powertronix	Italia	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 19	UPS Antarespro Tower 3kVA, VNOL03-015	ISO,CE
18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa)	Dip & Spin Control set, 4x120 ml, 1470-01, Quantimetrix	USA	Quantimetrix	18. Analiza generală de URINI (oferta alternativa). Vezi SPECIFICATIA TEHNICA LOT 18	Conform cerintelor. Consumabile pu analizator - material de control 2 nivele Dip & Spin Control set, 4x120 ml, 1470-01, Quantimetrix . https://quantimetrix.com/product/dipspin-urinalysis-dipstickmicroscopics-control/	ISO,CE

39. Markeri cardiaci_triplu test (oferta alternativa) - Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WESAIL					WS-Mi6000,		
39. Markeri cardiaci_triplu test (oferta alternativa)	39. Markeri cardiaci_triplu test (oferta alternativa)	BA0130 cTnI/CK-MB/Myo	China	WESAIL	39. Markeri cardiaci (oferta alternativa) - Triplu test Troponina/CK-MB/Myoglobina, test rapid, metoda cantitativă. Cerințe p/u kit diagnostic: Determinarea Troponinei/CK-MB/Myoglobinei prin triplu test în "one step" din ser, plasma sau sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală (sau oricare altă metodă analitică ceriticată cu CE și IVD) - test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit în comodat p/u un an compatibil cu teste rapide. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau card. Condiții de exploatare a reader-ului: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare p/u 12 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea reader-ului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei p/u lotul dat. Beneficiarul nu duce răspundere materială p/u oricare tip de defecțiuni tehnice interne. Să se ofere garanție p/u seturi diagnostice și analizatorul de citire a testelor rapide. CE, IVD. În bugetul Ofertei Comerciale p/u lotul dat să se includă 20 buc de hârtie termică de înaltă calitate compatibilă cu dimensiunile cutiei imprimantei analizatorului de citire a testelor rapide. În bugetul Ofertei Comerciale p/u lotul dat să se includă 2 seturi de control de calitate cu 2-3 nivele de material de control.	39. Markeri cardiaci (oferta alternativa) - Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL. Triplu test Troponina/CK-MB/Myoglobina, test rapid, metoda cantitativă. - DA. Cerințe p/u kit diagnostic: Determinarea Troponinei/CK-MB/Myoglobinei prin triplu test în "one step" din ser, plasma sau sânge integral cu anticoagulant. DA, instrucțiunea cTnI CK-MB Myo (FIA) IFU en. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală (sau oricare altă metodă analitică ceriticată cu CE și IVD) - test rapid cantitativ.-DA, Brochure-WESAIL Multi-Channel Analyser & Reagents, User manual pag.1. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit în comodat p/u un an compatibil cu teste rapide. DA.(vezi instrucțiunea cTnI CK-MB Myo (FIA) IFU en) Lipsa calibratorilor lichizi. -DA. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau card.-DA.-User manual pag 25-28. Condiții de exploatare a reader-ului: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7.-DA. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare p/u 12 luni de exploatare din data semnării contractului. -DA.Returnarea reader-ului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei p/u lotul dat. -DA.Beneficiarul nu duce răspundere materială p/u oricare tip de defecțiuni tehnice interne. Să se ofere garanție p/u seturi diagnostice și analizatorul de citire a testelor rapide. -DA. CE, IVD. În bugetul Ofertei Comerciale p/u lotul dat să se includă 20 buc de hârtie termică de înaltă calitate compatibilă cu dimensiunile cutiei imprimantei analizatorului de citire a testelor rapide. În bugetul Ofertei Comerciale p/u lotul dat să se includă 2 seturi de control de calitate cu 2-3 nivele de material de control.-DA.	ISO,CE
39. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo	39. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo	Hârtie termică	China	WESAIL	39 Hârtie termică - hârtie termică compatibilă cu analizator oferit p/u poziția 1 prezentului lot.	39. Hârtie termică - hârtie termică compatibilă cu analizator oferit p/u poziția 1 prezentului lot.	ISO,CE
39. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo	39. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo	Control p/u cTnI/CK-MB/Myo (1 L+1 H) BD0011,BD0111,BD0121	China	WESAIL	39 Control pu cTnI/CK-MB/Myo	39 Control pu cTnI/CK-MB/Myo (1 L+1 H)	ISO,CE

Semnat:_____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL : _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.