

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1758873042488 din 26.09.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 8 Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120						
Lot nr. 8 Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Model Sonotronic US 2 AMDM DM000674819	Polonia	ELEKTRO NIKA I ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120 este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen Frecvența de lucru diapazon minim 1-3 MHz Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Funcția de comutarea automata a frecvenței obligatoriu Testarea automata da Suprafața de contact a sondei min. 5 cm2 Posibilitatea reglării puterii obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Specificație Ecran color, touch-screen - 4,3 inch pag 18 Catalog; Frecvența de lucru diapazon 1MHz - 3MHz - DA, pag 18 Catalog; Moduri de operare continuu sau pulsatoriu - DA, pag 18 Catalog; Funcția de comutarea automata a frecvenței - DA, pag 18 Catalog; Testarea automata - DA, pag 18 Catalog; Suprafața de contact a sondei - 5 cm2 - Sonda SU - 5 - DA, pag 18 - 19 Catalog; Posibilitatea reglării puterii de pe aplicator - DA, pag 18 Catalog; Timpul de tratament 30sec - 30min - DA, pag 18 Catalog;	

				Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sondă cu suprafață de $\sim 1 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată; Sondă cu suprafață de $\sim 4-5 \text{ cm}^2$: ≥ 1 bucată. (să se indice codul produsului) Gel contact, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Alarma finalizare tratament - DA, pag 18 Catalog; Alarma sonora si vizuala contact sonda - DA, pag 18 Catalog; Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 30 - DA, pag 18 Catalog; Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator - 50 - DA, pag 18 Catalog; Tensiune 220V 50Hz - - DA, pag 18 Catalog; <u>Accesorii</u> Sondă cu suprafață de 1,33 cm² - Sonda SU - 1 Sondă cu suprafață de 5 cm² - Sonda SU-5 - pag 19 Catalog; Gel contact - 0,5l (nu este indicat de producator codul) Troleu dispozitiv 1 buc Model - SM 1, pag 32 Catalog.	
Lot nr. 10 Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150						
Lot nr. 10 Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	Model Biomag Lumina 3D-e clinic AMDM DM000746669 DM000746682	Cehia	KAREL HRNCIR- BIOMAG	Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu	Magnetoterapie Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune - 3.5 inch color, Data sheet pag 1; Canale independente - 4 buc, Data sheet pag 1; Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular - Data sheet pag 1; Diapazonul frecvenței semnalului diapazon 1-81Hz Data sheet pag 1; Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal -100 gauss Data sheet pag 1; Timpul de tratament diapazon - 1-90 min Data sheet pag 1; Alarma finalizare tratament - Data sheet pag 1;	

				Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Librarie de protocoale interne de tratament - 200 buc - Data sheet pag 1; Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu - Data sheet pag 1; Tensiune 220V, 50 HZ - Data sheet pag 1; Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic 1 buc - A11P (Broșură); Aplicator magnetic flexibil 1 buc - A9P(Broșură); Curele de fixare flexibile 1 set., Aplicatorul și covorașul au curele de fixare - DA; Troleu dispozitiv 1 buc - DA.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6