

**Ministerul Sănătății,
Republicii Moldova
CENTRUL NAȚIONAL DE
TRANSFUZIE A SÂNGELUI**



str. Academiei nr.11
MD-2028, mun. Chișinău,
Tel. +37322109075; +37322109080;
Fax. +373225107

www.cnts.md, e-mail: singe@ms.md

06.12.2021 Nr. 0118/598

**Министерство
Здравоохранения
Республики Молдова
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ**

ул. Академическая, № 11
MD-2028, мун. Кишинэу,
Тел. +37322109075; +37322109080;
Факс. +373225107

www.cnts.md, e-mail: singe@ms.md

Operator economic

Cu referire la solicitarea Dvs, privind indicarea volumelor flaconelor de trombin și plasmă de control din conținutul setului din lotul 65 Set pentru determinarea fibrinogenului, Vă comunicăm, că acesta este un set standard fabricat de diferiți producători pentru determinarea fibrinogenului, care obligatoriu trebuie să conțină aceste trei componente ca: trombin leofilizat – 1 flacon, concentrat buferă imidozol – 1 flacon și plasmă de control testată după fibrinogen – 1 flacon, iar cantitatea flacoanelor va fi proporțional directă de conținutul setului de la producător. De asemenea Vă informăm că la baza specificațiilor tehnice a lotului mai sus menționat a stat și criteriile de eligibilitate reglementate și prin ordinul MSMPS nr. 1491 din 27 decembrie 2019 „Cu privire la dispozitivele medicale de diagnostic in vitro și alte material utilizate în asigurarea securității hemotransfuzionale și criteriile de eligibilitate a acestora”.

Vicedirector medical

Doina Banari

Șef LCCPSSP

Natalia Piscorschi

Jurist

Andrei Gheorghiță