

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1710776257832 din 25.03.2024
Obiectul achiziției: Recirculatoare de aer și tuburi bactericide

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Lotul 1</u> Dispozitiv pentru dezinfectarea bactericidă a aerului	Dispozitiv pentru Dezinfecția Aerului cu UV-C <u>Model RBZ 100V</u>	Republica Moldova	”Caravan Express” SRL	Min. 80 m3/h, lampi 2*30W, Min. 8 000 ore de lucru, fără ozon, cu telecomandă, cu fir min.3m. Certificate de conformitate obligatoriu	• Capacitate de tratare: 87m3/h, lampi 2 x 30W; • Durata de viață lămpi :10 800h, fără ozon, cu telecomandă, cu fir - 3m; • Certificate de conformitate; AMDM DM000564973Rg04-000160	Aviz sanitar, Declarație de conformitate
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Petru Movilă 23/5,ap (of)3