

### **Termenii și condițiile de livrare**

Denumirea      **“Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea mortalității cauzate de SIDA în Republica Moldova”**  
Cumpărător:    **Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”**  
Destinatar:     **IFP - (Chișinău).**  
Pachet nr.:      **233/GD/T**

#### **1.      Prețurile și Termenii de livrare**

Furnizorul recunoaște că va fi, de asemenea, responsabil de:

- a) Livrarea mărfurilor la adresa destinatarului, IMSP IFP „Chiril Draganiuc”;
- b) Instalarea echipamentului și instruirea personalului medical pentru întreținerea de rutină a echipamentului (toate instrumentele din cadrul acestui Lot).

#### **LOT: “ Ecograf staționar multidisciplinar de performanță înaltă”:**

| <b>Nr</b> | <b>Articol</b>                                                  | <b><u>Cantitate<br/>totala,<br/>unit</u></b> | <b>Preț per<br/>unitate<br/>Chișinău,<br/><u>MDL</u></b> | <b>Preț total<br/>Chișinău,<br/><u>MDL</u></b> | <b><u>Termenul<br/>de livrare</u></b>  | <b><u>Destinatar</u></b>  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Ecograf staționar multidisciplinar de performanță înaltă</b> | <b>1</b>                                     | <b>1 594 000,00</b>                                      | <b>1 594 000,00</b>                            | <b>90 zile<br/>calendaristi<br/>ce</b> | <b>IFP,<br/>Chișinău.</b> |
|           | <b><i>TOTAL:</i></b>                                            |                                              |                                                          | <b>1 594 000,00</b>                            |                                        |                           |

**Notă:** *În caz de discrepanță între prețul unitar și totalul derivat din prețul unitar, corectarea se va face conform prevederilor punctului 8 (iii) din Invitația pentru prezentarea ofertei de preț*

- 2.      Prețul Fix: Prețurile indicate mai sus sunt fixe și nu fac obiectul niciunei ajustări în timpul executării contractului. Confirmăm că prețurile nu includ taxele vamale, accizele, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) din Republica Moldova.
- 3.      Țara de origine: Bunurile oferite trebuie să provină din țările membre ale Băncii Mondiale și se solicită să furnizați un certificat de origine pentru fiecare articol.
- 4.      Programul de livrare: Livrarea trebuie finalizată conform condițiilor de livrare din Termenii și condițiile de livrare din momentul semnării contractului.
- 5.      Legislația aplicabilă: Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile din țara Cumpărătorului.
- 6.      Soluționarea litigiilor: Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe informale, orice neînțelegere sau litigiu între ei în temeiul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, litigiul va fi soluționat în conformitate cu prevederile legilor din țara Cumpărătorului.

7. Livrarea și Documentele: La expedierea bunurilor, Furnizorul va notifica Cumpărătorului prin email sau fax detaliile complete ale expedierii, inclusiv numărul contractului, descrierea bunurilor, cantitatea etc.
8. Plata facturii dvs. se va efectua la 100% contra livrării bunurilor, prin transfer bancar în favoarea Băncii Furnizorului, în termen de zece (10) zile bancare de la recepționarea bunurilor și a serviciilor conexe prevăzute de punctul 1 din acești Termeni și condiții de livrare (denumite în continuare „Serviciile conexe”), confirmate prin semnarea unui act de recepție finală pentru bunuri și servicii conexe emis de Cumpărător și confirmat de Destinatar/beneficiar final (denumit în continuare „Actul de Recepție Finală”).
9. Garanție: Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanția producătorului (perioada de valabilitate) așa cum este indicat în Anexa A la Termenii și condițiile de furnizare de la data Actului de Recepție Finală. **Vă rugăm să specificați perioada de garanție și termenii în detaliu, conform cerințelor din Anexa A.**
10. Autorizația producătorului. Cumpărătorul poate solicita Furnizorului înainte de atribuirea contractului să furnizeze autorizația producătorului pentru bunurile contractate.
11. Instrucțiuni privind ambalarea și marcarea: Furnizorul va asigura ambalarea standard a bunurilor după cum este necesar, prevenind prejudicierea sau deteriorarea acestora în timpul tranzitului către destinația lor finală, așa cum este indicat în Contract.
12. Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către Furnizor fără niciun cost pentru Cumpărător în termen de 30 de zile de la data notificării de către Cumpărător.
13. Forță majoră: Furnizorului nu îi vor fi aplicate penalități sau rezilierea contractului pentru curențe dacă și în măsura în care întârzierea sa în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor asumate prin Contract sunt rezultatul unui eveniment de forță majoră.

În sensul acestei clauze, „Forță Majoră” înseamnă un eveniment care nu poate fi controlat de Furnizor și care nu implică vina sau neglijența Furnizorului și care nu este previzibil. Astfel de evenimente pot include, dar fără a se limita la, actul Cumpărătorului în calitatea sa suverană, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri de mărfuri.

Dacă apare o situație de forță majoră, Furnizorul va notifica prompt Cumpărătorul în scris despre această situație și cauza acesteia. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul solicită altfel în scris, Furnizorul va continua să își îndeplinească obligațiile în temeiul Contractului, în măsura în care este rezonabil din punct de vedere practic, și va căuta toate mijloacele alternative rezonabile de executare care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră.

#### 14. Specificațiile tehnice necesare

##### (i) **Descriere generală**

- a. Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, dintre cele mai recente și actuale modele, încorporând toate îmbunătățirile recente ale designului și materialelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste specificații.

(ii) **Detalii specifice și standarde tehnice** - conform Anexei A la Termenii și condițiile de furnizare

**Furnizorul confirmă corespunderea cu specificațiile de mai sus (*În caz de abateri furnizorul va enumera toate aceste abateri*).**

15. Neexecutarea: Cumpărătorul poate anula Contractul în cazul în care Furnizorul nu livrează bunurile și nu furnizează Serviciile conexe, în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, în pofida unei notificări de 10 zile oferite de către Cumpărător, fără a-și asuma nicio răspundere față de Furnizor.
16. Întârzieri: În cazul în care Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate bunurile până la data livrării sau să efectueze Serviciile conexe în perioada specificată în Contract (așa cum este prevăzut în Termenii de livrare de mai sus), Cumpărătorul poate, fără a afecta toate celelalte clauze în temeiul Contractului, deduce din Prețul Contractului, drept despăgubiri forfetare, o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul oferit al bunurilor întârziate sau al serviciilor neexecutate pentru fiecare zi lucrătoare sau parte din aceasta de întârziere până la livrarea sau executarea efectivă, până la o deducere maximă de zece (10)% din Prețul Contractului.
17. Frauda și corupția: Politica Fondului Global este de a cere ca toți ofertanții, furnizorii și contractanții și agenții acestora (fie că sunt declarați sau nu), personalul, subcontractanții, sub-consultanții, furnizorii de servicii în cadrul contractelor finanțate de Fondul Global să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul achiziției și executării unor astfel de contracte.<sup>1</sup> În aceste circumstanțe, Fondul Global a elaborat un **Cod de Conduită pentru Furnizori** care are ca scop să asigure că Furnizorii și Reprezentanții Furnizorilor vor participa la procesul de achiziții într-o manieră transparentă, echitabilă, responsabilă și onestă, inclusiv prin respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile privind concurența loială precum și a standardelor recunoscute de bune practici în achiziții. Documentul detaliat (Code of Conduct for Suppliers / Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe website-ul: <https://www.theglobalfund.org/en/governance-policies/>
18. În calitate de ofertant, confirmăm prin prezenta că am citit Codul de Conduită pentru Furnizori (Code of Conduct for Suppliers), așa cum este menționat în clauza 17 de mai sus și prin semnătura noastră de mai jos ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile întreprinse de noi în cadrul acestei achiziții.

**FCPC DataControl SRL** \_\_\_\_\_

**Semnătura și ștampila autorizate: A.Grabazei**

**Locul: mun. Chișinău**

**Data: 22.11.2023**

---

<sup>1</sup> În acest context, orice acțiune întreprinsă de un ofertant, furnizor, contractant sau de orice al lor personal, agenți, subcontractanți, subconsulanți, furnizori de servicii, furnizori și/sau angajații acestora în vederea influențării asupra procesului de achiziție sau a executării contractului pentru un avantaj necuvenit este improprie.

**Detalii specifice și standarde tehnice**

**LOT: „Ecograf staționar multidisciplinar de performanță înaltă”:**

| I.  |                                   | Description of function and use                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | Specificatii tehnice oferite. Model; Producator |  |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|     | Ultrasonograf                     | Determinarea elasticității țesuturilor prin producerea unui impuls de forță acustică de radiofrecvență                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             | Arietta 750-VE, Fujifilm (HITACHI), Japonia     |  |
| II. |                                   | Main specifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |  |
| 1.  | Moduri de operare:                | <div><div>- mod de afisare: B-mode(2D)</div><div>da</div><div>- BiPlane-mode</div><div>da</div><div>- Spectral Doppler mode :Continuu/Pulsativ si HPRF</div><div>da</div><div>- Dual Gate Doppler</div><div>da</div><div>- M-mode</div><div>da</div><div>- Power Doppler (Directional)</div><div>da</div><div>- RT-3D(4D)-mode (obtonal)</div><div>da</div></div>                                                                                                                                                                                                  | <div><div>- Da, p. 2</div><div>- Da, p.2</div><div>- Da, p.2</div><div>- Da, p.2</div><div>- Da, p.2</div><div>- Da, p.2</div><div>- Da, p.2</div><div>- Da,optional, p.2</div></div>                       |                                                 |  |
| 2.  | Moduri de vizualizare a imaginii: | <div><div>- B-mode (2D) ; M-mode</div><div>da</div><div>- Real Time Elastografy</div><div>da</div><div>- Imagine panoramica, trapezoidala</div><div>da</div><div>- Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia</div><div>da</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><div>- Da, p.2</div><div>- Da, Arietta750-43;60, p.2;14</div><div>- Da, p.2,3</div><div>- Da, Needle Emphasis, p.4</div></div>                                                                         |                                                 |  |
| 3.  | Consola sistemului:               | <div><div>- Unitate de baza de inalta performanta, stationar, carucior</div><div>da</div><div>- incorporat cu roti orientabile si spatii de plasare a perifericelor</div><div>da</div><div>- Minim 4 porturi de sonda active +minim 2 parcare</div><div>da</div><div>- Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel</div><div>da</div><div>- SDD minim 1TB</div><div>da</div><div>- Putere consumata (cu tot cu periferice) max 1300VA</div><div>da</div><div>- Minim 5 porturi USB 2.0</div><div>da</div><div>- Minim 1 port USB 3.0</div><div>da</div></div> | <div><div>- Da, p.32</div><div>- Da, p.32</div><div>- Da, 4act+2 parc.,p.19</div><div>- Da,JW-3000U, p.21</div><div>- Da, p.7;19</div><div>- Da, p.20</div><div>- Da, p.19</div><div>- Da, p.19</div></div> |                                                 |  |
| 4.  | Monitor:                          | <div><div>- Diagonala min 21 inch</div><div>da</div><div>- Tehnologie LCD sau OLED</div><div>da</div><div>- Rezolutie minima WHGA++ (1600 x 900)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div>- Da,21,5”, p.19</div><div>- Da,LCD p.19</div><div>- Da,FHD(1920x1080), p.19</div></div>                                                                                                          |                                                 |  |
| 5.  | Panou de control:                 | <div><div>- Minim 6 taste configurabile de catre utilizator</div><div>da</div><div>- Minim 6 suporturi pentru sonde</div><div>da</div><div>- Minim 100 functii presetate</div><div>da</div><div>- Inaltime reglabila de minim 45 cm</div><div>da</div><div>- Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil: TFT LCD, Diagonala minim 10,4 inch</div><div>da</div></div>                                                                                                                                                     | <div><div>- Da,p.32</div><div>- Da,p.32</div><div>- Da, p.19</div><div>- Da, 47.5 cm, p.20</div><div>- Da, p.19</div><div>-</div></div>                                                                     |                                                 |  |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Compatibilitate Transductori:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonde liniare in gama totala de frecventa minim 2-18 MHz da</li> <li>- Sonde convexe in gama totala de frecventa minim 1-10MHz da</li> <li>- Sonde phased array in gama totala de frecventa minim 1-14MHz da</li> <li>- Sonde abdominale volumetrice in gama totala de frecventa minim 2-8 MHz da</li> <li>- Sonde endocavitare volumetrice in gama totala de frecventa minim 2-8 MHz da</li> <li>- Sonde radiale in gama totala de frecventa minim 5-10MHz da</li> <li>- Sonde biplanice convexe: minim 4-8MHz/liniara: minim 5-10 MHz da</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da,p.24</li> <li>- Da,p.22;23</li> <li>- Da, p.25</li> <li>- Da,p.25</li> <li>- Da, p.25</li> <li>- Da, p.26</li> <li>- Da, p.26</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Caracteristici standard ale echipamentului | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formator de unde digital A/D converter min 12bit da</li> <li>- Gama totala de frecventa acoperita min 1-18 MHz da</li> <li>- Minim 20 directii transmite/receptie da</li> <li>- Minim 26 pasi reglare viteza sunet da</li> <li>- Reglare Automata viteza sunet da</li> <li>- Minim 4 600 000 canale de procesare da</li> <li>- Adancime de scanare min 0,75-40cm da</li> <li>- Minim 4 zone de focalizare da</li> <li>- Minim 256 tonuri de gri da</li> <li>- Gama dinamica minim 310 dB da</li> <li>- Sistemul sa poata atinge un frame rate de minim 880 fps da</li> <li>- Posibilitate de inversare a imaginii da</li> <li>- Memorie CINE min 63000 frame-uri da</li> <li>- Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton da</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da, p.2</li> <li>- Da, p.3</li> <li>- Da, p.2</li> <li>- Da,p.3</li> <li>- Da, p.3</li> <li>- Da, 4608000, p.3</li> <li>- Da, p.3</li> <li>- Da, 4-16, p.3</li> <li>- Da,p.3</li> <li>- Da, 314dB, p.3</li> <li>- Da, 882 cadre/sec, p.3</li> <li>- Da, longitudinala si laterala, p.3</li> <li>- Da, 63500, p.5</li> <li>- Da, p.5</li> </ul> |
| 8. | Analize si masurari                        | <p><b>Masurari de baza:</b></p> <p><b>B mode:</b> Distance, Dist-trace; da</p> <p>Arie/Circum da</p> <p>Unghi da</p> <p>Volum 1, Volume 2 da</p> <p>Masurari Dislocatii Congenitale da</p> <p>B.Index da</p> <p><b>M mode:</b>Distance da</p> <p>Time da</p> <p>M.Index da</p> <p>M.Vel. da</p> <p>Heart Rate da</p> <p>Masurari abdominale da</p> <p>Masurari parti mici da</p> <p>Masurari obstetricale da</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Da, p.9</p> <p>Da, p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da,p.9</p> <p>Da, p.11</p> <p>Da,p.11</p>                                                                                                                                                                                              |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | Masurari ginecologice da Da,p.11<br>Masurari vasculare da Da,p.10<br>Masurari cardiologice da Da,p.9<br><b>Masurari automate:</b><br>Auto NT da Da,p.11,15<br>Auto FHR da Da,p.11,15<br>Auto FHR+ da Da,p.11,15<br>Auto FS da Da,p.15<br>Auto IMT da, posibilitate Da, p.6<br>Auto Clipper da Da, p.13<br><br><b>Rapoarte Masurari:</b><br>Abdominal da Da, p.12<br>Parti mici da Da,p.12<br>Obstterice da Da,p.12<br>Ginecologice da Da,p.12<br>Urologice da Da,p.12<br>Vasculare da Da,p.12<br>Cardiace da, psibilitate Da,p.12<br>Posibilitatea de printare la un PC printer obtional: da Da,p.12              |
| 9. | Functionalitati regim RT-3D (optional) | Posibilitate redare 3 sectiuni simultan da Da,p.13<br>Reconstructie multiplanara (MPR) da Da,p.13<br>Scanare detailata a zonei de interes (ROI) da Da,p.13<br>Rotire omni-directionala 360 grade da Da,p.13<br>Mod Inversie da Da,p.13<br>Masurari in B-mode in orice plan arbitrar da Da,p.13 Da,p.13<br>Functie Auto Clipper (Automated placenta rejection) da Da,p.13<br>Functie STIC da Da,p.13<br>Imagine Multi Slice (MSI) da Da,p.13<br>HI REZ da Da,p.13<br>Flow 3D da Da,p.13<br>4Dshading ( realisting 3D imaging) da Da,p.13<br>FMPR da Da,p.13<br>Curved MPR da Da,p.13<br>Altele (de enumerat)<br>Da |

|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Regim Elastografie             | Elastografie in timp real (RTE) da<br>Strain Histogram da<br>Combi-Elasto da<br>Shear Wave mode da, pe sonda convexa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da, Arietta750-43,p.14<br>Da ,Arietta750-60, p.14<br>Da, Arietta 750-151,p.14<br>Da, Arietta750-151,p.14                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. | DICOM SR,QR                    | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da, p.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | Posibilitate adaugare functii: | Contrast Harmonic Imaginc (CHI) posibil<br>Analiza TDI posibil.<br>Echo Tracking posibil.<br>Stress Echo posibil.<br>Analiza WI posibil.<br>Functie sinhronizare imagine USG posibil<br>cu imaginea CT/MR/PET<br>2D Tissue Tracking posibil.<br>RT-3D posibil                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da, obtional,p.17<br>Da,obtional, p.17<br>Da,obtional, p.18<br>Da,obtional, p.16<br>Da,obtional,p.18<br>Da,obtional, p.15<br><br>Da,obtional, p.15<br>Da,obtional,p.13                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Configurare de livrare         | Unitatea de baza incluzand minim cerintele tehnice de la punctul A da<br>- Transductor Convex multifrecventa monocrystal da<br>- minim 160 elemente da<br>• gama de frecventa in intervalul minim 1-6MHz da<br>• Dispognibile toate functiile ,inclusiv elastografie si SherWave da<br>• unghi de scanare minim: 70° da<br>• aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, urologie, vascular da<br>- Transductor Liniar multifrecventa (investigatii parti mici) da<br>- Minim 192 elemente da<br>• gama de frecventa in intervalul minim 5-13MHz da | - Da<br>- C252,monocrystal, p.2,Transducer Data Sheet<br>- Da,160,p.2 Transducer Data Sheet<br>- Da, 1.0-6.0MHz,p.2 Transducer Data Sheet<br>- Da, SWE, p.30<br>- Da, 70grade,p.2 Transducer Data Sheet<br>- Da,p.2 Transducer Data Sheet<br><br>L55, Transducer Data Sheet<br>Da ,192 elemente, p.4 Transducer Data Sheet<br>Da 5.0-18.0 MHz, p.4 Transducer Data Sheet |

|             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>disponibil functiile elastografie,sherwave, imagine trapezoidala, CW da</li> <li>camp de scanare minim: 50 mm da</li> <li>Aplicatii: Organe mici, musculo-scheletal,vase periferice,organe superficiale, glanda Teroida, glanda mamara da</li> <li>posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie da</li> <li>Transductor endocavitar, minim 192 elemente da</li> <li>gama de frecventa in intervalul minim 2-10MHz da</li> <li>maxim R10mm da</li> <li>disponibil functiile elastografie, functie vizualizare ac de biopsie da</li> <li>camp de scanare minim: 200 grade da</li> <li>- Printer alb/negru incorporat da</li> </ul> | Da, p.28<br><br>Da, 50mm,p.4 Transducer Data Sheet<br><br>Da, p.4 Transducer Data Sheet<br><br>Da, p.4 Transducer Data Sheet<br><br>Da,p.24<br><br><b>C41V1</b> , p.2 Transducer Data Sheet<br><br>Da, 192 elemente, Transducer Data Sheet<br><br>Da, 2.0-10.0MHz, Transducer Data Sheet<br><br>Da,10, R10 Transducer Data Sheet<br><br>Da,p.28<br><br>Da, 200grade, p.8 Transducer Data Sheet<br><br>Da, UP-X898MD (SONY), p.21 |
| <b>III.</b> | <b>Electricity requirements</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Supply voltage:                                | 230 ± 10 V, AC, 50/60 Hz.<br><br><i>Voltage and plugs type adapted to meet the requirement of electrical system in Moldova.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200-240 V, 50/60Hz, p.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Power consumption:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900VA (Main unit only), p.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IV.</b>  | <b>Documentation</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Manufacturer's certificate                     | <i>The manufacturer must have a management system certified to ISO 9001.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Quality and safety standards                   | <i>Met by the product to be listed.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>V.</b>   | <b>Operation, maintenance and installation</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Operation and maintenance manual | <p><i>At least one set of operation, maintenance and service manuals for each equipment.</i></p> <p><i>The manuals to include instructions for:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>setting up the equipment</i></li> <li>• <i>routine cleaning and maintenance</i></li> <li>• <i>planning for periodic maintenance.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | yes                                        |
|  | Language of documentation        | <i>Written in United Nations languages: at least in English and mandatory in Romanian.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yes, English                               |
|  | Installation and maintenance     | <p>The bidder must arrange for the equipment to be installed by certified or qualified personnel.</p> <p>Any prerequisites for installation will be communicated to the beneficiary in advance, described in detail in written form.</p> <p><i>The bidder will provide a comprehensive maintenance plan. The cost of the maintenance plan to be defined and guaranteed over the period of warranty.</i></p> <p><i>The supplier will provide an after-sale service that covers the whole country. The service to have competent staff, adequate infrastructure and sufficient spare parts to be able to respond to any complaints and to repair or replace the autoclave within 14 days.</i></p> | <p>Yes</p> <p>Yes</p> <p>Ye</p> <p>Yes</p> |
|  | Training                         | <i>The bidder will provide user training (including how to use and maintain the equipment).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Yes                                        |
|  | Standard maintenance tools       | <i>All standard accessories, consumables and parts required to operate the equipment, including all standard tools and cleaning and lubrication material, to be included in the offer. Bidders to specify the quantity of every item included in their offer (including items not specified above).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yes                                        |
|  | Spare parts                      | <i>Each assembled equipment to be accompanied by an authorized list of accessories and spare parts.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yes                                        |
|  | Warranty:                        | <i>At least 2 years.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 years                                    |
|  | Remarks above.                   | <p><i>The equipment offered, including its power supply, to be designed and constructed to operate properly and continuously in the conditions of the Republic of Moldova.</i></p> <p><i>The equipment may need to tolerate high humidity (as high as 90% at 35 °C), ambient temperatures of 5–40 °C, fungi, and spikes in the electricity supply.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Yes</p> <p>Yes,p.19</p>                 |

- **Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.**

NUMELE FURNIZORULUI: **FCPC DataControl SRL**

Semnătura și ștampila autorizate \_\_\_\_\_

**Locul: mun. Chișinău**

**Data: 22.11.2023**