

Correspondența bunurilor oferite cerințelor din caietul de sarcini referitor la „Achiziționarea contoarelor de uz casnic” –Numărul : CG-023B/2023

- Contor pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- perioada de livrare a cantităților enunțate de la semnarea contractului până la 30 iulie 2023;
- bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare;
- conformitate cu standardul SR EN 1359:1998 + A1:2006;
- aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE-07-MI002-PTB001;
- varianta de construcție cu două racorduri verticale;
- sfera de utilizare – aer atmosferic normal;
- presiune maximă de lucru 0,5 bar;
- domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C;
- rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar;
- construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere;
- barcode cu acces la bază de date;
- sigiliu protejat la mecanismul de măsurare;
- garanție – minimum 24 luni;
- durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni;
- posibilitatea conexiunii a sistemelor de citire la distanță;
- echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură;
- echipate cu capac a indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție;
- integrator mecanic de tip chekker sau analog;
- echipate cu sisteme care asigură un nivel scăzut de zgomot;
- echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul.
- eroare la citire admisibilă:
 - în diapazonul: $Q_{min.} \leq Q < 0,1 Q_{nom.} \pm 3 \%$;
 - în diapazonul: $0,1 Q_{nom.} \leq Q \leq Q_{max.} \pm 1,5 \%$.

Caracteristici	Q nom (m3/h)	Q max (m3/h)	Q min (m3/h)
Contor cu membrană cu termocompensator G-4 T	4	6	0.04
Contor cu membrană cu termocompensator G-6T	6	10	0.06
Contor cu membrană cu termocompensator G-10T	10	16	0.1

Data completării : 15.02.2023

Semnat:

Nume/Prenume : Antoci Valentin

Funcția: director

Denumirea operatorului economic: „Antoval Gaz Service” SRL