

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. 21159153/ ocde-b3wdp1-MD-1706170513370 din 16.02.2024						
Obiectul achiziției: Reactive si consumabile de laborator 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotu 4 - Hemoglobin	Hemoglobin cu calibrator	Rusia	Agat	lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator	Metoda de determinare: fotometrică ferocianid. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator. Limita minimă de detecție pentru set: < 5 g/l. Material pentru investigații: singe. Coeficientul de variație intraserial: < 0,1 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Leucocitoze, Lipemie. Flacoane cu volumul 50 ml (3000ml sol gata), Hemoglobin standard inclus în set	Certificat de calitate
Lotu 5 - Hemoglobin Standard fl.10 ml						
Lotu 6 - Proba cu timol-Agat	Proba cu timol	Rusia	Agat	lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator	Metoda de determinare: Fotometrică cu timol. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată. Set: Flacoane cu volumul de 11 ml-3fl; Sol.acid sulfuric 10ml-1fl. Sol.bariu hlorid 5ml-1fl.	Certificat de calitate
Lotu 7 - Toliclon anti-D Ig G / Anti D super	740010, Anti-D Duoclon Monoclonal 10ml	UK	Lorne Lab	Flacon cu volumul de 5 până la 10 ml	Flacon cu volumul de 10 ml	ISO,CE
Lotu 8 - Hbs Ag – antigenul superficial	HBsAg One Ultra, SAG1ULTRA.CE.96	Italia	DiaPro	ELISA	Cerințe generale, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	ISO, CE
Lotul 9 – Anti Ascarida IgG	D-3452 Ascarida IgG	Rusia	Vector Best	ELISA	Cerințe generale, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	ISO, CE

Lotul 10 – Anti Toxocara IgG	D-2752 Toxocara IgG	Rusia	Vector Best	ELISA	Cerințe generale, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	ISO, CE
Lotul 11 – Anti Lamblia IgG	D-3552 Lamblia Ab	Rusia	Vector Best	ELISA	Cerințe generale, metoda ELISA, 96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv	ISO, CE
Lotul 12 – CRP-latex	CRP Latex Kit, 100 teste, 850100A	MB	Lorne Lab	LATEX-TEST,8ml,150teste	LATEX-TEST, 5 ml, 100 teste	ISO, CE
Lotul 13 – ASLO-Latex	ASO Latex Kit, 100 teste, 031100A	MB	Lorne Lab	LATEX-TEST,8ml,150teste	LATEX-TEST,5 ml, 100 teste	ISO, CE
Lotul 14 – RF-Latex	RF Latex Kit, 100 teste, 830100A	MB	Lorne Lab	LATEX-TEST,8ml,150terste	LATEX-TEST,5 ml, 100 teste	ISO, CE
Lotul 15 – TPHA	TPHA Microtitre Plate kit, 100 teste, 043100A	MB	Lorne Lab	LATEX-TEST	LATEX-TEST	ISO, CE
Lotul 16 – RPR determ. sifilisului	RPR Carbon kit, 500 teste, 044500A	MB	Lorne Lab	Latex,set 2x5ml,500 teste	Latex, set 2x5ml, 500 teste	ISO, CE
Lotul 17 – Azur-Eozin Romanovski soluție (fl din plastic) 250 ml	Azur-Eozin Romanovski soluție	Rusia	Minimed	analitică	Puritate analitică, fl.1000 ml Cu bufer	ISO
Lotul 18 – Set de reagenti după Gram, Set de reagenti 4x250ml.	Set reagent vopsea GRAM, 100 teste	Rusia	Agat	Sol.cristal violet,sol.Lugol PVP,sol.Decolourizing,sol. Safranin	Sol.cristal violet -100 ml, sol. Lugol PVP-100 ml , sol. Fuchsin 10 ml	ISO, CE
Lotul 19 – Glucoza, cetone Set 100 teste	Glucoza, cetone Set 100 teste, 93020	Germania	Macherey Nagel	Valabilitatea 2 ani	Valabilitatea 2 ani, Glucoza, cetone Set 100 teste	ISO, CE
Lotul 20 – Glucoza, proteina Set 100 teste	Combi 2, Set 100 teste, 93037	Germania	Macherey Nagel	Valabilitatea 2 ani	Valabilitatea 2 ani, Glucoza, proteina Set 100 teste	ISO, CE
Lotul 21 – Determinarea proteinei, glucozei, pH Set 100 teste	Combi 3A, Set 100 teste, 93030	Germania	Macherey Nagel		Determinarea proteinei, glucozei, ascorbic acid , pH Set 100 teste	ISO, CE
Lotul 22 – SD Urocolor Set 100 teste	Combi 11, Set 100 teste, 93060	Germania	Macherey Nagel	Valabilitatea 2 ani	Valabilitatea 2 ani, test pentruexaminarea urinei 11 parametre (Leucocite, greutatea specifică, PH, Glucoză, acid ascorbic, cetone, nitrite, proteine, bilirubina, urobilinogen , eritrocite, Hb singelui)	ISO, CE

Lotul 23 – SD Urocolor Set 100 teste	Combi 11, Set 100 teste, 93060	Germania	Macherey Nagel	Valabilitatea 2 ani	Valabilitatea 2 ani, test pentru examinarea urinei 11 parametre (Leucocite, greutatea specifică, PH, Glucoză, acid ascorbic, cetone, nitrite, proteine, bilirubina, urobilinogen, eritrocite, Hb singelui)	ISO, CE
Lotul 25 – Azopiram(p/u determ.singelui ocult)	Azopiram (p/u determ.singelui ocult)	Rusia	Agat	pulbere uscat	pulbere uscat	Certificat de calitate
Lotul 31 – Containere plastic cu capac pentru colectarea urinei nesteril 150 ml	2120	Italia	Aptaca		Container plastic pentru colectarea urinei nesteril, cu capac filetat și loc de marcat 150 ml, PP	ISO, CE
Lotul 32 – Eprubete cu citrat de Na pentru coagulogramă, volumul de sânge 2,5 ml, capac de cauciuc cu valvă cu etichetă	631613	China	Boen Med		Eprubete cu citrat de Na 3.8%, 3ml, cu etichetă	ISO, CE
Lotul 33 – Eprubete plastic cu capac ,cu etichetă 10ml.	1009/MOC/TE	Italia	Aptaca		Eprubeta 10 ml, cu fund conic, cu eticheta, PP, 16x100mm	ISO, CE
Lotul 34 – Eprubete Epindorf	660201	China	Boen Med		Eprubeta Eppendorf 1.5 ml, nesteril	ISO, CE
Lotul 35 - Eprubete plastic cu gel pentru separarea serului volumul 10 ml cu capac cauciuc cu valvă cu etichetă	2661/E/TB	Italia	Aptaca		Eprubeta cu gel si clot activator 10 ml, 16x100 mm, PP	ISO, CE
Lot 36 - Eprubeta K ₃ EDTA volum sânge 1ml capac cauciuc cu valvă cu etichetă	2100/1	Italia	Aptaca		Eprubeta cu KEDTA, 1 ml, 12x56 mm, PP	ISO, CE
Lotul 38 – Lame de sticlă șlefuite	7101	China	Boen Med		Lama de sticlă , 25x75 mm	ISO, CE
Lotul 39 – Lampa halogen displai optic 20 W	Lampa halogen displai optic 20 W	Germania	Osram		Lampa halogen displai optic 20 W	ISO
Lotul 40 – Lampa halogen displai optic 10 W pentru microscopie și Stat Fax	Lampa halogen displai optic 10 W pentru microscopie și Stat Fax	SUA	Awareness Technology		Lampa halogen displai optic 10 W pentru microscopie și Stat Fax	ISO
Lotul 41 - Eprubete K ₃ EDTA volum sânge 2,5ml capac cauciuc cu valvă cu etichetă	2100	Italia	Aptaca		Eprubeta, 12x56mm, PP, K ₃ EDTA, 2.5 ml	ISO, CE
Lotul 44 -Termoindicatoare 180 grade	Teste la sterilizare 180/60-1 extern	Rusia	Vinar		Indicator/aprecierea steril. extern nr.1000, 180/60 cu registru	Certificat de calitate

Lotul 45 -Vârfuri plastic 5-200 mkl	640102	China	Boen Med		Vârfuri plastic 0-200 mkl	ISO, CE
Lotul 46 -Vârfuri plastic volumul 0-1000mkl	640103	China	Boen Med		Vârfuri plastic volumul 200-1000 mkl	ISO, CE
Lotul 47 - Pipete automat dozator cu un canal 100-1000mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detașator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcă colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3 - \pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	Dozator automat 100-1000 mkl, black, 4642092	Rusia	Thermo Fisher		Pipete automat dozator cu un canal 100-1000mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală , detașator pentru vârfuri, verificare metrologică, marcă colorată, dispune de număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3 - \pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	ISO
Lotul 48 -Pipete automat dozator cu un canal 1-20-200 mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detașator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menționată în pașaport, marcă colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3 - \pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	Dozator automat 20-200 mkl, black, 4642082	Rusia	Thermo Fisher		Pipete automat dozator cu un canal 20-200 mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală , detașator pentru vârfuri, verificare metrologică, marcă colorată, dispune de număr încorporat de la producător, precizie $\pm 0,3 - \pm 0,8$; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparație și schimb a pieselor uzabile.	ISO
Lotul 50 – Hârtie de filtru	Hirtie de filtru	Rusia	Minimed		Hirtie de filtru, 20x20cm, 1 kg	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director general

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2