

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775724065143

Obiectul achiziției: **“Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale 2026”**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) LOT 2	Simply DR	Italia	IBIS SRL	<p>Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) (semestrial/ la necesitate pe parcursul anului 2026)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare; - intervenții la cerere ori de câte ori este nevoie. -verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; -revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA și kV; - verificarea timpului de scanare; -performanța imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; 	<p>Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică SIMPLY DR, producător IBIS (ITALIA) (semestrial/ la necesitate pe parcursul anului 2026)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare; - intervenții la cerere ori de câte ori este nevoie. -verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; -revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curățarea tubului; -verificarea mA și kV; - verificarea timpului de scanare; -performanța imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; 	Autorizație ANRANR

				<p>-verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrărilor efectuate; Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p>	<p>-verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului. Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrărilor efectuate; Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p>	
<p>Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică cu braț C, Oscar Classic LOT 3</p>	<p>Oscar Classic</p>	<p>Coreea de Sud</p>	<p>GENORAY</p>	<p>Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică cu braț C, Oscar Classic (semestrial/ la necesitate pe parcursul anului 2026) – Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare; - interventii la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat</p>	<p>Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru instalația radiodiagnostică cu braț C, Oscar Classic (semestrial/ la necesitate pe parcursul anului 2026) – Profilaxia dispozitivelor conform manualului de utilizare; - interventii la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat</p>	<p>Autorizatie ANRANR</p>

				<p>Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrărilor efectuate;</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p>	<p>Inginerul de servis, va detine certificat de pregatire tehnica si atestare de la producatorul utilajului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecarei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrărilor efectuate;</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDEXCOM-TEH SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)