

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1706644942619 din: 30.01.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor și accesoriilor de sterilizare conform necesităților IMSP, pentru anul 2024

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Sterilizator cu plasmă 2001	Plasma Autoclave LX902LA	United Kingdom	Labdex	conform specificației anexate	conform specificației anexate	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51

Sterilizator cu plasmă 2001

NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE					
		Parametrii	Specificație minimă așteptată	Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant)	Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
1	Nume generic	Sterilizator cu plasmă			
CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CARACTERISTICI FIZICE					
2	CAPACITATE	Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală	Min. 190l	corespunde	a se vedea catalogul
3	CADRU, CORP	Independent, de tip dreptunghiular, ușă glisantă automată	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Camera din oțel inoxidabil AISI 316L / AISI 304, camera este proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Față din oțel inoxidabil AISI 304L / oțel vopsită cu pulbere rezistent la zgârieturi, capace	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Țevile și fittingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Versiune cu uși duble, independente (de trecere)	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Ușă glisantă verticală complet automată	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Tip cameră de sterilizare - dreptunghiulară, 2 nivele / rafturi	da	corespunde	a se vedea catalogul
4	GENERAL	Nu sunt necesare facilități speciale (apă / aerisire)	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Poate fi instalat și mutat cu ușurință	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Pompă de vacuum înalt, pentru penetrare adâncă	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Timp de ciclu rapid	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Carcasă rezistentă la coroziune și acizi	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Fără aerare după sterilizare	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Autotest, Test de scurgere (ermetizare)	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Destinat pentru sterilizarea materialelor sensibile la umiditate/caldură	da	corespunde	a se vedea catalogul
5	CICLU	Regimuri prestabilite de sterilizare	≥ 3 programe	corespunde	a se vedea catalogul
		Funcționare: temperatura de sterilizare este de 50 °C ± 10 °C, temperatură scăzută fără umiditate, fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate	da	corespunde	a se vedea catalogul
		admisia de aer - este echipată cu un filtru steril	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Aceste sisteme de sterilizare cu plasmă sunt capabile să efectueze validare independentă în conformitate cu ISO 14937 cu un kit de validare opțional. Fiecare fază a ciclului este validată.	da	corespunde	a se vedea catalogul
6	SIGURANȚĂ	Protecție împotriva temperaturii excesive	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Sistem de filtrare a vaporilor de ulei de evacuare	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Alarmer: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Fără emisii periculoase sau mirositoare	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Temperatură și presiune scăzute în timpul sterilizării	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Procesul de sterilizare are ca rezultat apă și produse secundare de oxigen	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Sterilizantul nu rozește reziduurile de substanțe toxice, nici drenaj sau evacuare, fără prejudicii asupra operatorului. Filtre la orificiul de admisie și evacuare a aerului, care pot absorbi complet substanțele îndepărtate în timpul procesului de îndepărtare a reziduurilor în vacuum. Fără poluare a mediului.	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Utilizarea unui sistem de încălzire ignifug rezistent la explozie	da	corespunde	a se vedea catalogul

CARACTERISTICI ELECTRICE					
7	CARACTERISTICI ELECTRICE	380V, 50 Hz, 3 faze sau 220 monofazat 50 Hz	da	corespunde	a se vedea catalogul
DOCUMENTAȚIE					
8	Caracteristici electronice	Panou cu ecran multicolor de minim 7 inchii	da	da	a se vedea catalogul
		Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului.	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Sistem controlat cu microprocesor PLC cu sistem de control complet automat	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Port USB, interfață USB pentru descarcare și colectare de date conectându-le la PC	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Posibilitatea de conectare la Internet	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Software/pagina WEB prin intermediul rețelei TCP/IP instalat pe un calculator al beneficiarului din cadrul instituției pentru monitorizare de la distanță a parametrilor de performanță (temperatură, presiune, vacuum) și monitorizarea a mesajelor de eroare	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Memorie internă pentru stocarea minim 500 de cicluri	da	corespunde	a se vedea catalogul
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE					
9	Accesorii/ piese de schimb	Kit de întreținere pentru min. 2 ani	min. 2 ani	corespunde	a se vedea catalogul
		Lubrifiant pentru garnitura uşii minim 200gr	da	corespunde	a se vedea catalogul
		Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități)	min. 10 buc.	corespunde	a se vedea catalogul
		Suport de incarcare, in varianta 2 nivele	min. 1 suport	corespunde	a se vedea catalogul
		Indicatori biologici pentru sterilizare cu plasma	minim 30 buc.	corespunde	a se vedea catalogul
		Incubator / termostat pentru indicatori biologici sterilizare	1 buc.	corespunde	a se vedea catalogul
		Rola sterilizare plasma 100mmx70m	2 buc.	corespunde	a se vedea catalogul
		Rola sterilizare plasma 150mmx70m	2 buc.	corespunde	a se vedea catalogul
		Rola sterilizare plasma 250mmx70m	2 buc.	corespunde	a se vedea catalogul
		Rola sterilizare plasma 300mmx70m	2 buc.	corespunde	a se vedea catalogul
Consumabile necesare pentru minim 30 de cicluri de sterilizare	da	corespunde	a se vedea catalogul		
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE					
10	Transport	Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală	da	corespunde	a se vedea catalogul
11	Instalare	Furnizorul trebuie să efectueze complet verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Toate operațiunile trebuie să aibă un raport de conformitate. Trebuie asigurată instruire pentru utilizatori și tehnicieni.	da	corespunde	a se vedea catalogul
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE					
12	Garanție și deservire completa (inclusiv piese de schimb)	minim 24 de luni	da	corespunde	a se vedea catalogul
DOCUMENTAȚIE					
13	Cerințe de documentare	Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat.	da	corespunde	
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE					
14	Standarde pentru producător	toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN ISO 14937 5. EN ISO 15223 6. EN ISO 13485	Toate certificatele trebuie să fie prezentate sub formă de copii avizate cu semnătura electronică.	corespunde	a se vedea certificatele