

Specificații de preț (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>21044587</u> din 01.11.2021								
Denumirea procedurii de achiziție: Reactive (consumabile) pentru laborator anul 2022								
Cod CPV	Denumire lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
33100000-1	Lotul 3 - Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus.	2101	SUA	Medica Corp.	Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus.	Electrod K p-u analizatorul EasyLyte plus	ISO, CE
33100000-1		Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	2113			Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod Cl p-u analizatorul EasyLyte plus	ISO, CE
33100000-1		Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus.	2102			Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus.	Electrod Na p-u analizatorul EasyLyte plus.	ISO, CE
33100000-1		Electrod de referinta p-u analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.	2103			Electrod de referinta pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.	Electrod de referinta p-u analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl .	ISO, CE
33100000-1		Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.	2108			Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator) pentru analizatorul EasyLyte plus	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor p-u analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.	ISO, CE
33100000-1		Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator p-u analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.	2104			Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri p-u analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.	ISO, CE
33100000-1		Membrana de asamblare original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl	2258			Membrana de asamblare original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl	Membrana de asamblare p-u analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl	ISO, CE

33100000-1		Pachet de reactive(Standart A, Standart B, solutie de spalare) 800 ml pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.	2121			Pachet de reactive(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.	Pachet de reactive(Standart A, Standart B, solutie de spalare) 800 ml pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.	ISO, CE
33100000-1		Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator p- analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl .	2118			Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl .	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) p-u analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl	ISO, CE
33100000-1		Solutie de spalare internal filling solution pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator, fl 20-50 ml original de la producator	2492			Solutie de spalare internal filling solution pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator, fl 20-50ml original de la producator	Solutie de spalare internal filling solution pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator, fl 125 ml original de la producator/	ISO, CE
33100000-1	Lotul 10 - Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro"	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro"	5267L	MB	Helena Biosc.	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" MIC numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-5ml.	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" MIC numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 10 ml	ISO, CE
33100000-1		Plasma de control normală cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml	5186			Plasma de control normală cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml	Plasma de control normală cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1 ml	ISO, CE

33100000-1	Plasma de control patologică cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" Ambalaj 1-2 ml	5183/ 5187			Plasma de control patologică cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" Ambalaj 1-2 ml	Plasma de control patologică cu parametri IP, INR, TTPA, PT dupa Quick, Fb. Acelas producator ca si tromboplastin, compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" Ambalaj 1 ml	ISO, CE
33100000-1	Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru optic semiautomat. Reagent liofilizat compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" acelas producator ca si tromboplastin si plazma N, plazma P.	5185			Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru optic semiautomat. Reagent liofilizat compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" acelas producator ca si tromboplastin si plazma N, plazma P.	Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru optic semiautomat. Reagent liofilizat compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" acelas producator ca si tromboplastin si plazma N, plazma P.	ISO, CE
33100000-1	Set pentru determinarea timpului parțial activat (TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 1-3 ml. acelas producator ca si plazma N, plazma P.	5560			Set pentru determinarea timpului parțial activat (TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 1-3 ml. acelas producator ca si plazma N, plazma P.	Set pentru determinarea timpului parțial activat (TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 5 ml. acelas producator ca si plazma N, plazma P.	ISO, CE
33100000-1	Set pentru determinarea fibrinogen (plazma fara delutia leniritatea 0,9 - 10 g/l, fl. 8-10 ml)	5556			Set pentru determinarea fibrinogen (plazma fara delutia leniritatea 0,9 - 10 g/l, fl. 8-10 ml)	Set pentru determinarea fibrinogen (plazma fara delutia leniritatea 0,9 - 10 g/l, fl. 5x4 ml cu calibrator	ISO, CE
33100000-1	Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml.				Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml.	Calibrator pentru fibrinogen inclus in set	ISO, CE

33100000-1		Cuvete pentru "Cuatron X Pro" Marcaj CE. Cuvete pentru "Cuatron X Pro" cu codul de bare original de la producator compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro	241000.00; nr.500	Germania	Teco	Cuvete pentru "Cuatron X Pro" Marcaj CE. Cuvete pentru "Cuatron X Pro" cu codul de bare original de la producator compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro	Cuvete pentru "Cuatron X Pro" Marcaj CE. Cuvete pentru "Cuatron X Pro" cu codul de bare original de la producator compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro	ISO, CE
33100000-1	Lotul 13 - Bilirubina Calibrator universal	Elical 2, Bilirubina Calibrator universal	CALI-0550	Franta	Elitech	Bilirubina Calibrator universal .Calibrator universal pentru calibrarea bilirubina totala si bilirubina directa. Ambalaj: Flacoane x 3-5ml calibrator universal cu continut de bilirubina totala si bilirubina directa	Bilirubina Calibrator universal .Calibrator universal pentru calibrarea bilirubina totala si bilirubina directa. Ambalaj: Flacoane x 3-5ml calibrator universal cu continut de bilirubina totala si bilirubina directa	ISO, CE
33100000-1	Lotul 15 - RPR-Carbon	RPR-carbon, 10ml/fl	044500A	MB	Lorny Lab	RPR-Carbon.Metoda RPR pentru determinarea sifilis setul de la 1000-1500 teste macro, cu control pozitiv negativ.	RPR- Carbon. Metoda RPR pentru determinarea sifilis setul de la 1000-1500 teste macro, cu control pozitiv negativ.	ISO, CE
33100000-1	Lotul 16 - Control ser Normal	Elitol I, Control biochimic ser normal.	CONT-0060	Franta	Elitech	Control ser Normal Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,ureea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.cholesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.	Control ser Normal Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,ureea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.cholesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 5 ml.	ISO, CE

33100000-1	Lotul 17 - Control ser patologic.	Elitrol II, Control biochimic ser normal.	CONT-0160	Franta	Elitech	Control ser patologic. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,ureea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.cholesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.	Control ser patologic. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,ureea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.cholesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 5 ml.	ISO, CE
33100000-1	Lotul 19 - BM-control	BM-control, , 8flx10ml	04.01.04	Rusia	Medlakor	BM-control pentru construirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina. Puritate: analitic pentru construirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina	BM-control pentru construirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina. Puritate: analitic pentru construirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina	ISO
33100000-1	Lotul 22- Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale	FOB rapid test	272001	Germania	Nal Von Minden	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale. Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei	Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale. Expres teste diagnostice p-u analiza de rutina a urinei	ISO, CE
33100000-1	Lotul 23 - Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml	18608	Italia	Kima	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml. Destinatie pentru recoltarea singelui destinat examinarilor de laborator.Proprietati :volum 2-3 ml	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml. Destinatie pentru recoltarea singelui destinat examinarilor de laborator.Proprietati :volum 2-3 ml	ISO, CE
33100000-1	Lotul 25 - Pipete automate 500mcl	Pipete automate 500mcl	4650072	Rusia	Thermo Fisher	Pipete automate 500mcl. Adaptate la virfurile "GILSON"	Pipete automate 500mcl. Adaptate la virfurile "GILSON"	ISO

33100000-1	Lotul 28 - Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri	12002706	Rusia	Minimed	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri. Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri.	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri.	ISO
33100000-1	Lotul 32 - Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II	Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II	470250	MB	Lorne Lab	Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II, pentru tehnica de aglutinare in tub ph 6,5-7,0. Asigurarea cresterii ratei de asociere a anticorpilor si a imbunatatirii reactiei antigen/anticorp, fl 100-200 ml.	Solutie cu putere ionica scazuta (LISS) tip II, pentru tehnica de aglutinare in tub ph 6,5-7,0. Asigurarea cresterii ratei de asociere a anticorpilor si a imbunatatirii reactiei antigen/anticorp, fl 250 ml.	ISO, CE
33100000-1	Lotul 33 - Pipete automate 2-20 mcl	Pipete automate 2-20 mcl	4642082	Rusia	Thermo Fisher	Pipete automate 2-20 mcl .Adaptate la virfurile "GILSON"	Pipete automate 2-20 mcl .Adaptate la virfurile "GILSON"	ISO
33100000-1	Lotul - 34 Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.	Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.	3771/E/TB	Italia	Aptaca	Eprubete cu gel ,volum 8-10ml, cu capac de cauciuc cu valva,cu eticheta.	Eprubete cu gel, volum 10ml, cu capac de cauciuc cu valva, cu eticheta.	ISO, CE

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: "GBG-MLD" S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2